

COZL/DZP/AK/3411/PN-140/23

Lublin, dnia 09.11.2023 r.

**„Dostawa implantów ortopedycznych w zakresie chirurgii kręgosłupa na potrzeby COZL.”**

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1:**

Dotyczy Część 1 Elastyczna proteza jądra miażdżystego

Czy Zamawiający wymaga, aby cząsteczki wolframu zawarte w roztworze elastycznej protezy jądra miażdżystego były w skali mikro?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zamawiający zmienia zapisy załącznika 2 SWZ – Kosztorys Ofertowy – Część 1 – Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego.**

**Pytanie 2:**

Dotyczy Część 1 Elastyczna proteza jądra miażdżystego

Czy Zamawiający **wymaga**, aby produkt Elastyczna proteza jądra miażdżystego posiadał certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej MDR 2017/745 ze względu na wymaganą szczegółową weryfikację bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu medycznego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Zamawiający zmienia zapisy załącznika 2 SWZ – Kosztorys Ofertowy – Część 1 – Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego.**

**Zmiana załącznika 2 SWZ – Kosztorys Ofertowy – Część 1 – Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego. Strony zamienne w załączeniu.**

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.