



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 05.06.2023 r.

DZP – 19/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa wyrobów medycznych – uzupełnienie II

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wklucia centralnego o składzie i parametrach:

- 6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm
- 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45x37,5 cm)
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz 14 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany)

Opakowanie tacka typu blister z jednym wgłębieniem, która może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wklucia lędźwiowego o składzie i parametrach:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm
- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

- 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2 (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4 (zapakowana)
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm

Opakowanie tacka typu blister z trzema wgłębieniami, która może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu) 190 x 150cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145cm, gramatura całkowita 90g/m²
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30cm
- 3 x taśma przylepna 10 x 50cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona (U przylepne 10 x 95 cm) 245 x 280cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90 x 75cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100 x 150cm
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150cm

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m², odporności na przenikanie płynów min. 150cmH₂O .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, posiadającego:

- serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150 x 240cm zamiast 180x170cm
- taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm zamiast 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm
- zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m² i odporności na przenikanie płynów min. 150cmH₂O.

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, o następującym składzie i parametrach:

- 2 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1 x kleszczyki do usuwania klipsów skórnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, o następującym składzie i parametrach:

- 3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 1 x pęseta anatomiczna typu Adson, metalowa 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wannę do manualnej dezynfekcji narzędzi z sitem i pokrywą o wymiarach 580x280x110 mm lub 580x280x135 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wannę do manualnej dezynfekcji narzędzi z sitem i pokrywą o wymiarach – 580x280x110.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wannę do manualnej dezynfekcji narzędzi z sitem i pokrywą o wymiarach 465x280x110 lub 465x280x135mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wannę do manualnej dezynfekcji narzędzi z sitem i pokrywą o wymiarach – 465x280x135.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie