



Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lwówku Śląskim

59-600 Lwówek Śląski ul. Aleja Wojska Polskiego 27
tel./fax (75) 645 32 32
NIP 616-12-25-606 REGON 003271573

Konto: PKO BP
92 1020 2137 0000 9802 0134 9653
www.mgops.lwoweckslaski.pl
email: MGOPS@Lwoweckslaski.pl

PS.261.3.2022

Lwówek Śląski, dnia 06.04.2022 r.

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania pn.

„Zakupu opasek bezpieczeństwa dla seniorów w wieku 65+

- MODUŁ II Korpus Wsparcia Seniorów”.

Zamawiający na podstawie pkt. 7.1. zaproszenia do złożenia oferty nr PS.261.3.2022 z dnia 01.04.2022 r. odpowiada na pytania Oferentów w następujący sposób:

Pytanie 1. *Dot. § 10 ust. 2 wzoru umowy – Wykonawca wnosi i zapytuje, czy zapis dotyczy umowy wyłącznie w zakresie świadczenia usługi teleopieki?*

Odpowiedź:

Zapis § 10 ust. 2 dotyczy całej umowy, a nie jej części. Zamawiający nie przewidział udzielenie zamówienia w częściach.

Pytanie 2. *Dot. § 12 – Wykonawca prosi o wprowadzenie zapisu, iż „Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz obowiązujących przepisów, z wyłączeniem odpowiedzialności umyślnie zawinionej przez Wykonawcę, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.

Pytanie 3. *Dot. § 18 – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej z pkt 1 z 5% do 3% - co pozwoli złożyć bardziej konkurencyjną (tańszą) ofertę.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 4. *Dot. § 10 ust. 3 i 11 ust. 1 – Wykonawca wnosi o wyłączenie rękojmi, skoro przedmiot umowy jest objęty gwarancją.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 5. Pytanie do II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: (dot. wymogu saturacji). Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i dostępnymi na rynku technologiami ŻADNE urządzenie typu opaska czy zegarek nie może spełnić prawidłowych warunków pomiaru saturacji. Monitoring saturacji przez opaskę czy zegarek według lekarzy i opracowań naukowych jest bardzo nieprecyzyjny i nie może zostać użyty do oceny stanu zdrowia użytkownika. Nieadekwatne do stanu faktycznego pomiary mogą w efekcie prowadzić do błędnej diagnozy stanu zdrowia użytkownika, co implikuje możliwość wystąpienia nieprawidłowej reakcji osoby oceniającej stan zdrowia użytkownika - a w efekcie stanowić zagrożenie jego życia lub zdrowia. Co więcej - pozostawienie funkcjonalności może spowodować nieadekwatne interwencje wykonawcy w sytuacji, w której użytkownik jest zdrowy, co może doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do nieuprawnionego wezwania ZRM. Wskazać należy, iż świadczenie usług teleopieki czy usług medycznych z należytą starannością jest możliwe tylko wtedy, gdy w tym celu stosowane są precyzyjne, odpowiadające aktualnej wiedzy medycznej urządzenia. Nieracjonalne jest żądanie spełniania przez urządzenie wymagań, które realnie absolutnie nie mogą mieć wpływu na ocenę stanu zdrowia użytkownika. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w szczególności w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów - w tym kontekście Zamawiający nie może stawiać urządzeniom wymogów, które są nadmiarowe i wręcz biorąc pod uwagę aktualny poziom wiedzy medycznej - niebezpieczne, gdyż narusza przepisy rządzące wydatkowaniem środków publicznych. Zapisy wskazują na nieefektywność opisanego przez zamawiającego rozwiązania w kontekście w/w funkcjonalności i z dużą dozą prawdopodobieństwa stanowią jedynie próbę ograniczenia konkurencji do podmiotów, które takie pseudofunkcjonalności oferują. W związku z powyższym, mając na uwadze zakres świadczonej usługi, Wykonawca wnosi o usunięcie wymogu monitoringu saturacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.