

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.12.1639 /2021
11.05.2021r

Tarnów, dnia

Dotyczy: zakupu i dostawy rękawic medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – NR SPRAWY 12/2021

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIE Z DNIA 07 MAJA 2021 ROKU DO SWZ NR: SWLOG-271.MJ.12.1621/2021

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 07 z dnia 07/05/2021r.

Prosimy o dopuszczenie w **zakresie 8 poz. 1** rękawic o parametrach: rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpułdrowe, niesterylne. Teksturowane końcówki palców, chlorowane. AQL 1,5. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671 (badania wystawione przez jednostkę niezależną). Przebadane na przenikanie cytostatyków na min. 10 wg ASTM D 6978 (badania wystawione przez jednostkę niezależną). Rękawica spełniająca wymogi przepisów dotyczących bezpiecznego stosowania rękawic w kontakcie z żywnością (deklaracja producenta). Oznakowane jako Klasa I Wyrobu Medycznego zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD93/42/EEC & 2007/47/EC lub równoważną i Kategoria III Typ B Środka Ochrony Indywidualnej - zgodnie z Rozporządzeniem EU 2016/425 (certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną). Op.a'100szt.
Była odpowiedź: Dopuszczamy rękawice o powyższych parametrach. Nie dopuszczamy chlorowanych.

Jest odpowiedź: Dopuszczamy rękawice o powyższych parametrach. Nie dopuszczamy chlorowanych ani AQL 1,5

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Małgorzata Jacher