



WSzSL.FZ.381./90/860/2024

Legnica 18-11-2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY WKŁADÓW DO ODSYSANIA**

znak sprawy WSzSL/FZ-90/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Poz. 1-4

Czy Zamawiający, w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania wkład do ssaka równoważny do opisanego - antybakteryjny system do odsysania, konkurencyjnego producenta, o następujących cechach: wkłady posiadają w okrągłej pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady dostarczane w formie częściowo sprasowanej, by ograniczyć przestrzeń na magazynowanie. Data przydatności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie. Pozostałe jak w SIWZ. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Oferent deklaruje wyposażenie Zamawiającego nieodpłatnie, na czas umowy, w kompatybilne pojemniki wielorazowe, pasujące do systemu mocowników, będących na wyposażeniu Zamawiającego. Brak dopuszczenia innego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP (zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że oferujemy system gwarantujący wzajemną kompatybilność oferowanych wkładów i pojemników oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie. W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie nr 2

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wydajny proszek w saszetkach 20g?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie nr 3

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ssak podłogowy z drenem o dł. 183 cm ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

UWAGA!

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Andrzej Urniaż