

## Odpowiedź 2 na zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALL-MED" Centrum Medyczne  
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek  
Al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29  
94-048 Łódź**

Łódź, dnia 15 marca 2022 r.

Znak postępowania (numer referencyjny): 1/2022

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, udziela się odpowiedzi na pytania Wykonawców przesłane do Zamawiającego w dniu 7 i 8 marca 2022 r.

dotyczące **dot. pakietu 3 - aparat do znieczulenia – 1 szt załącznik nr 2c do SWZ:**

**Pytanie 1**

PARAMETRY OGÓLNE, Pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści aparat bez podestu na stopy operatora? Podest nie ma wartości klinicznej i jego posiadanie nie powinno decydować o możliwości złożenia oferty.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuści aparat bez podestu na stopy operatora. Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznika do SWZ w w/w zakresie.

**Pytanie 2**

PARAMETRY OGÓLNE, Pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze niż wymagane - aparat mobilny, cztery koła jezdne, blokada indywidualna dla każdego z 4 kół aparatu zapewniająca stabilne ustawienie aparatu?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznika do SWZ w w/w zakresie dopuszczając blokadę minimum dwóch kół.

**Pytanie 3**

PARAMETRY OGÓLNE, Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na bocznej ścianie aparatu, umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń?

**Odpowiedź:**

**Tak.** Zamawiający dopuści 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na bocznej ścianie aparatu, umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń. Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznika do SWZ w w/w zakresie.

**Pytanie 4**

PARAMETRY OGÓLNE, Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz dla butli rezerwowych na ekranie aparatu do znieczulenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza manometrów dotyczących ciśnienia z sieci centralnej oraz dla butli rezerwowych na ekranie aparatu do znieczulenia. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 5**

PARAMETRY OGÓLNE, Pkt 12 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru zasilanie awaryjne aparatu na 90 minut w warunkach standardowych i min. 30 min. w warunkach ekstremalnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie uzna za spełniony parametru o którym mowa w pkt 12 ( parametry ogólne w przypadku zasilania awaryjnego aparatu na 90 minut w warunkach standardowych i min. 30 min. w warunkach ekstremalnych). Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 6**

PARAMETRY OGÓLNE, Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 realizowany poprzez kardiomonitor? Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający wymaga możliwości pomiaru SpO2 w kardiomonitorze opisanym poniżej, będącym również przedmiotem zamówienia, a zatem dodatkowa rozbudowa o pomiar SpO2 w aparacie do znieczulenia nie znajduje uzasadnienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 7**

PARAMETRY OGÓLNE, Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści masę do 145kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 8**

SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW, Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, z wyświetlaniem wartości przepływów na ekranie; zakresy tlen: 0 i od 0,1 do 15,0 [l/min]; powietrze 0 i od 0,1 do 15,0 [l/min]; N2O 0 i od 0,1 do 10,0 [l/min]?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 9**

SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW, Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 10**

SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW, Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści brak osłony dla pokręteł rotametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 11**

UKŁAD ODDECHOWY/TRZYBY WENTYLACJI/REGULACJE/ALARMY, Pkt 1 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku poprzez zaoferowanie nowocześniejszego rozwiązania - miech dla

dorosłych i dzieci który w trybie ciśnieniowym, daje możliwość wentylacji wcześniaków objętością TV od 5 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie za spełniony warunku o którym mowa w pkt 1 UKŁAD ODDECHOWY/TRYBY WENTYLACJI/REGULACJE/ALARMY w przypadku zaoferowania nowocześniejszego rozwiązania - miech dla dorosłych i dzieci który w trybie ciśnieniowym, daje możliwość wentylacji wcześniaków objętością TV od 5 ml. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 12**

UKŁAD ODDECHOWY/TRYBY WENTYLACJI/REGULACJE/ALARMY, Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez podgrzewanego układu oddechowego, ale z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 13**

UKŁAD ODDECHOWY/TRYBY WENTYLACJI/REGULACJE/ALARMY, Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O<sub>2</sub> do podaży na maskę lub wężę tlenowe, zakres: 0-10 l/min.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 14**

UKŁAD ODDECHOWY/TRYBY WENTYLACJI/REGULACJE/ALARMY, Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 1,37l?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 15**

UKŁAD ODDECHOWY/TRYBY WENTYLACJI/REGULACJE/ALARMY, Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym? Urządzenie wyposażone jest w cyfrowo sterowane zastawki przepływu, co umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 16**

UKŁAD ODDECHOWY/TRYBY WENTYLACJI/REGULACJE/ALARMY, Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści wyjście świeżych gazów nad białem w panelu z przodu aparatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 17**

UKŁAD ODDECHOWY/TRYBY WENTYLACJI/REGULACJE/ALARMY, Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści króćce przyłączeniowe układu pacjenta wychodzące na lewą stronę aparatu, z boku, patrząc na aparat do znieczulenia od jego przodu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 18**

Tryby wentylacji, Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści minimum 6 trybów wentylacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 19**

Tryby wentylacji, Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści równoważny tryb ciśnieniowy z gwarantowaną objętością PCV-VG?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuści równoważny tryb ciśnieniowy z gwarantowaną objętością PCV-VG Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznika do SWZ w w/w zakresie.

**Pytanie 20**

Tryby wentylacji, Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez trybu ciśnieniowy z gwarantowaną objętością PRVC?.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 21**

Regulacje, Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP 4 do 30 cmH<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 22**

Regulacje, Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8?.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 23**

Regulacje, Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści regulację czasu wdechu -0,2 do 5,0 sek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 24**

Regulacje, Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wdechowego 5 do 60 cmH<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 25**

Regulacje, Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wspomagania - 2 do 40 cmH<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 26**

Regulacje, Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści regulację objętości oddechowej - 20 do 1500 ml w trybie objętościowym i 5 do 1500 ml w trybie ciśnieniowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 27**

Regulacje, Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści regulację pauzy wdechowej 5 do 60%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 28**

Regulacje, Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalania przepływowego 0,2 do 10 l/min ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 29**

Alarmy, Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści aparat z czujnikiem paramagnetycznym (co jest rozwiązaniem lepszym niż czujniki zużywalne) z pomiarem poprzez moduł gazowy, bez alarmu zużycia czujnika tlenu, ale z alarmem uszkodzenia modułu gazowego?.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 30**

Pomiar i obrazowanie, Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści pomiar objętości oddechowej TV w zakresie do 1500 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 31**

Pomiar i obrazowanie, Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści opór dróg oddechowych w zakresie do 200 cmH<sub>2</sub>O/l/s?.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 32**

Pomiar i obrazowanie, Pkt 12 Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu z ekranem na wysięgniku, pozwalającym na dostosowanie jego położenia do potrzeb użytkownika? Jest to rozwiązanie nowoczesne i funkcjonalne.

**Odpowiedź:** Zamawiający, poza wymogiem wskazanym w pkt 12 Pomiar i obrazowanie,

dopuszcza dodatkowo aparat z ekranem na wysięgniku, pozwalającym na dostosowanie jego położenia do potrzeb użytkownika. Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznika do SWZ w w/w zakresie.

**Pytanie 33**

Monitor pacjenta Parametry ogólne, Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści monitor kompaktowo-modułowy z modułami pomiarowymi bez ekranów w postaci wymiennych kostek przenoszone pomiędzy monitorami bez udziału serwisu, blokowane w ramie monitora dla łatwego demontażu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 34**

Parametry ogólne, Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści monitor ze złączami RJ45, 1xUSB, wyjście synchronizacji defibrylatora, oraz HDMI do podłączenia wyświetlacza podrzędnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 35**

Ekran, Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej 15,6" i rozdzielczości 1366x768?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 36**

Ekran, Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści monitor z obsługiwany dotykowo oraz poprzez pokrętko (bez przycisków na obudowie)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 37**

Ekran, Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści brak warstwy anti-odbiciowej na ekranie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 38**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści pomiar akcji serca w zakresie 20 do 300 ud/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści pomiar akcji serca w zakresie 20-300 ud/min lub lepsze. Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznika do SWZ w w/w zakresie.

**Pytanie 39**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w filtr EKG regulowany przez Użytkownika w 4 zakresach (filtr, Monitorujący, ST, Diagnostycz., Pośredni) z filtrem zakłóceń elektrochirurgicznych wbudowanym w przewody pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 40**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści ciągłą analizę położenia odcinka ST w zakresie -9 do +9 mm (-0,9 do +0,9 mV)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 41**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, pkt 6 Czy Zamawiający dopuści analizę arytmii 20 rodzajów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania.

**Pytanie 42**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, pkt 6 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby monitor realizował zaawansowaną analizę arytmii zgodnie z zaleceniami AHA w min. 4 odprowadzeniach jednocześnie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 43**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści pomiar metodą impedancyjną w zakresie 4-120 odd./min?.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 44**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści saturację (SPO2) w zakresie 1-100%?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści również parametr saturacji (SPO2) w zakresie 1-100%. Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznika do SWZ w w/w zakresie.

**Pytanie 45**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści pomiar i obrazowanie pulsu w zakresie 30-250 ud./min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści pomiar i obrazowanie pulsu w zakresie 30-250 ud/min. Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany załącznika do SWZ w w/w zakresie.

**Pytanie 46**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 13 Czy Zamawiający dopuści pomiar automatyczny NIBP z regulowanym interwałem 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 godz., 1,5 godz. i 2 godz.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.



**Pytanie 47**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 13 Czy Zamawiający wymaga algorytmu skracającego czas pomiarów NIBP poprzez antycypowanie wyniku pomiaru i wstępne pompowanie mankietu do wartości ciśnienia bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga algorytmu skracającego czas pomiarów NIBP poprzez antycypowanie wyniku pomiaru i wstępne pompowanie mankietu do wartości ciśnienia bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 48**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 14 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia stożkowych mankietów dla pacjentów otyłych do stosowania na przedramieniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga dostarczenia stożkowych mankietów dla pacjentów otyłych do stosowania na przedramieniu. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 49**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie od -40 do + 320 mmHg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 50**

Mierzone parametry, moduły pomiarowe, Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści pomiar stężenia gazów anestetycznych anestetyki wziewne, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> (pomiar paramagnetyczny) realizowany w aparacie do znieczulenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 51**

Prezentacja graficzna, Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o moduł CO oraz - równoważnie dla modułu BIS - moduł Entropii, bez możliwości rozbudowy o moduł ICG?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 52**

Prezentacja graficzna, Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 168 godzin trendów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 53**

Prezentacja graficzna, Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści 168 godzinne trendy mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością zależną od skali czasu, np. 1 minuta dla skali czasu 1 lub 2 godziny oraz z rozdzielczością 10 s dla skali czasu 20 min?.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 54**

Prezentacja graficzna, Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści monitor bez trendów holograficznych, ale wyposażony we wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytania dotyczące SWZ**

**Pytanie 55**

Termin realizacji Pakiet 3: 1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Zwracamy uwagę, iż obecnie z uwagi na sytuację na świecie oraz panującą pandemię Covid19 mamy do czynienia ze zwiększonym zapotrzebowaniem na sprzęt medyczny, w tym także na aparaty do znieczulenia. Dodatkowo na rynku obserwuje się kryzys, jeśli chodzi o dostępność układów elektronicznych, niezbędnych do produkcji szerokiej gamy urządzeń, a w tym sprzętu medycznych, w związku z tym terminy dostaw deklarowane przez producentów są bardzo długie. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany SWZ i załącznikach do SWZ i po dokonanej zmianie termin wykonania zamówienia wynosić będzie 60 dni od dnia podpisania umowy, z tym że Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych w miejscu instalacji zamawianego sprzętu.

**Pytanie 56**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 56, wnosimy o wydłużenie terminu do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż dokona zmiany SWZ i po dokonanej zmianie termin wykonania zamówienia wynosić będzie 60 dni od dnia podpisania umowy, z tym że Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych w miejscu instalacji zamawianego sprzętu.

dotyczące dot. pakietu 3 - aparat do znieczulenia – 1 szt załącznik nr 2c do SWZ:

**Pytanie 57**

Dot. załącznika nr 2c do SWZ Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń, PAKIET 3 - APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 szt, Warunki Gwarancji i Serwisu aparatu i monitora (oraz par. 6 ust. 3 lit. c umowy), Pkt. 4 Ze względu na specyfikę sprzętu, jakiego wymaga Zamawiający, zapewnienie na czas naprawy urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot Umowy, może okazać się logistycznie niemożliwe w tak krótkim czasie. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego dla napraw przedłużających się powyżej 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE do 7 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 58**

Dot. załącznika nr 2c do SWZ Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń, PAKIET 3 - APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 szt, Warunki Gwarancji i Serwisu aparatu i monitora Pkt. 5 (oraz par. 6 ust. 3 lit. d umowy )Wnosimy o wykreślenie punktu nr 5, gdyż zdalny serwis nie dotyczy aparatów do znieczulenia, tylko aparatów USG, które są przedmiotem innego pakietu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 59**

Dot. załącznika nr 2c do SWZ Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń, PAKIET 3 - APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 szt, Warunki Gwarancji i Serwisu aparatu i monitora Pkt. 7 (oraz par. 6 ust. 3 lit. e) Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytania dotyczące załącznika nr 7 do SWZ WZORU UMOWY**

**Pytanie 60**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa Par. 5 ust. 3 Jak rozumiemy, w par. 5 ust. 3 wymagają Państwo instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy t.j. Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650, z późn. zm), która to stanowi obowiązek pracodawcy (a więc Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia razem ze sprzętem dokumentów, w szczególności instrukcji obsługi, które wskazuje na zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu, na podstawie których oraz przy uwzględnieniu warunków funkcjonowania pracowni, Zamawiający jako pracodawca winien jest przygotować instrukcję BHP zgodnie z § 41 w/w rozporządzenia. W związku z tym, prosimy o wykreślenie z par. 5 ust. 3 „stanowiskowej instrukcji BHP”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie 61**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa Par. 5 ust. 5 W związku z tym, że przedmiotem zamówienia w ramach pakietu nr 3 jest aparat do znieczulenia, którego dostawa, instalacja oraz uruchomienie odbywają się tego samego dnia, wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

5. Zgłoszenie przez Wykonawcę Gotowości do Odbioru powinno nastąpić nie później niż 2 dni robocze przed planowanym Odbiorem, przy czym:

- a) za dzień zgłoszenia Gotowości do Odbioru uznaje się dzień otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia,
- b) Odbiór przez Zamawiającego zostanie dokonany w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w ust.5
- c) Zamawiający może przedłużyć termin dokonania Odbioru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 62**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa Par. 5 ust. 11 Prawo własności Sprzętu oraz przeniesienie licencji następuje w chwili całkowitej zapłaty za Sprzęt, w związku z powyższym wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

Przejście prawa własności Sprzętu oraz przeniesienie licencji na Zamawiającego następuje z chwilą całkowitej zapłaty za Sprzęt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wnioskowaną zmianę. Zamawiający dokona zmiany SWZ w tym zakresie.

**Pytanie 63**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa Par. 6 ust. 2: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

„(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającemu należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika nr 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 64**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa Par. 6 ust. 4: Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie par. 6 ust. 4?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika nr 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie pozostaje bez zmian.

**Pytanie 65**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa Par. 6 ust. 5: Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

- a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
  - niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym eksploatacji niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się do instrukcji obsługi lub najnowszej instrukcji serwisowej,
  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy
  - normalnego zużycia rzeczy
- b) materiały eksploatacyjne i zużywalne“

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 66**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa Par. 6 ust. 6: Postanowienie par. 6 ust. 6 narzuca odpowiedzialność Wykonawcy na zasadzie ryzyka za podmioty trzecie nieznanne Wykonawcy i na wybór których Wykonawca nie ma wpływu. Wobec tego proponujemy doprecyzowanie i wskazanie, iż odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie dotyczy podmiotu posiadającego autoryzację producenta:

(...) Zamawiający może powierzyć wykonanie odpowiednich czynności innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi“.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 67**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa: Czy Zamawiający potwierdza, że wstawienie urządzenia zastępczego zwalnia na czas naprawy zwalnia Wykonawcę z kar umownych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający w sposób szczegółowy opisał w § 7 ust 1 załącznika nr 7 do SWZ przypadki naliczania kar umownych. Treść załącznika 7 do SWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 68**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa Par. 7 ust. 1 a: W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 69**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa Par. 7 ust. 1 c: Zapisy par. 6 „Rękojmia i gwarancja” określają termin przystąpienia do naprawy oraz naprawy Sprzętu. Wnosimy zatem o modyfikację zapisu zgodnie z

c)w razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości .....% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie, aż do dnia naprawy;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 70**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Umowa Par. 7 ust. 1 c: W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 71**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Par. 7 ust. 1 c: Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do przystąpienia do realizacji naprawy gwarancyjnej / przeglądu , przed naliczeniem kary umownej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 72**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ Par. 7 ust. 14: Wnosimy o obniżenie maksymalnego limitu kar do 10 % wartości brutto umowy. Umożliwi to wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 73**

Dot. załącznika nr 7 do SWZ: Proponujemy doprecyzowanie zapisu o sile wyższej w następujący sposób:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich

przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika 7 do SWZ we wnioskowanym zakresie pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 74**

Dot. Załącznika nr 3 do umowy – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 5 ust. 5: Zwracamy uwagę, że postanowienia RODO nakładają obowiązek poinformowania o stwierdzonym naruszeniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Prosimy zatem o modyfikację zapisu w następujący sposób:

Podmiot przetwarzający niezwłocznie - w każdym wypadku nie później niż w ciągu 72 godzin od wykrycia (...)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wnioskowaną zmianę. Zamawiający dokona zmiany Zamawiający dopuszcza wnioskowaną zmianę. Zamawiający dokona zmiany załącznik w tym zakresie, zgodnie z propozycją Wykonawcy

#### **Pytanie 75**

Dot. Załącznika nr 3 do umowy – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 7 ust. 3: Dane winny być usuwane w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Prosimy zatem o modyfikację zapisu w następujący sposób:

Najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Podmiot Przetwarzający ma obowiązek (...)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść załącznika nr 3 do umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 76**

Dot. Załącznika nr 3 do umowy – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 7 ust. 5: Protokół winien być dostarczony w ciągu 30 dni. Prosimy zatem o modyfikację zapisu w następujący sposób: Czynności wskazane w ust. 3 zostaną wykazane w pisemnym protokole, podpisanym przez przedstawiciela Podmiotu Przetwarzającego i dostarczonym Administratorowi w terminie 30 dni od dokonania wskazanych w nim czynności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 77**

Dot. Załącznika nr 3 do umowy – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Zał. nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wnosimy o modyfikację treści, uwzględniając poniższe:

Rodzaje danych osobowych:

- a) Imię i nazwisko, data urodzenia (wiek), PESEL, płeć





c) biznesowe dane kontaktowe  
Kategorie osób:  
Pacjenci (a, b) i pracownicy (c) Administratora

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany proponowanej w treści zapytania. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

**Zamawiający informuje, że w oparciu o postanowienia art. 135 ust 6 ustawy pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Marcin Ogórek – Dyrektor  
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ALL-MED"  
Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek  
*(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)*