

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WSSE.DEA OZPA 272.28.2023

Łódź, 20.10.2023r.

Zamawiający:

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi

ul. Wodna 40, 90- 046 Łódź

## INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

### Do wszystkich Uczestników

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) na Dostawę aparatury laboratoryjnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w podziale na części:

CZĘŚĆ 1: Generator wodoru-1szt.

CZĘŚĆ 2: Dilutor grawimetryczny z dwoma pompami – 1szt

### CZĘŚĆ 1: Generator wodoru-1szt.

#### I. Informacja o złożonych ofertach:

L.p.	Nazwa Firmy	Cena Oferty:	Gwarancja:	Punktacja
1.	Anchem Plus Mariusz Malczewski ul. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa	48 462,00 zł- 49,11 pkt	48 miesięcy-40,00 pkt	89,11 pkt
2.	„SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin	39 667,50 zł – 60,00 pkt	48 miesięcy-40,00 pkt	100,00 pkt

#### II. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

„SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVII SWZ.

## **CZĘŚĆ 2: Dilutor grawimetryczny z dwoma pompami – 1szt**

### **I. Informacja o złożonych ofertach:**

L.p.	Nazwa Firmy	Cena Oferty:	Gwarancja:
1.	Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń	46 740,00 zł	48 miesięcy
2.	Th. Geyer Polska Sp. z o.o. Czeska 22A 03-902 Warszawa	38 376,00 zł	48 miesięcy
3.	Sterbios Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 / lok 319a; 02-532 Warszawa	30 602,40 zł	24 miesiące

### **II. Informacja o odrzuceniu oferty:**

W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty nr 1,2,3

Uzasadnienie prawne:

Art. 226 ust.1 pkt. 5 PZP Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał aby głębokość aparatu nie była większa niż 40 cm, natomiast zaoferowano zgodnie z załączonymi przez Wykonawców dokumentami producenta głębokość 43,7 cm co jest niezgodne z wymaganiami SWZ.

### **II. Unieważnienie postępowania.**

Uzasadnienie prawne:

W tej części postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 255 ust.2 Pzp

Uzasadnienie faktyczne:

Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;

**Dziękuję za udział w postępowaniu.**

W dniu 20.10.2023r zatwierdził:  
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
z up.  
Waldemar Mańkowski  
z-ca Dyrektora  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
WSSE w Łodzi