



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 174/05/2022

Chrzanów, 06.05.2022 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nr 47/2022 na „Dostawa aparatu RTG z ramieniem „C” dla Ortopedii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”.**

1. **Dotyczy pkt 55 AIT:** Punkt VI opisu przedmiotu zamówienia definiuje, że "MONITOR i TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU", w związku z tym prosimy o usunięcie punktu 55, ponieważ powiela on wymóg z pkt 54 dla tego typu aparatów. Aparaty RTG z ramieniem C, które posiadają monitory diagnostyczne i tor wizyjny na jednym wózku mają zainstalowany tylko jeden monitor dotykowy VGA.

***Odp.: Zamawiający wykreśla pkt. 55 AIT.***

2. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy). Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

***Odp.: Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian.***

3. **Dotyczy §5 ust.5i) projektu Umowy:** WSSE w Krakowie wymaga różnych dokumentów. Część z tych dokumentów jest w posiadaniu Zamawiającego, do których Wykonawca nie ma możliwości dostępu np. plan postępowania awaryjnego, program szkoleń, program zapewnienia jakości itp. Rozumiemy, że w ramach tego punktu (5i) Wykonawca ma dostarczyć wymagane dokumenty przez WSSE tj. instrukcję obsługi w języku polskim, testy odbiorcze i specjalistyczne, listę osób przeszkolonych z obsługi dostarczonego aparatu?

***Odp.: Tak.***

4. **Dotyczy § 7 ust.5 projektu Umowy:** Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w czasie przewidzianym na usunięcie wady naprawy bez wymiany części zamiennych (5 dni roboczych) oraz naprawy z wymianą sprowadzaną od producenta zagranicą części zamiennych (7 dni roboczych). Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu. W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie w/w propozycji.

***Odp.: Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian.***

5. **Dotyczy § 7 ust.5 projektu Umowy:** W nawiązaniu do w/w punktu prosimy o niewielką modyfikację wg poniższej propozycji: „*Na elementy wymieniane lub naprawiane okres gwarancji, obowiązywać będzie gwarancja do końca okresu gwarancji wynikającej ze złożonej oferty lub gwarancja 12 miesięcy liczona od daty ich wymiany, w zależności co jest bardziej korzystniejsze dla Zamawiającego*”. Wyjaśniamy, że np. jeżeli dana część będzie wymieniona w ostatnich 12 miesiącach trwania gwarancji, to wtedy obowiązywać będzie dodatkowa gwarancja 12 miesięcy na wymienioną część.

***Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis w § 7 ust.5 wzoru umowy.***

6. **Dotyczy §7 ust.6 projektu Umowy :** W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu. Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C wiąże się szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.

***Odp.: Zapis we wzorze umowy nie wskazuje na wymóg.***

7. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 6 (odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego), prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie urządzenia zastępczego po 10 dniach roboczych od momentu zgłoszenia.

***Odp.: Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian.***



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

8. Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

***Odp.: Wysokość kary została określona w § 9 pkt. 5 wzoru umowy.***

9. Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

***Odp.: Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian.***

10. **Dotyczy § 4 ust.6 projektu Umowy:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego?

***Odp.: Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian.***

11. **W nawiązaniu do § 9 ust.1.2) projektu Umowy,** zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji.

***Odp.: Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian.***

12. Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

***Odp.: Wysokość kary została określona w § 9 pkt. 5 wzoru umowy.***

13. Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

***Odp.: Nie, zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian.***





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

14. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaki typ wentylacji występuje w pomieszczeniu, gdzie będzie eksploatowany aparat? Mechaniczna czy grawitacyjna? W sytuacji posiadania wentylacji grawitacyjnej zwracamy się z prośbą o udostępnienie protokołu wydajności wentylacji przez Zamawiającego na pisemne żądanie Wykonawcy w terminie 3 dni. Jeżeli mechaniczna to zgodnie z obecnymi wytycznymi WSSE do projektu osłon stałych wymagany jest m.in. rzut pomieszczeń wraz z zatwierdzonym przez WWSE projektem wentylacji, zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego posiadanej w/w dokumentacji na pisemne żądanie Wykonawcy w terminie 3 dni.

**Odp.: Wentylacja mechaniczna.**

15. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie: projektu budowlanego pracowni, starego projektu ochrony radiologicznej pracowni jeśli istnieje.

**Odp.: Brak projektu ochrony radiologicznej. Projekt budowlany Zamawiający prześle po podpisaniu umowy.**

16. Zwracamy się z prośbą o określenie przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń pracowni.

**Odp.: Zamawiający prześle takie dane po zawarciu umowy.**

17. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji, tj.:

- a. Liczby ekspozycji wykonywanych w ciągu jednego dnia roboczego
- b. Czasu jednej ekspozycji

**Odp.: Zamawiający prześle takie dane po zawarciu umowy.**

18. Prosimy o wskazanie osoby (e-mail, nr telefonu), która będzie kompetentna do określenia geometrii prowadzonych badań (gdzie będzie znajdować się lampa RTG?, gdzie będzie przebywał operator aparatu? W którą stronę będzie skierowana wiązka pierwotna promieniowania?)

**Odp.: [sam@szpital-chrzanow.pl](mailto:sam@szpital-chrzanow.pl), tel. 519 307 607.**

19. Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi?

**Odp.: Tak.**

20. Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

**Odp.: Tak.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

21. **Dotyczy kosztorysu cenowego:** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT?

**Odp.: Tak.**

22. **Pytanie dotyczy punkt 53 załącznika Arkusz Informacji Technicznych: Czy Zamawiający oczekuje aby badania z aparatu RTG były automatycznie obsługiwane przez posiadany już przez Zamawiającego i obsługujący inne jego aparaty, różnych producentów - system rejestracji dawek promieniowania?** Uzasadnienie dla wątpliwości zawartej w pytaniu: Prosimy o zauważenie, że to właśnie procedury prześwietleniowe są szczególnie niebezpieczne z uwagi na duże dawki promieniowania używane w czasie zabiegów i powinny one podlegać nadzorowi Inspektora Ochrony Radiologicznej. Jest to szczególnie istotne dla urządzeń prześwietleniowych wykorzystywanych poza pomieszczeniami pracowni rentgenowskich, gdzie osobisty nadzór IOR-a jest ograniczony a dodatkowo pracownicy są narażeni na przebywanie w bezpośredniej bliskości źródła promieniowania a nie w sterowni. Obecne wymogi zawarte w punkcie 53 AIT dają tylko iluzoryczne poczucie nadzoru i kontroli dawek. Przecież np. skoro nie jest wymagana współpraca aparatu z jakąkolwiek drukarką to wymóg prezentacji dawki na zdjęciu drukowanym jest oderwany od rzeczywistości i nie daje Zamawiającemu żadnej możliwości skontrolowania dawki. Tak samo np. wymóg prezentacji dawki na zdjęciu na monitorze nie daje przecież żadnej informacji jaką dawkę w czasie zabiegu otrzymał dany pacjent, odnosząc się co najwyżej do pojedynczego obrazu. Wnosimy o rozważenie, że brak objęcia fluktuoroskopowego aparatu ścisłym nadzorem nad dawkami, przy jasno określonych wymogach prawnych i stale rozszerzanej liście poziomów referencyjnych oraz coraz bardziej świadomych swoich praw pacjentach, nie jest zasadny.

**Odp.: Dostawa aparatu nie obejmuje integracji z systemem rejestracji dawek promieniowania.**

**Z poważaniem**

**Dyrektor**

**Szpitala Powiatowego w Chrzanowie  
mgr Artur Baranowski**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892