

Znak: ZOZ.V.010/DZP/31/22

Sucha Beskidzka dnia 15.04.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/31/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Czy w związku z bieżącymi opóźnieniami, oraz zerwanymi łańcuchami dostaw skutkującymi brakami w produkcji sprzętu jednorazowego, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji: 2,3,4 oraz 5?:

2.	Czujniki na rurkę do CO2 (kapnometr) dla dzieci do defibrylatora Lifepack 15	szt	50
3.	Czujniki do nosa do CO2 (kapnometr) dla dzieci do defibrylatora Lifepack 15	szt	50
4.	Czujniki na rurkę do CO2 (kapnometr) dla dorosłych do defibrylatora Lifepack 15	szt	100
5.	Czujniki do nosa do CO2 (kapnometr) dla dorosłych do defibrylatora Lifepack 15	szt	100

Pozwoli to Wykonawcy na złożenie oferty na pozostałe pozycje w tym pakiecie, odpowiadającej z wymaganiami Zamawiającego oraz asortymentu kompatybilnego i przetestowanego do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, urządzeniem LUCAS zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu i zaleceniami producenta.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane w pakiecie 4, poz 1. Elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta?

W związku z brakiem powiązań prawnych z producentami elektrod niewymienionych w CE defibrylatora i braku testów potwierdzających pełną kompatybilność, producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora.

Odp. TAK.

Z poważaniem:

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Bączewski