

Parametry techniczne

Zestaw do bronchoskopii: platforma medyczna wraz z oprzyrządowaniem – 1 kpl.

Model:

Typ:

Rok produkcji: nie starszy niż **2024** [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]

Producent:

Lp.	Parametry wymagane	Parametr wymagany	Wartość oferowana
	Monitor do bronchoskopów jednopacjentowych – 1 szt.		
1.	Obraz typu Full HD	TAK	
2.	Ekran o przekątnej min. 12,8" kolorowy TFT LCD	TAK, PODAĆ	
3.	Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pikseli	TAK	
4.	Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancierza sondy	TAK	
5.	Wbudowana pojemność przechowywania 32 GB	TAK, PODAĆ	
6.	Możliwość podłączenia się do systemem PACS poprzez DICOM	TAK, PODAĆ	
7.	Funkcja wyświetlania obrazu z dwóch urządzeń w czasie rzeczywistym z podziałem ekranu na 2 części	TAK, PODAĆ	
8.	Uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem	TAK	
9.	Wyposażenie w trzy wejścia do podłączenia bronchoskopów min. dwóch różnych generacji, rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów, endoskopów laryngologicznych.	TAK	
	Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny – 50 szt.		
1.	Pole widzenia 85° +/- 2°	TAK, PODAĆ	
2.	Głębokość ostrości 6-50 mm +/- 5mm	TAK, PODAĆ	
3.	Długość części roboczej 600 mm +/- 5mm	TAK, PODAĆ	
4.	Zakres regulacji do góry 180°, do dołu min. 160°	TAK	
5.	Min. 3 rozmiary do wyboru przez Zamawiającego	TAK	
6.	Kanał roboczy o średniej średnicy dla rozmiaru Slim: 1.2 mm, dla rozmiaru Regular: 2,2 mm (min. 2.0 mm), dla rozmiaru Large: 2.8 mm (min. 2.6 mm), wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu	TAK, PODAĆ	
7.	Średnica zewnętrzna części roboczej dla rozmiaru Slim: min. 3.8 mm, maks. 4.3 mm, dla rozmiaru Regular: min. 5.0 mm, maks. 5.5 mm, dla rozmiaru Large: min. 5.8 mm, maks. 6.3 mm	TAK, PODAĆ	

8.	Kompatybilny z zestawem pojemnik do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym, z obejściem próżniowym, w celu wyeliminowania przełącznika rurki ssącej	TAK, Podać	
9.	W komplecie przewód wykonany z poliwęglanu	TAK, Podać	
Wózek medyczny – 1 szt.			
1.	Szerokość: 530mm +/- 10 mm Wysokość bez ramienia stojaka: 1320mm +/- 10 mm Wysokość z ramieniem stojaka min/max: 1511mm/2351mm +/- 10 mm Głębokość, długość: 610mm +/- 10 mm	TAK, Podać	
2.	Waga całkowita maks. 23kg	TAK, Podać	
3.	Udźwig minimalnie: Maksymalne obciążenie: 35kg Półka: 10kg Uchwyt na monitor: 14kg Kosz: 3kg Stojak do kroplówek: 5kg	TAK, Podać	
4.	Stojak na kroplówki z regulacją wysokości	TAK	
5.	Uchwyt/ nawijarka do kabli	TAK	
6.	Uchwyt na monitor i wideoprocessor	TAK	
7.	Półka na preparaty	TAK	
8.	Uchwyt do przechowywania zapasowych endoskopów	TAK	
9.	Kolumna nośna z wbudowanym kanałem kablowym	TAK, Podać	
10.	Kosz do przechowywania akcesoriów, kabli	TAK	
11.	Podstawa z czterema blokowanymi podwójnymi kółkami obrotowymi	TAK	
Warunki gwarancji:			
1.	Okres gwarancyjny min. 24 miesiące zapewniony przez autoryzowany serwis producenta.	TAK, podać	
2.	Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.	TAK	
3.	Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. oraz numerem fax) .	TAK	
4.	Przyjazd serwisu i naprawa po zgłoszeniu awarii (email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym w ciągu 48 h nieodpłatnie.	TAK	
Serwis, szkolenia, instrukcje i certyfikaty			
5.	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności	TAK	
6.	Instrukcja obsługi w j. polskim (wersja papierowa i elektroniczna format pliku pdf)	TAK	
7.	Nieodpłatny instruktaż z obsługi urządzenia	TAK	
8.	Paszport techniczny	TAK	

