

Włoszczowa, dnia 17.08.2023 r.

Znak DOAT: 99/08/2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert na dostawę szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 03/08/2023

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści nici niewchłaniające, plecione, poliestrowe powlekane w całości silikonem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłaniające, jednowłókowe, polipropylenowe (bez adnotacji w dokumentach o kontrolowanym rozciąganiu i plastycznym odkształcaniu węzła).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny z polidoksanonu bez dodatku triklosanu, wchłaniający, jednowłókowy, okres wchłaniania 180- 210 dni, czas podtrzymywania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści nici w kolorze fioletowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nastąpiła pomyłka pisarska, opis: „poz. 14 bezbarwna, bez powleczenia antybakteryjnego” dotyczy wyłącznie poz.15.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wytrzymałość węzła po 2 tyg. 40% pierwotnej siły, wchłaniający się w okresie 90-120 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pod pojęciem „Szew niewchłaniający, jednowłóknowy, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności” rozumie i będzie wymagał szew jednowłóknowy niewchłaniający, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 6, 8, 9 oraz 11 dopuści również igłę 3/8 koła konwencjonalnie tnącą, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 10 dopuści również igłę ½ koła okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści również szew syntetyczny – poliestrowy, niewchłaniający, pleciony zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylenem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 8 dopuści również igłę ½ koła okrągło-tnącą, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści również igłę ½ koła okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści również igłę 45mm, prostą, odwrotnie tnącą, długość nitki 45cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert, zamieszczona jest na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/zoz/wloszczowa> i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.


ZATWIERDZIŁ:

Z upoważnienia

Kierownik
Sekcji Spraw Pracowniczych

mgr Elżbieta Łopatowska

INSPEKTOR
Działu Obsługi Adm.-Tech.


Joanna Szware