



Znak sprawy: DFS.382.1.2022.ESM

ZD/ 155 /2022

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. mieszczącego się w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Uzdrowskiej 54,**

*Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zaproszenia o treści :*

**ZAPYTANIE NR 1**

Pakiet 1, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści innego producenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu, pod warunkiem, iż zaoferowany asortyment będzie kompatybilny z pompą infuzyjną Alaris CC**

Pakiet 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z możliwością rozszerzenia do min.10%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające kryzę ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wypadnięciem tłoka?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**



Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 1, pozycja 15-17

Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym pełniącym rolę zastawki?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 2 pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści innego producenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu, pod warunkiem, że pozycja 6 i 7 będzie kompatybilna z pozycją 5.**

Pakiet 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z możliwością utrzymania do 7 dni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania posiadające kod barwny na cewniki i numeryczny na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**



Pakiet 5 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem 8ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 5 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z podwójnym znacznikiem głębokości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 7 pozycja 3, 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki okrągłe?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 9 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pincetę sterylną?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 9 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 7,5cmx13cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet 9 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 16cmx26cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**



**ZAPYTANIE NR 2**

Pakiet nr 5, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania z zatyczką kodowaną kolorystycznie, natomiast numeryczna informacja o rozmiarze naniesiona na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet nr 5, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu ze standardową końcówką?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet nr 5, pozycja nr 6 – Czy zamawiający maski tlenowe z nebulizatorem tylko o pojemności 6ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet nr 5, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez znacznika przed mankietem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

Pakiet nr 9, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści tacę do podawania leków o wymiarach 405x315x55mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.**

**ZAPYTANIE NR 3**

Pakiet 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80szt?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 4 pakietu nr 1 strzykawek pakowanych po 80szt., zapotrzebowanie na dany produkt powinno być wówczas odpowiednio przeliczone do**



**pełnego opakowania w górę i zaznaczone w formularzu asortymentowo – cenowym.**

Pakiet 1 poz.8

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,6x32mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 8 pakietu nr 1 igły w rozmiarze 0,6x32mm, pod warunkiem że spełni ona pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet 1 poz.9

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7x32mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 9 pakietu nr 1 igły w rozmiarze 0,7x32mm, pod warunkiem że spełni ona pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,8x38mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 10 pakietu nr 1 igły w rozmiarze 0,8x38mm, pod warunkiem że spełni ona pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet 1 poz.11

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9x38mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 11 pakietu nr 1 igły w rozmiarze 0,9x38mm, pod warunkiem że spełni ona pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**



Pakiet 1 poz.12

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,2x38mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 12 pakietu nr 1 igły w rozmiarze 1,2x38mm, pod warunkiem że spełni ona pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet 1 poz.15-17

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 15-17 pakietu nr 1 kaniul wykonanych z FEP, pod warunkiem że spełnią one pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet 1 poz.15-17

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z dwoma paskami RTG?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 15-17 pakietu nr 1 kaniul dwoma paskami RTG, pod warunkiem że spełnią one pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet 1 poz.15-17

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamującym wypływ krwi?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 15-17 pakietu nr 1 kaniul z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamującym wypływ krwi, pod warunkiem że spełnią one pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet 1 poz.15-17

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 6 paskami RTG?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 15-17 pakietu nr 1 kaniul z 6 paskami**



**RTG, pod warunkiem że spełnią one pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia badaniami, że możliwe jest zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia badaniami, że możliwe jest zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni.**

#### **ZAPYTANIE NR 4**

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje strzykawkę dwuczęściową 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropylenu/polietylenu. Doskonała przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,1ml w zakresie nominalnej skali. Centryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (niebieski) i nacięciami do częściowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dispenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaferowanie w pozycji nr 1 pakietu nr 1 zaferowanie produktu o w/w parametrach, pod warunkiem że spełni on pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje strzykawkę dwuczęściowa 5ml z rozszerzeniem skali do 6ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropylenu/polietylenu. Doskonała przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,2ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający



obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (czerwony) i nacięciami do częściowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 2 pakietu nr 1 zaoferowanie produktu o w/w parametrach, pod warunkiem że spełni on pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje strzykawka dwuczęściowa 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropylenu/polietylenu. Doskonała przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,5ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (pomarańczowy) i nacięciami do częściowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaoferowanie w pozycji nr 3 pakietu nr 1 zaoferowanie produktu o w/w parametrach, pod warunkiem że spełni on pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje strzykawka dwuczęściowa 20ml z rozszerzeniem skali do 24ml do jednorazowego użytku. Wykonana z polipropylenu/polietylenu. Doskonała przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakończenie Luer do mocowania igły. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna podwójna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Kontrastujący tłok w kolorze zielonym dla pewnej wizualizacji.





Opakowanie zbiorcze a`100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (zielony) i nacięciami do częściowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania (dispenser). Bez zawartości lateksu, Dehp i Pcv.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaferowanie w pozycji nr 4 pakietu nr 1 zaferowanie produktu o w/w parametrach, pod warunkiem że spełni on pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający oczekuje kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm. :

22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min;

z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie włączenia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatraskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaferowanie w pozycji nr 15 pakietu nr 1 zaferowanie produktu o w/w parametrach, pod warunkiem że spełni on pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający oczekuje kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm. :

20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min. oraz 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min;

z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie włączenia z zamontowanym fabrycznie



koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaferowanie w pozycji nr 16 pakietu nr 1 zaferowanie produktu o w/w parametrach, pod warunkiem że spełni on pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Pakiet nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający oczekuje kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.:

18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min. oraz 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min;

z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również na zaferowanie w pozycji nr 17 pakietu nr 1 zaferowanie produktu o w/w parametrach, pod warunkiem że spełni on pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego w zaproszeniu.**

Z poważaniem

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Sp. z o.o.  
43-230 Goczałkowice-Zdrój  
ul. Uzdrowska 54  
KIEROWNIK DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ  
tel. (32) 449 20 84  
NIP 6381811134 REGON 000291888  
dr n.farm. Ewa Słodczyk-Mańkowska

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Biuro Zarządu: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: biuro@gozdroj.pl

• Recepcja tel.: 801 022 280 lub 32/449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS  
Kapitał Zakładowy: 22 617 000 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839