

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę staplerów i materiałów szewnych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.02.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1. Zadanie 1 Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający, rozmiar 80 mm, o długości linii szwu 85,1 mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym na całej długości, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia, wysokość otwartej zszywki 3,8mm pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. Zadanie 1 Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe ładunki do staplera liniowego z nożem, rozmiar 80mm, długość linii cięcia 85,1mm, zszywki wykonane z drutu o przekroju okrągłym, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia, wysokość otwartej zszywki 3,8mm, nóż w ładunku, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. Zadanie 1 Pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający, rozmiar 80 mm, o długości linii szwu 85,1 mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym na całej długości, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia, wysokość otwartej zszywki 4,8mm pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. Zadanie 1 Pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe ładunki do staplera liniowego z nożem, rozmiar 80mm, długość linii cięcia 85,1mm, zszywki wykonane z drutu o przekroju okrągłym, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, nóż w ładunku, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie 5. Zadanie 1 Pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, liniowy jednorazowy stapler tnąco-zamykający, rozmiar 80 mm, długość linii cięcia 85,1mm, z dwiema podwójnymi liniami zszywek 3,8 lub 4,8 mm, z nożem w ładunku, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6. Zadanie 1 Pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, liniowy jednorazowy ładunek do staplerów tnąco-zamykających, rozmiar 80 mm, długość linii szycia 85,1mm, z dwiema podwójnymi liniami zszywek 3,8 lub 4,8 mm z nożem w ładunku, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7. Zadanie 1 Pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny z łamaną główką w rozmiarze 21, 24, 26, 29 lub 32 mm, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,4mm do 2,6mm? Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 21mm - 4,5 mm, dla rozmiaru 26 mm i 29 mm - 4,8 mm, dla rozmiaru 32mm - 5,0mm. Zszywki wykonane z drutu o przekroju okrągłym, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową, gumową powłoką, jednorazowego użytku. Rozmiar do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8. Zadanie 2 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, uniwersalną, jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z artykulacją w ładunku, przeznaczoną do ładunków wykonujących zespolenie o długości 30, 45 lub 60mm, posiadającą jedną dźwignię zamykająco-spustową. Długość ramienia bez ładunku 16 cm lub 26 cm, z ładunkiem odpowiednio: 26,5 lub 36,5 cm, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9. Zadanie 2 Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją w ładunku, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60mm, mocowane do trzonu staplera, 6 rzędów zszywek, wysokość zamkniętych zszywek: 1,5mm; 1,8mm lub 2mm, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10. Zadanie 2 Pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe, ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją w ładunku, posiadające specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wypustkami, ułatwiającymi chwytanie tkanki, zapobiegającą wsuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60mm, mocowane do trzonu staplera, wysokość zamkniętych zszywek - 1,5mm; 1,8mm; 2,00mm; 2,35mm; pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11. Zadanie 2 Pozycja 4,5: Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy bezostrzowy trokar z optycznym wejściem, bezostrzowa końcówka, o średnicy 5-12mm, dł. 110mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 5mm do 12mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insulfację i desulfację. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem