

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 14.03.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 14.03.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku –powtórka.**
Oznaczenie sprawy: **3/2024**

Zapytanie nr 1. Pakiet nr 28 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul zgodnej z opisem;

- Wykonana z biokompatybilnego medycznego PUR
- Posiada dodatkowy port do wstrzyknięć ze zintegrowanym samodomykającym się koreczkiem
- Wyposażona w sześć pasków radiocieniujących
- Wyposażona w metalowy mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci metalowego zatrzasku na końcu igły automatycznie uruchamianego po wyjęciu igły z kaniuli
- Posiada filtr hydrofobowy, który zapobiega przeciekaniu krwi podczas kaniulacji
- Opakowanie typu TYVEC
- Na opakowaniu jednostkowym zawarta informacja o średnicy, długości kaniuli, przepływie, dacie ważności oraz metodzie sterylizacji
- Sterylna, nie zawiera plastyfikowanego PVC, lateksu, DEHP
- Pakowane w opakowania po 50 sztuk
- Transparentna komora wpływu wstecznego
- Skrzydełka oraz koreczek portu górnego kodowany kolorystycznie
- Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi, prążkowany
- Elastyczne skrzydełka z dziurkami umożliwiającą zamocowanie kaniuli plastrem lub jej przyszyście
- Silikonizowana igła wykonana ze stali nierdzewnej z tylnym szlifem

14G	Pomarańczowy	2,1	45
16G	Szary	1,8	45
17G	Biały	1,5	45
18G	Zielony	1,3	32
18G	Zielony	1,3	45
20G	Różowy	1,1	32
20G	Różowy	1,1	25
22G	Niebieski	0,9	25

24G	Żółty	0,7	19
-----	-------	-----	----

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2. Pakiet nr 28 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie koreczka do dezynfekcji w kolorze niebieskim.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza koreczek do dezynfekcji w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 3. Pakiet nr 28 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie koreczka do dezynfekcji w opakowaniu 250 szt.. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do ilości zamawianej przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 4. Pakiet nr 28 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie koreczka do dezynfekcji pakowanych na pasku po 10 szt.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do ilości zamawianej przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 5 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 1

Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem 5m

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza uchwyt z przewodem 5 m, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 6 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 1 Prosimy o dopuszczenie uchwytu o długości 150mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 7 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 2 Prosimy o dopuszczenie przełącznika w formie dwóch przycisków.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 8 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 2 Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem 5m

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza uchwyt z przewodem 5 m pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 9 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 2 Prosimy o dopuszczenie uchwytu o długości 150mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 10 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 2 Czy zamawiający dopuści równoważny uchwyt monopolarny o parametrach: Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 11 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 3 Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej jednorazowego użytku z kablem o dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, powierzchnia aktywna 118cm², wymiary 202x101mm, wykonanej z włókniny, hydrożel, opakowanie 25 szt. kompatybilna z ValleyLab.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 12 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 3 Prosimy o dopuszczenie elektrod w opakowaniach zbiorczych 25 szt. Każda elektroda pakowana i etykietowana jest osobno, zatem prosimy o możliwość wyceny pojedynczych sztuk.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 13 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej jednorazowego użytku z kablem o dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, powierzchnia aktywna 118cm², wymiary 202x101mm, wykonanej z włókniny, hydrożel, opakowanie 25 szt. kompatybilna z ValleyLab.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 14 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrod w opakowaniach zbiorczych 25 szt. Każda elektroda pakowana i etykietowana jest osobno, zatem prosimy o możliwość wyceny pojedynczych sztuk.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 15 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 5 Prosimy o sprecyzowanie jaką średnicę trzonu ma posiadać elektroda?

Wyjaśnienie: Elektroda ma posiadać trzon o średnicy 4 mm.

Zapytanie nr 16 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 6 W celu poprawnej identyfikacji potrzeb zamawiającego prosimy o podanie numeru katalogowego (ref) obecnie używanego przewodu.

Wyjaśnienie: Jest to kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, dł. 4,5 m wtyczka od strony instrumentu o średnicy 4 mm od strony aparatu średnica 4 mm kompatybilny z urządzeniem VALLEYLAB.

Zapytanie nr 17 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 6 Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 5m.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość przewodu 5 m pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 18 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 7 Prosimy o sprecyzowanie jaką średnicę trzonu ma posiadać elektroda?

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje elektrody z trzonem o średnicy 2,4 mm.

Zapytanie nr 19 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 7 Czy Zamawiający ma na myśli elektrodę przedstawioną na grafice poniżej?



Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 20 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 8 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 100mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 21 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 11 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 100mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 22 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 12 Prosimy o dopuszczenie przedłużenia o długości 140mm lub 90mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza przedłużenia o długości 140 mm.

Zapytanie nr 23 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 13 Prosimy o dopuszczenie przedłużenia o długości 100mm lub 150mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza przedłużenia o długości 100 mm.

Zapytanie nr 24 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 14 Prosimy o dopuszczenie elektrod o długości całkowitej 50mm lub 70mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość 50 mm.

Zapytanie nr 25 PAKIET nr 16: Akcesoria do generatora Valleylab poz. 14 Prosimy o dopuszczenie elektrod z trzpieniem 3,38mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 26 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz 1. Prosimy o dopuszczenie elektrod o następującej specyfikacji, kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem: Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, kompatybilne z systemem kontroli przylegania REM, z możliwością aplikacji kierunkowej (równoległe do powierzchni ciała), powierzchnia przewodząca 107cm².

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 27 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych indywidualnie w opakowaniach zbiorczych po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 15 op.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 28 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 2 Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 5m.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 29 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 3 Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z trzpieniem 4 czy 2,4mm?

Wyjaśnienie: 4 mm.

Zapytanie nr 30 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 3 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 120 mm i rozpiętości pętli 10mm przy trzpieniu 4mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 31 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 3 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 110 mm i rozpiętości pętli 10mm przy trzpieniu 2,4mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 32 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 4 Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z trzpieniem 4 czy 2,4mm?

Wyjaśnienie: 4 mm.

Zapytanie nr 33 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 120 mm i rozpiętości pętli 15mm przy trzpieniu 4mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 34 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 110 mm i rozpiętości pętli 15mm przy trzpieniu 2,4mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 35 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 5 Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z trzpieniem 4 czy 2,4mm?

Wyjaśnienie: 4 mm.

Zapytanie nr 36 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 5 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 120 mm i rozpiętości pętli 20mm przy trzpieniu 4mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 37 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 5 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości roboczej 110 mm i rozpiętości pętli 20mm przy trzpieniu 2,4mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 38 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 6 Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z trzpieniem 4 czy 2,38mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie 17 poz. 6 doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, która polegała na nie wstawieniu przecinka pomiędzy cyframi 2 i 4 przy wymiarze trzpienia do elektrody jednorazowej kulkowej (wskazano 24 mm, powinno być 2,4 mm). W związku z powyższym Zamawiający wskazuje na prawidłowy opis zamówienia w poz. 6 w pakiecie 17:

6	Elektroda jednorazowa kulkowa prosta Ø 4 mm trzpień 2,4 mm dł 40 mm	szt.	100						
---	---	------	-----	--	--	--	--	--	--

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/890135> Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy z dnia 14.03.2024 r.

Zapytanie nr 39 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 6 Prosimy o dopuszczenie elektrod o długości całkowitej 70mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 40 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 7 Czy zamawiający ma na myśli wtyczkę Erbe, czy wtyczkę Valleylab 3 pin?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 41 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 7 Jeśli wtyczkę Erbe, prosimy o informację do którego modelu: Erbe ICC/ACC, Erbe Seria T.

Wyjaśnienie: ERBE VIO

Zapytanie nr 42 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 7 Jeśli wtyczkę Erbe, prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 500cm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 43 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 7 Jeśli wtyczkę Valleylab, prosimy o dopuszczenie długości przewodu 500cm lub 300cm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość przewodu 500 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 44 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 7 Prosimy o dopuszczenie przełącznika w formie przycisków cięcia/koagulacja.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 45 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 8 Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem o długości 5m.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość przewodu pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 46 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 9 Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem 320 cm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość przewodu pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 47 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 9 Prosimy o dopuszczenie przełącznika w formie przycisków cięcie/koagulacja.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 48 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 14 Czy Zamawiający ma na myśli elektrodę z przewodem 300cm, czy bez?

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje elektrodę z przewodem 300 cm.

Zapytanie nr 49 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 14 Prosimy o dopuszczenie elektrod w opakowaniach zbiorczych 25 szt. Każda elektroda pakowana i etykietowana jest osobno, zatem prosimy o możliwość wyceny pojedynczych sztuk.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 50 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 15 Czy Zamawiający ma na myśli przewód do Erbe czy do Valleylab?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 51 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 16 Prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej z nożem o wymiarach 2,4 x 20mm, długość całkowita 120mm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 52 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 17 Prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej z nożem o wymiarach 2,4 x 20mm, długość całkowita 120mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 53 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 18 Prosimy o dopuszczenie elektrody pętlowej stalowej o długości całkowitej 135mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 54 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 19 Prosimy o dopuszczenie elektrody pętlowej stalowej o długości całkowitej 130mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 55 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 20 Prosimy o dopuszczenie elektrody pętlowej stalowej o długości całkowitej 140mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 56 PAKIET nr 17: Akcesoria do diatermii ERBE poz. 21 Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości całkowitej 82mm, pakowanych pojedynczo.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 57 Pakiet nr 32: Strzygarki chirurgiczne Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy 45° w lewo, 0° i 45° w prawo.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 58 Pakiet nr 32: Strzygarki chirurgiczne Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie ostrzy pakowanych następująco: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Zapytanie nr 59 dotyczy wzoru umowy:

Czy w § 6 ust. 2, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych od wartości całej umowy i zastąpi je zapisem o naliczaniu kar umownych od wartości niezrealizowanych dostaw? W przypadku dostaw sukcesywnych, w przeciwieństwie do dostawy jednorazowej – taki sposób wyliczenia kar powoduje, że mogą być one nieadekwatne i nieproporcjonalnie wysokie względem wartości niespełnionej części umowy.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 60 Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwacza o głębokości wklucia 1,2 mm ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 61 Dotyczy pakietu nr 3 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbowki z okrągłym dnem, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 62 Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2a):

Czy Zamawiający pod pojęciem „ w wysokości 0,07 % **wartości brutto zamówienia**” ma na myśli wartość zamówienia objętego zwłoką czy wartość całej umowy brutto ? Jeśli należy przez to rozumieć wartość całej umowy brutto, to czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara była liczona od wartości zamówienia objętego zwłoką w dostawie ?

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, iż w § 6 ust. 2 lit. a kara umowna będzie liczona od całości zamówienia to jest wartości całej umowy brutto.

Zapytanie nr 63 Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2 b) i c):

Czy Zamawiający może potwierdzić że pod pojęciem „ 0,07 % **wartości brutto dostawy**” ma na myśli wartość konkretnego pojedynczego zamówienia , którego sprawa dotyczy ?

Jeśli należy przez to rozumieć wartość całej umowy brutto, to czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara była liczona od wartości jednostkowego zamówienia, którego dotyczy niezgodność lub wada?

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, iż w § 6 ust. 2 lit. b i c kara umowna będzie liczona od wartości brutto pojedynczego zamówienia wadliwie zrealizowanego.

Zapytanie nr 64 Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2 d) i e):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 20% brutto wartości niezrealizowanej części umowy ?

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 65 - Do części nr 27:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje A4, B1, B2, B6, B8, B9, B10, B13, B14, B15, B16, B17 do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty na oryginalne akcesoria do kardiomonitora GE HealthCare Carescape B450?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 66 - Do części nr 27, punkt B2:

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wielorazowych odprowadzeń o długości 130 cm, co zapewni lepszy komfort pracy?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 67 - Do części nr 27, punkt B6: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie rurki przedłużającej do mankietów o długości 3,6 m, co zapewni lepszy komfort pracy?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 68 - Do części nr 27, punkt B8: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie mankietów pediatrycznych o rozmiarze 12-19 cm, jednowarstwowych, o nowoczesnej konstrukcji, wyróżniające się wysoką jakością wykonania oraz wytrzymałością?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 69- Do części nr 27, punkt B9: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie mankietów w rozmiarze 23-33 cm, bez wyjmowanego balonu, jednowarstwowych, o nowoczesnej konstrukcji, wyróżniające się wysoką jakością wykonania oraz wytrzymałością?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 70 - Do części nr 27, punkt B10: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie mankietów udowych w rozmiarze 38-50 cm, bez wyjmowanego balonu, jednowarstwowych, o nowoczesnej konstrukcji, wyróżniające się wysoką jakością wykonania oraz wytrzymałością?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 71 - Do części nr 27, punkt B15: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie adapterów do czujników temperatury o długości 0,5 m?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 72 - Do części nr 27, punkt B16: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie czujników temperatury o długości 2,8 m?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 73 - Do części nr 27, punkt B17: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie czujników temperatury o długości 2,8 m?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 74– Dotyczy SWZ Rozdz. V – przedmiotowe środki dowodowe (Dot. części nr 27) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 27 również wyrobów niemedyycznych ze stawką vat 23%, które nie są zarejestrowane jako wyroby medyczne oraz nie zostały objęte deklaracjami zgodności i nie podlegają żadnemu wpisowi do rejestru oraz odstąpi od wymogu złożenia Oświadczenia według zał. Nr 4 do SWZ dla tych produktów?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 75– Dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący?

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości brutto umowy.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 76. Dotyczy: Pakiet nr 1: System zamknięty do pobierania krwi, pozycja nr 5 oraz Wymagania do pakietu, punkt nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do OB w pozycji nr 5 wykonanych z wysokiej jakości szkła, gwarantującego większą stabilność odczynnika i dłuższy okres przydatności nawet do 24 miesięcy od daty produkcji ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 77. Pytanie do ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SWZ.

Zamawiający w załączniku nr 5 do SWZ w § 4, ust. 5 pkt. 1 wymaga „w przypadku dostawy asortymentu z Pakietów nr 1-28 dostarczenia faktury do wysłanego towaru w formie KTO bezpośrednio po wysłaniu towaru, adres e-mail: apteka@szpitalwysmaz.pl „ Zwracamy się z prośbą o akceptację w przypadku dostawy asortymentu z zadania 7 dostarczenia faktury w formie papierowej. Pozytywna odpowiedź na pytanie umożliwi nam złożenie oferty.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 78 Pytanie do ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SWZ.

Zamawiający w załączniku nr 5 do SWZ w § 5, ust. 3 wymaga „Termin zapłaty ustala się do 60 dni od daty otrzymania faktury VAT potwierdzającej zrealizowaną dostawę zamówienia.” Zwracamy się z prośbą w zakresie zadania 7 o skrócenie terminu zapłaty do 30 dni.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy oraz SWZ.

Zapytanie nr 79 Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do ilości wymaganej przez Zamawiającego – ilość podać należy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Zapytanie nr 80 Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do ilości wymaganej przez Zamawiającego – ilość podać należy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Zapytanie nr 81 Dot., pakietu 22 - dot. umowy § 4 ust. 5 pkt. 1. Prosimy o rezygnację z przesyłania faktur w formacie KT0 na maila. Rozwiązanie to jest głównie stosowane w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych. Będąc firmą medyczną, nie mamy możliwości wysyłania faktur w takim formacie. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 22 wysłanie faktur w formacie PDF i /lub papierowo.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 82 Pytanie do umowy § 6 ust. 5 - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej wysokości kar, których mogą dochodzić strony do 20 % wartości umowy brutto.

Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.

Zapytanie nr 83 Dot. załącznika nr 1 PAKIET nr 7: Materiały zużywalne do wstrzykiwacza kontrastu Accutron CT-D firmy Medtron, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego jednorazowy wężyk pacjenta z zaworem do zestawów wielogodzinnych; dł. 1500mm i wytrzymałości 21bar/305psi, objętość napełnienia 4,7ml?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 84 Pakiet 32, Poz. 1

Prosimy o potwierdzenie czy strzygarka chirurgiczna ma być - bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Zapytanie nr 85 Pakiet 32, Poz. 2

Prosimy o potwierdzenie czy Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, mają być uniwersalne, mikrobiologicznie czyste, jednokrotnego użytku, szerokości ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Zapytanie nr 86 Pakiet 13 Poz. 24

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli dren o długości 100 cm.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w poz. 24 w pakiecie nr 13 w zakresie w jakim proponuje Wykonawca. Zamawiający wyjaśnia, iż faktycznie w poz. 24 w pakiecie 13 doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, która polegała na wpisaniu zbyt dużej ilości zer (za dużo o jedno zero) przy podaniu długości drenu łączącego worek z cewnikiem (wskazano 1200 cm, powinno być 120 cm). W związku z powyższym Zamawiający wskazuje na prawidłowy opis zamówienia w poz. 24 pakiet 13:

24	Worki do dobowej zbiórki moczu Opis: 7 dniowe; pojemność 2000 ml, dokładność pomiaru 100 ml, z malejącą skalą; z zaworem spustowym /poprzecznie obsługiwany 1 ręką/; posiadające zastawkę antyrefluksyjną; dren łączący worek z cewnikiem o dł 120cm, antyżalamaniowy; z portem bezigłowym do pobierania próbek; sterylny; pakowany pojedynczo, w opakowanie papierowo - foliowe	szt.	15000						
----	---	------	-------	--	--	--	--	--	--

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/890135> Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz cenowy z dnia 14.03.2024 r.

Zapytanie nr 87 Pakiet 13 Pozycja 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylny zestaw do pomiaru diurezy godzinowej. Dren dwuświatłowy długości 150 cm, łącznik do cewnika Foley z bezigłowym portem dostępu do pobierania próbek strzykawkami typu Luer i zastawką jednokierunkową chroniącą przed cofaniem się moczu do cewnika Foleya. Dren na wejściu do komory pomiarowej zabezpieczony spiralą antyżalamaniową. Komora pomiarowa wyposażona w hydrofobowy filtr powietrza o minimalnej powierzchni 300 mm² oraz zawór umożliwiający spuszczenie moczu z komory do worka, z workiem zbiorczym na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkową zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do komory pomiarowej oraz zawór spustowy do opróżniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml. Zestaw wyposażony w elastyczne paski do zawieszenia systemu przy łóżku pacjenta. Bez lateksu i DEHP.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 88 Pakiet 13 Pozycja 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego Zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia brzuszego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego, z drenem dwuświatłowym, portem bezigłowym z łącznikiem do cewnika Foleya wykonanym z przezroczystego materiału umożliwiającego podgląd, zastawką w łączniku do cewnika Foleya.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 89 Pakiet 13 Pozycja 27

Ze względu na zmiany wprowadzone przez Producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego: Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie:

Dwa osobne opakowania każde zawierające:

- Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu,
- płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml

Cztery osobne opakowanie zawierające:

- Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu, z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką,

- płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 90 Pakiet 13 Pozycja 28

Ze względu na zmiany wprowadzone przez Producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:

-2 osobne opakowania każde zawierające: 1 małą szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla dzieci i dorosłych o małym otworze jamy ustnej, z 3 otworami ssącymi, o długości 14,1 cm, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, bez gąbki na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy 12 mm

-4 osobne opakowanie zawierające 1 okrągłą gąbkę z odsysaniem o średnicy 12 mm, z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E oraz 1 okrągłą gąbkę aplikator o średnicy 12 mm.

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada, uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 91 Pakiet 13 Pozycja 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu jak dotychczas stosowany przez Zamawiającego: Mata do przesuwania pacjenta i zmiany jego pozycji pozycjoner przeciwoślizgowy (mata paroprzepuszczalna) z pasem stabilizacyjnym umożliwiającym przemieszczanie pacjenta z górną powierzchnią antypoślizgową, z 9 krótkimi uchwytami na ręce na dłuższych bokach i dwoma długimi uchwytami z możliwością owinięcia wokół nadgarstków na każdym z dłuższych boków, taśmy mocujące na łóżko, 2 kliny o nachyleniu 30 stopni.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 92 Pakiet 28 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej do podawania płynów i leków , z mechanizmem zabezpieczającym w pełni izolującym igłę aktywowanym świadomie przez użytkownika, wykonana z poliuretanu, bez portu górnego , widoczna w RTG , skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację. Kaniula wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi po wyjęciu igły z kaniuli. (24-18G) i otwór przy ostrzu ułatwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (24-14G) w rozmiarach: 24G dł.19mm; 22G dł.25mm; 20G dł.25mm; 20G dł.31mm; 18G dł.31mm; 18G dł.50 mm; 16G dł.31mm; 14G dł.31 mm; 1 Sterylna. Op. 50szt.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

**W imieniu Zamawiającego
p.o. Dyrektora Szpitala Ogólnego
Wojciech Łuczaj**