



Znak: AE/ZP-27-33/20

Tarnów, 2020-06-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierna silikonową o wymiarze 150x200 mm?
2. **Dotyczy pkt XV.7 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie, faxem lub e-mailem. Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego w okresie do 9 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia”?
3. **Dotyczy pkt XV.7 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie ramach Pakietów Nr 1-13, Pakietu nr 14 poz. 2-5, pakietu nr 15, pakietu 17 i Pakietu 18 poz. 2 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna netto nie ulegnie zmianie”?
4. **Dotyczy pkt XV.8 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietu Nr 4 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT, przy czym cena netto pozostanie bez zmian”?
5. **Dotyczy pkt XV.12a SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,3 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych”?
6. **Dotyczy pkt XV.12b SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,3 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b), poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie ..... dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji za zasadną (maksymalnie 6 dni kalendarzowych) Łączny wymiar kar, o których mowa pkt.12 nie może przekroczyć 17% wartości brutto umowy”?
7. **Dotyczy pkt XV.13 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 10%?



8. **Dotyczy pkt XV.16 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych. Pkt. 13 stosuje się”?
9. **Dotyczy pkt XV.19 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostaw przez trzy kolejne terminy, wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub warunkami określonymi przepisami prawa, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?
10. **Dotyczy pkt XV.22 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W przypadku zakupu od innych Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego zakupu niedostarczonego towaru u innego Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym”?
11. **Dotyczy pkt XV.23 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wiarygodności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?
12. **Dotyczy pkt XV. SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie stentu nitinolowego z systemem aplikacji pozwalającym na korektę położenia podczas zakładania stentu i po założeniu, z systemem antymigracyjnym w postaci poszerzonych kołnierzy na końcach stentu, stent pokrywany całkowicie lub w części środkowej (końce nie pokrywane) silikonem (do wyboru), posiadający po 8 znaczników cieniujących w RTG na obu końcach i pośrodku stentu, długość po rozprężeniu od 60 mm do 160 mm do wyboru co 10 mm, zestaw do wprowadzania o średnicy 6 mm (18Fr) i długości 70 cm, na zestawie znacznik określający początek rozprężania stentu oraz znacznik wskazujący maksymalną długość uwolnionego stentu przy której możliwe jest jego ponowne złożenie w celu skorygowania położenia.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający zaoferowanie zestawów o średnicy 16 Fr i 18 Fr.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji 1 wyspecyfikował PEG „z podwójnym mocowaniem-nasadka na skórę zabezpieczona dodatkowym zaciskiem”. Czy zamawiający w ww pozycji ma na myśli PEG z zewnętrzną płytką mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwi jego trwałe umocowanie -kierując położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem 90 stopni?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy zamawiający w pakiecie 7 pozycji 1 dopuści zestaw PEG o średnicy 14 Fr (4,7 mm) i 18 Fr (6 mm), wykonany z poliuretanu, pozostałe parametry jak w SIWZ?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści w poz. 1 długość: 60, 80, 100 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści w Poz. 2 długość: 60, 80, 100, 120.140 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 3?





20. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści średnica igły 19, 22, 25G. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści ustniki jednorazowe do badań endoskopowych, z otworem około 21x26,5 mm?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści „Elastyczną sonda argonowa o długości 220 mm, średnicy 2,3 mm, jednorazowego użytku, kompatybilna z diatermią ERBE VIO 300 D - strumień argonu na wprost, z wbudowanym filtrem chroniącym przed zanieczyszczeniami. Sonda automatycznie nastawia w aparacie moc 30 W i przepływ argonu 1 l/min lub taki jak wstępnie zaprogramuje użytkownik – 10sztuk?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 4** elektrody biernej silikonowej o wymiarze 150x200 mm.

**Ad. 2-12** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do pkt XV SIWZ, tj. do ogólnych warunków umowy. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Ad. 13** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** stentów opisanych w pytaniu.

**Ad. 14** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** zestawów do przezskórnej gastrostomii o średnicy 16 Fr i 18 Fr, zgodnie z SIWZ należy zaoferować średnice 14Fr i 18Fr..

**Ad. 15** Zamawiający uzna w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** za spełniony wymóg dla oferowanego PEG „z podwójnym mocowaniem-nasadka na skórę zabezpieczona dodatkowym zaciskiem, jeżeli oferowany PEG będzie z zewnętrzną płytką mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwi jego trwałe umocowanie - kierując położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem 90 stopni.

**Ad. 16** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** zestawów PEG o średnicy 14 Fr (4,7 mm) i 18 Fr (6 mm), wykonanych z poliuretanu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 17** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** stentów o długości: 60, 80, 100 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 18** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** stentów o długości: 60, 80, 100, 120, 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 19** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 4 poz. 3.**

**Ad. 20** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** igieł o średnicy: 19, 22, 25G, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 21** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** ustników jednorazowych do badań endoskopowych, z otworem około 21x26,5 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 21** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 3** sondy jednorazowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora  
mgr Danuta Nosek

