



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław 17.12.2024 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa sprzętu medycznego do pracowni MRI – znak sprawy: PN 83/24**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1 do SWZ - ZADANIE 1 – DOSTAWA APARATU DO ZNIECZULANIA DO PRACOWNI MRI

Dotyczy pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający ssak zasilany próżnią?

Odpowiedź nr 1: do SWZ - ZADANIE 1 – DOSTAWA APARATU DO ZNIECZULANIA DO PRACOWNI MRI

Dotyczy pkt 6 – Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający ssak zasilany próżnią.

Sporządziła: Ewa Nowakowska.