

Lubań, dnia 28 marca 2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 3

do treści SWZ na „Dostawę wraz z montażem sterylizatora parowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/05/2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dot. pkt. 4 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym komora wykonana jest ze stali nierdzewnej min 316 wg AISI elektro polerowanej o chropowatości Ra < 1.25 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. pkt. 5 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści lekką i energooszczędną konstrukcję komory o grubości ścian równej 6mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. pkt. 10 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści sterylizator o mocy przyłączeniowej 45kW - co zapewni optymalne czasy cykli pracy - ze względu na konieczność dostarczenia dużej ilości pary w krótkim czasie, niezbędnej dla dużej objętości komory sterylizatora 6 Stu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dot. pkt. 13 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści umiejscowienie wyświetlacza po prawej stronie komory? Czy zamawiający dopuści umiejscowienie 4 manometrów w centralnej części sterylizatora nad komorą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dot. pkt. 21 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę termiczną parametrów sterylizacji ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. pkt. 25 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści sterylizator bez przewężenia światła komory na wejściu i wyjściu co ułatwia załadunek i wyładunek oraz poprawia utrzymanie czystości komory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. pkt. 26 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści istnienie wodowskazu wewnątrz sterylizatora bez uwidocznienia go na panelu czołowym gdzie poziom wody w wytwornicy pary jest kontrolowany bez niezależnie od przewodności wody zasilającej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Dot. pkt. 27 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści sterylizator bez opcji wodowskazu umieszczonego na panelu czołowym od strony załadowniczej?

Czy zamawiający dopuści sterylizator bez opcji wodowskazu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dot. pkt. 28 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści sterylizator o liczbie 9 stałych programach oraz 90 dowolnie programowalnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dot. pkt. 33 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z 4 pojedynczymi niezależnymi czujnikami podającymi parametry ciśnienia w: płaszczu, komorze, wytwornicy pary i ciśnienia sprężonego powietrza, a także czujnik temperatury w komorze sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dot. pkt. 46 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Jakich wymiarów koszy sterylizacyjnych o pojemności 1/2 Stu oczekuje zamawiający?

Odpowiedź: Długość od 580 mm do 600 mm, szerokość od 280 mm do 300 mm, wysokość od 130 mm do 150 mm.

Pytanie 12

Dot. pkt. 47 Załącznika nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści stacje wody o wydajności 200l/h i zbiorniku 300L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 13

Czy zamawiający wymaga stacji uzdatniania wody ze zbiornikiem ciśnieniowym o pojemności minimum 110 litrów ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 14

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. §5 pkt 1

Prosimy o potwierdzenie i doprecyzowanie

W zakres elementów wymienianych nieodpłatnie, w ramach gwarancji wchodzi tylko elementy wskazane w instrukcji obsługi producenta, zalecane do wymiany podczas cyklicznych przeglądów technicznych, nieoznaczone jako zużywalne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. §5 pkt 3

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu od zgłoszenia awarii z 24 godzin w dni robocze do 48 godzin, oraz wydłużenie terminu z 48 godzin w dni wolne i świąteczne do 72 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. §5 pkt 5

Prosimy o wydłużenie terminu naprawy uszkodzonego urządzenia z 5 dni roboczych od momentu podjęcia reakcji w terminach, o których mowa w ust.3 do 10 dni roboczych, oraz wydłużenie terminu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski z 10 dni do 20 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. §5 pkt 7

Prosimy o wyrażenie zgody na skrócenie minimalnego okresu dostępności części zamiennych do urządzenia z 15 do 10 lat.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. §5 pkt 8

Prosimy o skrócenie wymaganego okresu gwarancji na perforacje komory z 15 do 10 lat.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. §5 pkt 9

Prosimy o doprecyzowanie informacji o blokadach i kodach serwisowych.

W przypadku gdy urządzenie posiada kody serwisowe, zostaną one udostępnione Zamawiającemu na jego życzenie, po upływie okresu gwarancji.

Odpowiedź: Po zakończeniu okresu trwania umowy Zamawiający oczekuje zdjęcia blokad celem możliwości wykonania usługi serwisu u innego podmiotu niż producent/autoryzowany przedstawiciel.

Pytanie 20

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. §7 pkt 1b

Prosimy o zmianę wysokości kary z 5% do 0,5% za każdy dzień zwłoki zgodnie §7 pkt 1b.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na Pytanie 6 w PYTANIACH I WYJAŚNIENIACH Nr 1.

Pytanie 21

Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – projekt umowy: dot. §7 pkt 2

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej za niedotrzymanie terminu opisanego w §7 pkt 2 z 0,2% za każdą rozpoczętą godzinę do 0,2% za każdy rozpoczęty dzień.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz z odpowiedzią udzieloną na Pytanie 7 w PYTANIACH I WYJAŚNIENIACH Nr 1.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA