



EZP.26.166.1.2021.NM

Warszawa, dnia 11.10.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawa 12 zestawów stacji sejsmicznych**, oznaczenie sprawy: EZP.26.146.2021.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1:

W ramach postępowania EZP.26.146.2021, planujecie Państwo zakup stacji sejsmicznych kompatybilnych z sejsmometrem VE-53-BB, podając dynamikę sejsmometru na poziomie <136 dB. Sejsmometr VE-53-BB posiada dynamikę na poziomie <125 dB.

Czy dopuszczacie Państwo zakup stacji sejsmicznych wyposażonych w sejsmometry (...).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w SWZ pojawiła się omyłka dotycząca dynamiki sejsmometru „>136 dB”. Prawidłowy zapis to dynamika „<136 dB”. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ – załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3, Sejsmometr krótkookresowy, lit. b otrzymuje brzmienie:

b) Dynamika < 136dB;

Udzielając odpowiedzi na pytanie drugie, Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie dokonuje oceny zgodności zaoferowanego sprzętu z Opisem przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie zmianie ulegają punkty 16, 17.2 oraz 17.3, SWZ, które otrzymują brzmienie:

16 Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.11.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

(...)

17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10:00

17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021 r. o godzinie 10:10.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2021 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. zamówień publicznych
Mariola Siwek