

Konin, 05.08.2022 r.

WSZ-EP-24/1162/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-24/2022

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 28

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Pakiet 22, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie kaniul o przepływie 13 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 2:

Pakiet 22, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie kaniul z 4 paskami RTG

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 3:

Pakiet 22, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie kaniul bez dodatkowego uchwytu z portem bocznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 4:

Pakiet 22, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul o przepływie 22 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 5:**Pakiet 22, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniul o przepływie 10 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 6:**Pakiet 22, poz. 1-2**

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 7:**Pakiet 28, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 8:**Pakiet 28, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 9:**Pakiet 28, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniul z dwoma paskami RTG

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 10:**Pakiet 28, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	95 m/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółty	24 G	0,7 x 19	23 ml/min

Fioletowy	26 G	0,6 x 19	17 ml/min
-----------	------	----------	-----------

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 11:

Pakiet 28, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343
Szary	16 G	1,7 x 45	196
Biały	17 G	1,5 x 45	128
Zielony	18 G	1,3 x 45	90
		1,3 x 33	103
Różowy	20 G	1,1 x 33	61
		1,1 x 25	65
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36
Żółty	24 G	0,7 x 19	22
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	10

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 12:

Pakiet 28, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,05 x 45	270 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min
Biały	17 G	1,4 x 45	125 ml/min
Zielony	18 G	1,2 x 32	80 m/min
		1,2 x 45	
Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	18 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 13:

Pakiet 32, poz. 5-6

Proszę o dopuszczenie strzykawek z oświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza strzykawki wraz z oświadczeniem producenta o ich kompatybilności z opisanymi przez Zamawiającego pompą – oświadczenie składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. W związku z tym Zamawiający zmienia treść:

- SWZ w rozdziale X. „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych” - w ust 1 dodaje pkt 3);
- Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 14:

Pakiet 38, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga nazwy producenta na przyrządzie, nie wskazując szczegółowo miejsca oznaczenia.

Treść pytania nr 15:

Pakiet 38, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez logo

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 16:

Pakiet 38, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 17:

Pakiet 38, poz. 3-5

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 18:

Pakiet 38, poz. 3-5

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 19:

Pakiet 38, poz. 3-5

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie, nie wskazując szczegółowo miejsca oznaczenia.

Treść pytania nr 20:

Pakiet 38, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządu z workiem wycenianych osobno, ze względu na różne stawki podatku VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 21:

Pakiet 38, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządu z workiem pakowanych osobno.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 22:

Pakiet 38, poz. 4-5

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 55 mm w części przezroczystej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 23:

Pakiet 38, poz. 4-5

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 62 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa całkowitej długości komory kroplowej.

Treść pytania nr 24:

Pakiet 38, poz. 4

Proszę o dopuszczenie worka w kolorze żółtym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 25:

Pakiet 38, poz. 4

Proszę o dopuszczenie worka o wymiarach 30 x 21 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 26:

Pakiet 48, poz. 2

Proszę o dopuszczenie koreczków w jednym kolorze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 27:

Pakiet 63, poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie masek zawierających ftalany

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 28:

Pakiet 63, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie masek z nebulizatorem w rozmiarach M, L, XL

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 29:

Pakiet 63, poz. 3

Proszę o dopuszczenie zestawu z maską zamiast ustnika

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 30:

Pakiet 77, poz. 1

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego z dwoma drenami o parametrach:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje objętość wypełnienia 0,35 ml
- Dren wykonany z PUR (poliuretanu), długość drenów 3,0 cm, o średnicy \varnothing wew. 1,1 mm, zew. 2,35 mm
- Długość całego zestawu około 9,5 cm
- Szybkość przepływu 143 ml/min
- Występuje w wersji przezroczystej: bezbarwnej i bursztynowej (do leków światłoczułych)
- Kompatybilny z MRI

- Wysokiej jakości wstawka silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowanie obudowy wykonanej z kopoliestru z wstawką silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)
- Możliwość używania przez minimum 7 dni, ilość aktywacji 500 razy
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi i tłuszczów, chemioterapeutyków
- Objętość płynu potrzebna do przepłukania zaworów i drenu: 2 ml

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 31:

Pakiet 124, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki 5 ml skalowanej co 0,2 ml

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 32:

Pakiet 124, poz. 2

Proszę o dopuszczenie strzykawki 10 ml skalowanej co 0,2 ml

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 33:

Pakiet 133, poz. 1-2

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 34:

Pakiet 133, poz. 3

Proszę o dopuszczenie masek zawierających ftalany

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 35:

Pakiet 133, poz. 3

Proszę o dopuszczenie masek z drenem o długości 200 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.