

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest **Dostawa aparatu RTG, aparatów USG – 2 szt. i fantomów szkoleniowych – 2 szt., nr sprawy: LI.262.3.2024**, nr ogłoszenia o zamówieniu: Dz.U. S: 102/2024 313516-2024.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania numer 9.

Czy zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator o częstotliwości 50kHz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza generatora o częstotliwości 50 kHz.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania numer 9.

Czy zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator o zakresie prądowoczasowym 0.1-360mAs?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza generatora w zakresie prądowo- czasowym 0,1-360mAs.

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania numer 9.

Czy zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator i detektory o matrycy 6.5 miliona pixeli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator i detektory o matrycy 6.5 miliona pixeli.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania numer 9.

Czy zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator oraz detektory, których pojedynczy pixel posiada wartość 150 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator oraz detektory, których pojedynczy pixel posiada wartość 150 µm.

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania numer 9.

Czy zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator oraz detektory, których rozdzielczość przestrzenna to 3.4 lp/mm?

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra ul. Żyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 15 790 000,00 złotych. Numer rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator oraz detektory, których rozdzielczość przestrzenna to 3.4 lp/mm.

Pytanie nr 6

Dotyczy zadania numer 9.

Czy zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator oraz detektory o wadze całkowitej 3.3kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator oraz detektory o wadze całkowitej 3.3kg.

Pytanie nr 7

Dotyczy zadania numer 9.

Czy zamawiający dopuści przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator oraz detektory o konstrukcji spełniającej normy IPX1?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przyłóżkowy aparat RTG, wyposażony w 50kW generator oraz detektory o konstrukcji spełniającej normy IPX1 - tak niskiej wodoodporności.

Pytanie nr 8

Dotyczy zadania numer 1.

Czy zamawiający dopuści cyfrowy mobilny aparat RTG, wyposażony w 50kW generator pracujący w częstotliwości 50kHz? Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż wartość ta nie ma przełożenia na pracę użytkownika końcowego, ani na jakość obrazowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza częstotliwości 50 kHz.

Pytanie nr 9

Dotyczy zadania numer 1.

Czy zamawiający dopuści cyfrowy mobilny aparat RTG, wyposażony w 50kW generator posiadający zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji 0.1-360mAs?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza generatora w zakresie prądowo- czasowym 0,1-360mAs.

Pytanie nr 10

Dotyczy zadania numer 1.

Czy zamawiający dopuści mobilny aparat RTG, wyposażony w 50kW generator oraz tablet, umożliwiający wybór protokołu oraz zmianę warunków ekspozycji? Reszta funkcjonalności tj. wybór pacjenta z listy oraz akceptacja lub odrzucenie obrazu, możliwe są z poziomu dużego dotykowego ekranu zamontowanego na aparacie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat RTG, wyposażony w 50kW generator oraz tablet, umożliwiający wybór protokołu oraz zmianę warunków ekspozycji.

Pytanie nr 11**Dot. Formularza cenowo-technicznego zadanie nr 1**

Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza cenowo – technicznego.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem wykonawców jest tylko i wyłącznie wypełnienie przedmiotowego formularza w zakresie: oferowanych cen oraz okresu gwarancji, natomiast w tabeli z



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

parametrami wypełniają oni jedynie kolumnę, w której podają: typ, model, producenta oraz kraj pochodzenia oferowanego urządzenia – nie muszą wypełniać czy „dopisywać” czegokolwiek w zakresie potwierdzenia parametrów technicznych (samo podpisanie formularza stanowi potwierdzenie, iż oferowane urządzenie spełnia wymagane parametry).

Odpowiedź: Wykonawca wypełnia przedmiotowy formularz w zakresie: oferowanych cen oraz okresu gwarancji, natomiast w tabeli z parametrami wypełnia wiersz, w którym podaje: typ, model, producenta oraz kraj pochodzenia oferowanego urządzenia.

Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
/podpis na oryginale/

UWAGA

Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.