

*Do uczestników przetargu nieograniczonego*

Dotyczy: „Dostawa implantów kręgosłupa”, ZP/55/ZCOSzpSp/2019.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

**Pytania wraz z odpowiedziami:**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zadania nr 2.

- 1 Czy zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji transpedikularnej o następujących parametrach:- materiał tytan
- wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu,
  - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,
  - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika,
  - system oparty na prętach o średnicach 5,5mm
  - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym,
  - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka
  - śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm
  - gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby
  - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm,
  - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt,
  - na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji
  - narzędzia w metalowej puszcze umożliwiającej ich sterylizację -poprzeczki o regulowanych ramionach w rozmiarach od 28- 80mm?

**Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza implanty o w/w parametrach pod warunkiem zachowania pozycji 5a lub 5 b z pakietu nr 2 zgodnie z formularzem formularzem-cenowym.**

**Pytanie nr 2**

2 Czy zamawiający, w celu umożliwienia złożenia bardziej konkurencyjnych ofert, wyłączy do osobnego pakietu pozycję 5ai 5b z pakietu nr 2?

**Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 2 ust. 2).

**Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 5).

**Odpowiedź 4:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5**

5. Czy Zamawiający dopuszcza prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku ewentualnego braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania płatności (dot. § 8).

**Odpowiedź 5:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 8 ust. 10 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź 6:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

7. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź 7:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

8. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - a) wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie/ reklamowanego przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia względem terminów, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 oraz § 9 ust. 7, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie/ reklamowanego przedmiotu umowy;
  - b) w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź 8:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu użyczenia napędu chirurgicznego-wiertarki wysokoobrotowej?. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na w/w pytanie, zwracamy się z prośbą o wykreślenie pozycji nr 5 ( wiertła) z formularza cenowego.

**Odpowiedź 9:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie SIWZ.**

  
Opole  
Zagłębiowski Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. dr. S. Szwedowicza  
ul. Dąbrowska 10  
41-200 Opole  
mgr inż. Anna Krasiejko

Sporządziła: Małgorzata Malinowska



  
**Lek. Rafał Sadło**  
SPECJALISTA ORTOPEDII  
TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU  
2542937

## UMOWA PRZECHOWANIA – Dot. Pytania nr 3

zwana dalej Umową, zawarta w dniu ..... w Nowym Tomyślu pomiędzy:  
..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....

REGON.....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Przechowawcą

a

.....reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Składającym.

### §1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ..... w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się .....
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan .....

### §2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

### §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

### §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

### §5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

### §6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąża Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

### §7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

### §8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od ..... do .....
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA
  2. Data zabiegu:.....
  3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )  
A)  
B)
  4. Zużyte elementy
- Proszę o uzupełnienie- PILNE!

NR KLIENTA :

Pieczętka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości  
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej