



Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wszpila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PIŁA
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
www.tuv.com
ID 9108628147

Piła, dn. 08.07.2021 roku

FZP.III – 241/36/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą:
„PRZELOTOWA MYJNIA – DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH”.

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Dotyczy pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor z maksymalnym zużyciem wody 37 litrów na fazę ?

Uzasadnienie: Większe zużycie wody na fazę jest spowodowane większą pojemnością komory na 18 tac DIN 1/1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2.

Dotyczy pkt. 54

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor z masą urządzenia netto nie przekraczającą 400 kg ?

Uzasadnienie: Nieznaczna różnica w stosunku do wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3.

Dotyczy projektu umowy

Czy zamawiający wprowadzi zmianę z „Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 48h” na „Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 48h w dni robocze”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4.

Dotyczy projektu umowy

Czy zamawiający wydłuży czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności użycia części zamiennych a w przypadku konieczności użycia części zamiennych spoza granic Polski do 7 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 6 w zakresie wydłużenia czasu naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności użycia części zamiennych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 6 w zakresie wydłużenia czasu naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności użycia części zamiennych spoza granic Polski.

§ 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien dokonać naprawy w terminie maksymalnie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) od daty przystąpienia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub znacznego rozmiaru uszkodzeń termin naprawy wynosić może do 5 dni roboczych.”