



# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dn 26.08.2022r.

Nr sprawy: SA-381-10/22

Dotyczy postępowania prowadzonego w Podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na: " Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów"

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Pakiet nr 2: Zamawiający podaje zapis w tabeli wymagań granicznych dla analizatora: „Podłączenie analizatora do systemu informatycznego”- Oferent zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej danych dostawcy systemu laboratoryjnego . Informacja ta jest niezbędna w celu przygotowania oferty.	System informatyczny AMMS (Info Medica)
2	Pytanie dotyczy SWZ do Pakietu nr 2: Dla Pakietu 2 nie ma podanego terminu instalacji urządzenia, czy Zamawiający może określić jaki jest czas na instalację analizatora od momentu podpisania umowy?	5 dni na dostawę, instalację, podłączenie do sieci i przeszkolenie personelu
3	Pakiet 2 Czy ze względu na konieczność zachowania ciągłości pracy Zamawiający wymaga, aby w sytuacjach awaryjnych oferent zapewnił możliwość wykonywania oznaczeń dla minimum parametrów krytycznych w innym laboratorium pracującym całodobowo w odległości nie większej niż 30 km, w którym oznaczenia wykonywane są przy użyciu odczynników identycznych z oferowanymi w niniejszym postępowaniu przetargowym?	Zamawiający wymaga
4	Pakiet 2 Czy ze względu na konieczność zachowania ciągłości pracy, Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał minimum 10 inżynierów autoryzowanego serwisu technicznego producenta na terenie Polski uprawnionych do instalacji i serwisowania zaoferowanego analizatora?	Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił ciągłość pracy analizatora i posiadał odpowiednią ilość inżynierów.

Zastępca Kierownika Działu  
Administracyjno-Technicznego  
*mgr Stefania Przybylska*

