



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat
Centrala
Fax
e-mail:
67 210 62 05
67 210 66 66
67 212 40 85
kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 16.08.2023 roku

FZP.III-241/51/23

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**ODCZYNNIKI LABORATORYJNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU II**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach dzierżawy skanera płaskiego CANON Lide200, kołyski laboratoryjnej BIOSAN MR-1, kamery do zdjęć preparatów mikroskopowych wraz z oprogramowaniem Lumenera Lu375C oraz zestawu komputerowego z drukarką nie będących wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022r. poz. 974 ze zmianami), które są dopuszczone do obrotu i używania na podstawie innych przepisów i norm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w poz. 8 o następującym składzie antygenowym: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA-M2, DFS70?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3.

Odnosząc się do wymogu zagwarantowania uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kontrola ta odbyła się jednorazowo w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4.

Zwracamy się z prośbą o informację czy ilości oznaczeń dla testów IIF (poz. 5, 6, 7, 17) uwzględniają konieczność rozcieńczenia próbek, niezbędnych do oznaczenia miana przeciwciał? Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie sumarycznych ilości oznaczeń dla poszczególnych pozycji, które uwzględniają wymaganą przez Zamawiającego ilość rozcieńczeń.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający w poz. 17 wymaga zaoferowania testu NMOSD Screen IIF - szkiełka mikroskopowe, z komórkami transfekowanymi oraz kontrolą transfekcji jako substrat, przeznaczone dla 5 pacjentów

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6.

W związku z brakiem dostępności na rynku programu kontroli jakości oznaczającej wszystkie przeciwciała przeciwko autoimmunologicznym chorobom przewodu pokarmowego w klasie IgA i IgG wskazanych w pozycji 19 i 20, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kontrola obejmowała wyłącznie przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej i gliadynie (IgA, IgG)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę