



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Krosno Odrzańskie dnia 22.10.2025r.

Nasz znak: ZCM – ZP.270.33.2025.TP

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.,

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Zamawiający w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą*, wyjaśnia treść SWZ oraz wprowadza zmiany tj.:

Pytanie nr 1

Pakiet 1, pozycja 1

Pakiet 1 poz 1 i 3

Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 i wewnętrznie chlorowane, bez warstwy polimerowej?

Odpowiedź do pyt. Nr 1

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Poz 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic grubościami: palce- min. 0,10mm -0,12 mm, dłonie- min 0,09mm -0,11 mm oraz z poziomem protein $\leq 35\mu\text{g/g}$?

Odpowiedź do pyt. Nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic grubościami: palce- min. 0,10mm -0,12 mm, dłonie- min 0,09mm -0,11 mm oraz z poziomem protein $\leq 35\mu\text{g/g}$.

Pytanie nr 3

Poz 2

Czy zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu i dłoni 0,06mm- 0,09mm?

Odpowiedź do pyt. Nr 3

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza rękawice o grubości na palcu i dłoni 0,06mm- 0,09mm.

Pytanie nr 4

Poz 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubościach: palec- 0,09mm – 0,11mm, dłoń- 0,06mm- 0,08mm?

Odpowiedź do pyt. Nr 4

Zgodnie z SWZ.



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakiet 1 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice niebieskie, nitrylowe, bezpudrowe, AQL $\leq$ 1,5, obustronnie chlorowane, wyrób medyczny kat.I, środek ochrony osobistej kat. III, teksturowane końce palców, grubość na palcu 0,10 $\pm$ 0,01mm, na dłoni 0,06m $\pm$ 0,01mm, na mankiecie 0,06m $\pm$ 0,01m, spełniające normy EN 420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455-1,2,3,4, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, pozbawione tiuramów, ftalanów oraz MBT, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowania kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Rękawice dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania.

Odpowiedź do pyt. Nr 5

Zgodnie z SWZ.

W załączeniu zmieniony Dodatek nr 2 do SWZ.

Udzielone Wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu – Jolanta Siwicka

Podpis na oryginale