

Znak: ZOZ.V.010/DZP/34/22

Sucha Beskidzka dnia 17.05.2022r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici, siatek i staplerów chirurgicznych.
Znak: ZOZ. V.010/DZP/34/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. Pakiet nr 6 - pozycja 1-4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie igły nowszej generacji odwrotnie tnącej, kosmetycznej, dwuwkłęślej z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet nr 6 - pozycja nr 5, 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet nr 6 - pozycja 1-6

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie handlowe zawierało naklejki do wklejenia do dokumentacji pacjenta zawierające m. in dane: nazwę, kod, datę ważności, nr serii?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Pakiet nr 7 - pozycja 2-5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet nr 7 - pozycja 1-7

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe zawierało naklejki do wklejenia do dokumentacji pacjenta zawierające m. i dane: nazwę, kod, datę ważności, nr serii?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Pakiet nr 11 - pozycja 1, 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty na siatkę przepuklinową częściowo wchłaniającą, dwuskładnikową zbudowaną z polipropylenu i poliglekaprону gdzie redukcja masy siatki po absorpcji części wchłaniającej wynosi 60%, a zawartość polipropylenu około 30g/m², o czasie wchłaniania między 90 - 120 dni, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet nr 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego tj. siatki separującej przepuklinowej częściowo wchłanialnej, dwuskładnikowej, zbudowanej z polipropylenu oraz poliaktydu i kaprolaktonu posiadającą niebieskie linie, które polepszają widoczność i orientację siatki podczas zabiegu, z wchłanialną barierą chroniącą przed przywieraniem narządów wewnętrznych z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski


Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek