



ZZP.2380.37.2024

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Dostawa i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami.<sup>1</sup>

**Pytanie nr 1**

Dotyczy punktu 7.6.1.1 Opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów komputerowych o poniższych parametrach?

- procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x64 posiadający co najmniej 16 rdzeni fizycznych
- pamięć operacyjna RAM minimum 32 GB
- dysk twardy SSD o pojemności minimum 1000 GB
- dysk twardy SSD o pojemności 4TB lub dysk HDD 8TB
- pozostałe parametry bez zmian

**Uzasadnienie:**

Konfiguracja zestawu komputerowego podana w SWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia znacząco przewyższa minimalne wymagania komputera potrzebnego do obsługi spektrometru, który chcielibyśmy Państwu zaoferować. Model komputera o powyższej specyfikacji został wielokrotnie sprawdzony i przetestowany pod kątem działania w połączeniu ze spektrometrem i gwarantuje on niezawodną pracę przez wiele lat.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ<sup>2</sup> polegającej na zmianie zapisu w pkt 7.6.1.1.1, 7.6.1.1.2 i 7.6.1.1.4 opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 7 (Spektrometr FTIR), które otrzymuje brzmienie:

7.6.1.1.1 procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x64 posiadający co najmniej 16 rdzeni fizycznych,

7.6.1.1.2 pamięć operacyjna RAM minimum 32 GB DDR5,

[...]

7.6.1.1.4 dysk twardy SSD o pojemności minimum 4TB, [...]

**Pytanie nr 2**

Dotyczy punktu 7.6.1.6 Opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone dwie drukarki laserowe do spektrometrów FTIR czy tylko jedną?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że stacje robocze mają być dostarczone dla każdego urządzenia - dotyczy to zarówno części 5 jak i części nr 7. Ze względu na to, że drukarka w części nr 7 stanowi ukompletowanie stacji roboczej, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ilość drukarek odpowiadającą liczbie stacji roboczych.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy punktu 7.6.1.6 Opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę drukarki wraz z dwoma zestawami zapasowych oryginalnych tonerów dedykowanych do dostarczonej drukarki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ<sup>2</sup> polegającej na zmianie zapisu w pkt 7.6.1.6 przedmiotu zamówienia dla części nr 7 (Spektrometr FTIR), który otrzymuje brzmienie:

<sup>1</sup> podstawa prawna - art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

<sup>2</sup> podstawa prawna - art. 137 ust. 1 i 2 ustawy

7.6.1.6 *drukarka laserowa kolorowa, drukująca dwustronnie wraz z trzema zestawami zapasowych oryginalnych tonerów dedykowanych do dostarczonej drukarki.*