

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 19.12.2024 r.

L.dz.SZP/ZP/4404/2024

**ZAMAWIAJĄCY**

*Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.*

*ul. Mickiewicza 10*

*13-300 Nowe Miasto Lubawskie*

**Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy wyrobów medycznych (postępowanie nr 17/2024)**

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielam wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Grupy produkt z Grupy 2 poz. 7 i czy dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12.5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli do osobnej Grupy produkt z Grupy 2 poz. 7.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 7:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy.

### **Pytanie nr 3**

Dot. par. 5 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostaw wynosił 4 lub 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 4**

Dot. par. 6 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni?

**Odpowiedź:** Nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 5**

Dot. par. 7 ust.4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby łączna wartość kar umownych nie przekraczała 20% wartości umowy brutto?

**Odpowiedź:** Nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 6**

Wykonawca z uwagi na tę samą ilość wskazaną w pozycji 1 i 2 grupy 1 zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości ofertowania zestawu pakowanego razem, który zawiera 2 strzykawki 200ml wielokrotnego użytku 12h do tomografii komputerowej - 350 PSI oraz zestaw wielokrotnego użytku 12h do wypełniania i wstrzykiwania do podawania dożylnego kontrastu do tomografii komputerowej - 350 PSI.

**Odpowiedź:** Oferowane produkty muszą być kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem Guerbet CT OptiVantage i posiadać pozytywną opinię producenta. Posiadany przez Zamawiającego tomograf komputerowy (w tym wstrzykiwacz) jest w okresie gwarancji.

### **Pytanie nr 7**

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w grupie 1 poz.3 linii pacjenta z dwupoziomowym zaworem bezpieczeństwa do tomografii komputerowej - 350 PSI o długości 30cm.

**Odpowiedź:** Oferowane produkty muszą być kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem Guerbet CT OptiVantage i posiadać pozytywną opinię producenta. Posiadany przez Zamawiającego tomograf komputerowy (w tym wstrzykiwacz) jest w okresie gwarancji.

### **Pytanie nr 8**

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w grupie 1 poz.5 przewodu zwijanego niskociśnieniowego połączeniowego o długości 150cm.

**Odpowiedź:** Oferowane produkty muszą być kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem Guerbet CT OptiVantage i posiadać pozytywną opinię producenta. Posiadany przez Zamawiającego tomograf komputerowy (w tym wstrzykiwacz) jest w okresie gwarancji.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający ze względu na warunki utrzymania gwarancji strzykawki Optivantage wymaga, aby ofertowany wkłady były oryginalne, w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu oraz potwierdzone oświadczeniem producenta wstrzykiwacza?

**Odpowiedź:** Oferowane produkty muszą być kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem Guerbet CT OptiVantage i posiadać pozytywną opinię producenta.