



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ, 04.02.2020

ZP.271.2.3.20

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro (Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami) na :

„Dostawę sprzętu laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.”

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytania do treści zaproszenia do złożenia oferty na:

„Dostawę sprzętu laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 39 litrów?

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z temperaturą pracy od +5^oC powyżej temp. otoczenia do +70^oC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do postępowania cieplarkę o podanych w zapytaniu parametrach.

PROKURENT


mgr Teresa Fedas