



**Wykonawcy**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na**  
**„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych i środków chemicznych”**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Zestaw 1		
1.	dotyczy Części nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego jałowego fartucha operacyjnego pełnobarierowego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Rękaw zakończony miękkim, poliestrowym mankietem	Zamawiający wyraża zgodę.
2.	dotyczy Części nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczki 3-warstwowej na gumce o wymiarach 17,5cm x 9,5 cm. Maseczka nie jest wzbogacona warstwą grafenu.	Zamawiający wyraża zgodę.
3.	dotyczy Części 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wizytacyjnego wykonanego z włókniny typu PPSB o gramaturze 25g/m2. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Rękaw zakończony gumką. Fartuch w rozmiarze uniwersalnym – długość fartucha około 115cm; szerokość około 137cm. Kolor: niebieski.	Zamawiający wyraża zgodę.
4.	dotyczy Części 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej bez zaworu oddechowego z gumkami typu KN95 będącej wyrobem medycznym (8% VAT), technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 - posiada poziom filtracji BFE ≥ 98% (testy zgodnie z EN149 z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3). CE poświadczono dokumentacyjnie – brak oznakowania na pojedynczej sztuce.	Zamawiający wyraża zgodę.
5.	dotyczy Części 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej na twarz FFP3 o	Zamawiający wyraża zgodę.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<p>właściwościach opisanych poniżej: Pięciorastrowa struktura filtrująca Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry materiały z włókniny Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę Bez zaworu oddechowego Elastyczna i miękka opaska na głowę Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, zanieczyszczeniami, pyłami, itp. Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji Kolor: biały Wymiary: 159,99mm*104,44 jeden rozmiar Materiały: Włóknina polipropylenowa Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009 Klasa ochronna: FFP3 Wydajność filtracji: ≥99% Produkt ten jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika przed atmosferą otoczenia oraz ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425.Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce.</p>	

Zamawiający informuje iż termin składania ofert oraz wadium i termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Katowicach  
im. Sierżanta Grzegorza Załogi  
*dr n. med. Piotr Graza*