



POLITECHNIKA
LUBELSKA

Nr sprawy KP-272-PNK-84/2022

Lublin, dnia 11.10.2022 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych - dalej ustawa Pzp (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) pn. ***Dostawa profilometru stykowego***

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp przekazuje wyjaśnienia w odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Pytanie: *Dzień dobry. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający na pewno oczekuje: "głowicy pomiarowej w zakresie co najmniej +/- 300 µm".*

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga głowicy pomiarowej o zakresie pomiarowym co najmniej 300 µm.*

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy przedłuża termin składania ofert z 13.10.2022 r. na 14.10.2022 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia to 14.10.2022 r. godz. 10:05. Modyfikacji podlega ponadto termin związania ofertą z 11 listopada 2022r. na dzień 12 listopada 2022 r.

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

dr inż. Marcin Jakimiak