



## Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO TREŚCI SWZ ODCZYNNIKI 2 ZP-21-005UN

Zamawiający działając na podstawie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) ustawy Pzp, udziela następujących wyjaśnień.

### Pytanie 1

1. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 1  
W związku z żądaniem Zamawiającego, aby w formularzu asortymentowo-cenowym znajdowały się następujące informacje:

- Nazwa handlowa oferowanego produktu - wpisana w formularzu asortymentowo-cenowym
  - Wielkość opakowania oferowanego produktu - wpisana w formularzu asortymentowo-cenowym
  - Producent oferowanego produktu – wpisany w formularzu asortymentowo-cenowym
  - Numer Katalogowy Produktu – wpisany w formularzu asortymentowo-cenowym
- zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie formularza asortymentowo-cenowego i dodanie odpowiednich kolumn zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Dodatkowo prosimy również o możliwość dodania kolumny z zaoferowaną ilością opakowań.

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny o nazwie „ilość opakowań”, wówczas zwracamy się z prośbą o modyfikację kolumny „cena jednostkowa netto” na „cena jednostkowa netto za opakowanie”.

**Odpowiedź: Zamawiający skorygował załączniki do pobrania**

### Pytanie 2

2. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 37  
Czy Zamawiający w poz. 37 ma na myśli przeciwciało CD81 o klasie IgG1 i statusie RUO?

**Odpowiedź: : Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 37 powinno być przeciwciało CD81 o klasie IgG1 i statusie RUO**

### Pytanie 3

3. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 23  
Czy Zamawiający potwierdzi, że w poz. 23 doszło do omyłki pisarskiej i zamiast klonu EA2-2E7 powinien być klon 3A2-2E7?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 23 powinien być klon 3A2-2E7**

### Pytanie 4

4. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 25  
Czy Zamawiający potwierdzi, że w poz. 25 doszło do omyłki pisarskiej i zamiast wpisanego klonu „MΦP9 IgG2B” powinien być klon „MΦP9”?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 25 powinien być klon MΦP9**

### Pytanie 5

5. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 32  
Czy Zamawiający potwierdzi, że w poz. 32 doszło do omyłki pisarskiej i zamiast klasy „IgG2” powinna być „IgG2a”?

**Odpowiedź: : Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 32 powinno być IgG2a**



#### Pytanie 6

6. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 43

Czy Zamawiający potwierdzi, że w poz. 43 doszło do omyłki pisarskiej i zamiast wpisanego klonu „OX104” powinien być klon „MRC OX-104”? **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 43 powinno być MRC OX-104**

#### Pytanie 7

7. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 53

Czy w związku z rozbieżnością w jednostkach pomiędzy kolumną „zakres”, a „ilość” w poz. 53 Zamawiający dopuści odczynnik pakowany po 100 testów? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 8

8. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 54

Czy Zamawiający potwierdzi, że w poz. 54 doszło do omyłki pisarskiej i zamiast fluorochromu „ASPC-H7” powinien być fluorochrom „APC-H7”? **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 54 powinno być fluorochrom APC-H7**

#### Pytanie 9

9. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 55

Czy Zamawiający potwierdzi, że w poz. 55 doszło do omyłki pisarskiej i zamiast wpisanego klonu „IG10” powinien być klon „1G10”? **Odpowiedź: : Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 55 powinien być klon 1G10**

#### Pytanie 10

10. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 72

Czy Zamawiający potwierdzi, że w poz. 72 doszło do omyłki pisarskiej i zamiast klasy „IgG1” powinna być „IgG2a”? **Odpowiedź: : Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 72 powinno być IgG2a**

#### Pytanie 11

11. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 82 i 88

Czy Zamawiający potwierdzi, że w poz. 82 i 88 doszło do omyłki pisarskiej i zamiast fluorochromu „V500” powinien być fluorochrom „V500-C”?

**Odpowiedź: : Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 82 i 88 powinno być fluorochrom „V500-C”?**

#### Pytanie 12

12. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 85

Czy Zamawiający w poz. 85 zezwoli na zaoferowanie odczynnika konfekcjonowanego po 0.1 mg i zaoferowanie 2 takich opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 85 doprecyzowuje fluorochrom V500-C i wymaga ilości oznaczeń 200T**

#### Pytanie 13

13. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 89

Czy Zamawiający potwierdzi, że w poz. 89 doszło do omyłki pisarskiej i zamiast klasy „IgG1” powinna być „IgG2a”? **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 89 powinno być IgG2a**

#### Pytanie 14

14. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 90

Czy Zamawiający potwierdzi, że w poz. 90 doszło do omyłki pisarskiej i zamiast wpisanego klonu „226” powinien być klon „266”?

**Odp: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 90 powinien być klon 266**



#### Pytanie 15

15. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 93

Czy Zamawiający w poz. 93 zezwoli na zaoferowanie odczynnika konfekcjonowanego po 50 µg i zaoferowanie 1 op? **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 16

16. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, poz. 95

Czy w poz. 95 „BD Stem Cell Control Kit” ma na myśli zestaw do wewnętrznej kontroli jakości procedury oznaczania komórek CD34(+)? W przypadku poprawnej nazwy, a błędnego opisu zwracamy się również z prośbą o zmianę wartości w kolumnach zakres i ilość, gdyż produkt „BD Stem Cell Control Kit” konfekcjonowany jest po 2 ml. Obecny opis produktu jest identyczny jak w pozycji 99 i sugeruje inny produkt.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i w pakiecie nr 1 poz. 95 poprawny opis produktu to krew kontrolna do monitorowania poprawności pomiarów odsetka komórek CD34+. Wymagana wielkość opakowania 15T. Zamawiana ilość oznaczeń 300T.**

#### Pytanie 17

17. Dotyczy SWZ Rozdz. II pkt. 5 „Termin dostawy” – dla pakietu 1 B oraz wzoru umowy dzierżawy § 1 ust. 10 Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, która znacząco wpływa na ilość personelu w fabryce, a także na zmniejszenie się ilości lotów ze Stanów Zjednoczonych i wydłużenie kolejek do nadawania towarów w transporcie lotniczym, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy cytometru do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Powyższa prośba wynika również z tego, że oferowany analizator jest fabrycznie nowy i produkowany w Stanach Zjednoczonych specjalnie pod konkretną umowę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy cytometru do 8 tygodni od daty podpisania umowy.**

#### Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6) § 2 ust. 7 pkt. b

Ze względu na złożoność niektórych reklamacji produktowych związanych z trudną specyfiką produktu, w których może wystąpić konieczność konsultowania problemu z użytkownikiem zwracamy się z prośbą o możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowych do 21 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jednocześnie deklarujemy, że dotożymy wszelkich starań, aby proces rozpatrzenia reklamacji odbył się jak najszybciej. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie 19

Dotyczy wzoru umowy dzierżawy (załącznik nr 7) § 1 ust. 4

Czy w związku z innym posiadanym cytometrem naszej firmy w Pracowni Zamawiającego i możliwością wykonywania na nim badań w sytuacji awarii oferowanego w dzierżawę cytometru, Zamawiający odstąpi od następującego zapisu: „Na czas wystąpienia awarii urządzenia powyżej dwóch dni Wykonawca zapewni kompleksowe wykonanie zleconych badań, których nie można było wykonać w laboratorium Zamawiającego z powodu awarii”.

W przypadku awarii obu aparatów, firma zobowiązuje się, że dotoży wszelkich starań, aby ciągłość badań była zachowana. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie 20

Dotyczy SWZ Rozdz. II, ppkt.2 „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych”, pkt. e

Czy ze względu na dużą ilość pozycji w pakiecie nr 1 (106 pozycji) i rozmiar potencjalnych plików do przesłania poprzez platformę, Zamawiający wyrazi zgodę na samodzielne pobieranie kart charakterystyki produktów w wersji elektronicznej ze strony producenta? Karty te dostępne są w j. polskim. **Odp: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 21

Dotyczy SWZ Rozdz. II, ppkt.2 „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych”, pkt. g

Zgodnie z § 1 ust. 10 umowy dzierżawy (załącznik nr 7 do SWZ) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem instrukcji obsługi urządzenia w j. polskim. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia jeszcze raz tej instrukcji wraz z ofertą? **Odp: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia instrukcji wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy.**



#### Pytanie 22

22. Dotyczy SWZ Rozdz. II, ppkt.2 „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych”, pkt. h  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia ulotek w jęz. angielskim, ewentualnie zgodę na samodzielne pobieranie tych ulotek w wersji elektronicznej w j. angielskim ze strony producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Zgodnie z art. 107 pkt 1 zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Niezłożenie przedmiotowych środków dowodowych spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający wyraża zgodę na ulotki w języku angielskim.**

#### Pytanie 23

23. Dotyczy SWZ Rozdz. II, ppkt.2 „Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych”, pkt. l  
Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. l nastąpiła omyłka pisarska i wymóg dostarczenia powiadomień/zgłoszeń (...) dotyczy poz. 79-80, a nie 79-90 (Pakiet 1).

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską i potwierdza, że wymóg dotyczy poz. 79-80**

#### Pytanie 24

24. Dotyczy SWZ, Rozdz. „6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych”, ppkt. 11)g)  
Zgodnie z pkt. 11)g) Zamawiający wymaga do oferty złożenia potwierdzenia zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia do publicznych zakładów opieki zdrowotnej – co najmniej 2 dostawy w podobnym zakresie w ciągu ostatnich 3 lat, natomiast w Rozdz.II SWZ pkt. 4 „Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia” Zamawiający nie określa żadnych warunków, w tym warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Czy w tym zakresie nie nastąpiła omyłka?

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę Rozdział II pkt. 4 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i potwierdza, że warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest potwierdzenie zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia do publicznych zakładów opieki zdrowotnej – co najmniej 2 dostawy w podobnym zakresie w ciągu ostatnich 3 lat.**

#### Pytanie 25

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6, § 2 ust. 8 i § 3 oraz wzoru umowy dzierżawy – załącznik nr 7, § 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury VAT w formacie pdf na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Wzór umowy §3 pkt 5 oraz wzór umowy dzierżawy §3 pkt. 3**

#### Pytanie 26

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6, § 3 ust.1

W związku z tym, że przedmiotem postępowania poza odczynnikami CE-IVD z 8% stawką VAT są również odczynniki RUO/RUO GMP i odczynniki chemiczne z 23% stawką VAT prosimy o modyfikację zapisu we wzorze umowy tj.

„1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi netto zł plus należny podatek VAT 8% i 23% (...)„

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje wzór umowy załącznik nr 6, § 3 ust.1 w następujący sposób: Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi netto zł plus należny podatek VAT 8% i 23% (...)**

#### Pytanie 27

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6, § 5 ust. 1 Kary umowne i odsetki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 1% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki (...)? **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 28

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6, § 5 ust. 2 Kary umowne i odsetki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 10% wartości brutto części/pakietu, którego dotyczy odstąpienie, z uwagi na nieadekwatność jej wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**



#### Pytanie 29

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6, § 5 ust. 4 Kary umowne i odsetki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do poniższego zapisu zastrzeżenia:

„4. W przypadku trzykrotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia.” **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 30

Dotyczy wzoru umowy dzierżawy – załącznik nr 7, § 1 ust.11

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu reakcji serwisu do 48 h w dni robocze od zgłoszenia awarii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie 31

Dotyczy pakietu nr 3a

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych pkt. e

Prosimy o odstąpienie żądania dołączenia do oferty kart charakterystyk substancji niebezpiecznych i wyrażenie zgody na korzystanie przez Zamawiającego z dostępu do ww dokumentów (aktualizowanych na bieżąco) bezpośrednio przez Internet. **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 32

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych pkt. f

Prosimy o informację czy Zamawiający żąda dołączenia do oferty metodyk dla pakietu 3a czy wyłącznie dla pakietu nr 2 poz. 5?

**Odpowiedź: Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą metodyki w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia lub opis oferowanego przedmiotu zamówienia/ ulotki w języku polskim. Wymagana metodyka dla Pakietu nr 2 poz. 5.**

#### Pytanie 33

Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych pkt. l

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie certyfikatu CE tylko dla wyrobów, którego taki certyfikat dotyczy? Nadmieniamy, iż tylko wyroby zamieszczone w wykazie A, wykazie B podlegają certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

**Odpowiedź: Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, w tym certyfikatu CE dla wyrobów podlegających certyfikacji.**

#### Pytanie 34

Czy zgodnie z art. 107.2 ustawy Pzp w przypadku jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, czy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie ?

**Odpowiedź: Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Zgodnie z art. 107 pkt 1 zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Niezłożenie przedmiotowych środków dowodowych spowoduje odrzucenie oferty.**

#### Pytanie 35

Dotyczy formularza formularza asortymentowo-cenowego, zał. nr 3, część dla dzierżawy

Prosimy o zmianę nazwy analizatora z „dzierżawa cytometru przepływowego - PAKIET Nr 3b” na „dzierżawa analizatora immunologicznego – PAKIET Nr 3b”

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę i zmienia nazwę formularza asortymentowo-cenowego na „Dzierżawa analizatora immunologicznego – PAKIET Nr 3b”**

#### Pytanie 36

Dotyczy formularza formularza asortymentowo-cenowego, zał. nr 3, część dla dzierżawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę do dołożenie do formularza kolejnego rzędu z punktem V, gdzie będzie można podać wartość dzierżawy oferowanego analizatora?

**Odpowiedź: Wartość dzierżawy powinna być podana w formularzu oferty. Zamawiający koryguje treść**





załącznika nr 5 Oferta w następujący sposób:

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr .....1 Cena ofertowa z podatkiem VAT .....zł w tym VAT .....%

Słownie: .....zł

PAKIET Nr .....1 Miesięczny czynsz dzierżawny z podatkiem VAT .....zł w tym VAT

.....%Słownie: .....zł

#### Pytanie 37

Dotyczy formularza formularza asortymentowo-cenowego, zał. nr 3, część dla dostawy

Czy Zamawiający w kolumnie cena jedn. netto dopuszcza podanie ceny netto za opakowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za opakowanie, z niebudzącym wątpliwości oznaczeniem, że podana cena jest za opakowanie.**

#### Pytanie 38

Dotyczy formularza formularza asortymentowo-cenowego, zał. nr 3, część dla dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny z ilością oferowanego asortymentu i sposobem konfekcjonowania? **Odpowiedź: Zamawiający skorygował załączniki do pobrania**

#### Pytanie 39

Dotyczy formularza formularza asortymentowo-cenowego, zał. nr 3, część dla dostawy

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kontrole wieloparametrowe niezależnego producenta pod warunkiem posiadania dedykowanych wartości na oferowany analizator i odczynnik**

#### Pytanie 40

Dotyczy pkt. 4 par. 5 projektu umowy

Prosimy o zmianę zapisu na: " W przypadku zwłoki....."

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje wzór umowy w zakresie § 5 pkt 4 w następujący sposób: W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki.**

#### Pytanie 41

Ze względu na kilka programów kontroli jakości obecnych na rynku, dostarczenia jakich kontroli zewnątrzlaboratoryjnych i jakiego programu oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kontroli zewnątrzlaboratoryjnej obejmującej badania: p/c anty HBs, p/c anty HCV, CMVlgG, CMVlgM, cyklosporyna, HBs Ag, toxo IgG, toxo IgM, HIV Ag/Ab, anty HBc Total, anty HBc IgM, anty HBe, HBeAg, V DRL, EBVlgG, EBVlgM, EBVEBNA, anty-SARS-CoV-2 IgM, anty-SARS-CoV-2 IgG, DHEAS, HbsAg ilościowo.**

#### Pytanie 42

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty w poz. 38 na odczynniki do oznaczania przeciwciał przeciwko Treponema Pallidum?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 43

Czy do podanych ilości testów wykonawca powinien doliczyć testy potrzebne na kontrolę i kalibrację? Jeśli tak to proszę o podanie harmonogramu wykonywania oznaczeń kontrolnych.

**Odpowiedź: HARMONOGRAM PROWADZENIA KONTROLI JAKOŚCI W PRACOWNI IMMUNOCHEMII**



PONIEDZIAŁEK	CEA, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, AFP, TPSA, TRP (L,H), PTH, HCV (-), HBS(-), anty-HBs (-) i (+), TSH, FT3, FT4
WTOREK	EBV, cyklosporyna, Syphilis, HIV, TOXO IGG, TOXO IGM
ŚRODA	CEA, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, AFP, TPSA, prolaktyna, FSH, LH, TESTOSTERON, DHEAS, ESTRADIOL, anty-HBC (+), CMV IgG(+), TRP (L,M), CMV IgM (+), FERRYTYNA, TSH, FT3, FT4, HCV (+), HBS(+), anty-HBs (-) i (++)
CZWARTEK	Anty TPO, anty TG, Hbe Ag, anty HBe, cyklosporyna, WIT B12, KWAS FOLIOWY, PTH
PIĄTEK	CEA, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, AFP, TPSA, HIV, Toxo IgG, Toxo IgM, antyHBC (-), CMV IgG (-), (++) , CMV IgM (-), Syphilis, FERRYTYNA, TRP(L,H,M), TSH, FT3, FT4, HCV (+,-), HBS(+,-), anty-HBs (-, +, ++)
do serii badań (1 raz w tygodniu)	IRI, PEPTYD C, BNP, PCT, anty-SARS-CoV2 IgM i anty-SARS-CoV2 IgG, HBs Ag ilościowo, Kw. Foliowy, Wit. B12, anty-HBc IgM

#### Pytanie 44

1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie odczynników/wyrobów, dla których oferent jest wytwórcą, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r, a czynności związane z projektowaniem lub wytwarzaniem nie wykonuje samodzielnie lecz zleca je innym podmiotom?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści analizator o maksymalnej wydajności 200 testów na godzinę dla oznaczeń rutynowych a przy mieszanej liście załadunkowej (tzn. 10% testów z obróbką wstępną, 25% STAT, 65% tryb zwykły) maksymalna wydajność analizatora wynosi 170 testów na godzinę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 46

Dotyczy §5 punkt 1 wzoru umowy:

- zmiana kary umownej na 0,5% od wartości niedostarczonej części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia

Nie jest intencją Wykonawcy nieterminowe dostarczanie zamówień, a ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia są niezależne od Wykonawcy np. transport międzynarodowy oraz dostępność produktów u producenta. **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 47

2. Dotyczy §4 punkt 1 wzoru umowy oraz rozdziału III, punkt 6.1 SIWZ:

Wnosimy o odstąpienie od wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Umowa do przedmiotowego postępowania przewiduje kary umowne, a Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą odpowiada za swoje działania własnym majątkiem, co stanowi wystarczające zabezpieczenie należytego wykonania umowy. **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 48

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego postanowienia, w zgodzie z dyspozycją art. 107 PZP: „Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.” Uzasadnienie: zgodnie z powołanym wyżej przepisem, możliwość wezwania do złożenia brakujących przedmiotowych środków dowodowych lub ich uzupełnienie istnieje, o ile Zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Zgodnie z art. 107 pkt 1 zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Niezłożenie przedmiotowych środków dowodowych spowoduje odrzucenie oferty.**



#### Pytanie 49

Prosimy o zmianę nagłówka FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Dzierżawa cytometru przepływowego - PAKIET Nr 3b na : Dzierżawa analizatora immunochemicznego

Dotyczy pakietu 3:

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę i zmienia nazwę formularza asortymentowo-cenowego na „Dzierżawa analizatora immunologicznego – PAKIET Nr 3b”**

#### Pytanie 50

ad. pkt. 2. Prosimy o uściślenie i wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby podana wydajność była zachowana dla wszystkich oferowanych w postępowaniu parametrów, niezależnie od typu reakcji jedno- lub dwustopniowej?

**Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, wymaganie dotyczące wydajności analizatora - minimum 190 oznaczeń na godzinę dotyczy badań rutynowych.**

#### Pytanie 51

ad. pkt. 9. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, w którym odczynniki są przechowywane w temp. 5-10 st C i mogą być wstawiane na pokład bezpośrednio z lodówki zewnętrznej bez uprzedniego przygotowania (mieszania, otwierania, etc.) **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 52

ad. pkt 10. Prosimy o doprecyzowanie, jaki laboratoryjny system informatyczny obecnie użytkuje Zamawiający?

**Odpowiedź: Zamawiający użytkuje system informatyczny LAB3000 firmy: Info-Publishing**

#### Pytanie 53

ad. pkt. 15. Prosimy o podanie nazwy, dostawcy oraz oznaczenia katalogowego/kodu preferowanego przez Zamawiającego programu zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje preferencji. Zamawiający oczekuje kontroli zewnątrzlaboratoryjnej obejmującej badania: p/c anty HBs, p/c anty HCV, CMVlgG, CMVlgM, cyklosporyna, HBs Ag, toxo IgG, toxo IgM, HIV Ag/Ab, anty HbC Total, anty HbC IgM, anty HBe, HBeAg, V DRL, EBVlgG, EBVlgM, EBVEBNA, anty-SARS-CoV-2 IgM, anty-SARS-CoV-2 IgG, DHEAS, HbsAg ilościowo.**

#### Pytanie 54

ad. pkt. 3 a) (wymogi jakościowe): Czy Zamawiający oceni równocześnie sytuacje gdzie część kalibratorów i kontroli dostarczana będzie w formie liofilizatów do szybkiej jednorazowej rekonstrukcji? Proces przygotowania nie jest czasochłonny - jednorazowo wystarczy rekonstruować zawartość fiolki przy pomocy automatycznej pipety (co zajmuje nie więcej niż 1 minutę), i tak przygotowana kontrola/kalibrator są już w formie płynnej i gotowej do użycia. Forma liofilizowana zapewni utrzymanie dostaw jednej serii kontroli i kalibratorów przez długi okres czasu. **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 55

ad. pkt 3 b) (wymogi jakościowe): Czy pod określeniem "Wszystkie kalibratory, kontrole gotowe do użycia np. bez konieczności rekonstrukcji" Zamawiający rozumie także braku konieczności rozmrażania kalibratora lub kontroli?

**Odpowiedź: Rekonstrukcja jest procesem wymagającym rozpuszczania z użyciem pipety, jednorazowej końcówki oraz rozpuszczalnika do rozmrożenie nie wymagamy użycia dodatkowych materiałów. Zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie 56

ad. pkt 4 (wymogi jakościowe): Czy Zamawiający oceni równocześnie zaoferowanie analizatora, w którym ze względu na zastosowaną technologię pomiar i odczyt końcowy odbywa się w komorze pomiarowej, będącej elementem wyposażenia aparatu? Aparat ten nie wymaga i nie stosuje jednorazowych kuwet pomiarowych, a użycie jednorazowych końcówek dozujących oraz jednorazowych kuwet reakcyjnych zabezpiecza przed ryzykiem kontaminacji i carry-over.

**Odpowiedź : Parametrem ocenianym jest przebieg i odczyt reakcji w jednorazowej kuvecie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego**





rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

#### Pytanie 57

ad. pkt 6 (wymogi jakościowe): Czy Zamawiający oceni równocześnie sytuację gdzie dla jednego z oferowanych parametrów immunochemicznych kalibracja wykonywana była na podstawie wskazań wyników kontroli jakości dla danego odczynnika, zgodnie z rekomendacją Producenta?

**Odpowiedź: : Parametrem ocenianym jest stabilność kalibracji oznaczeń nie mniej niż 28 dni. Wskazania wyników kontroli nie podadzą czasu stabilności kalibracji. Zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie 58

ad. pkt 7 (wymogi jakościowe): Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odczynniki były identyfikowane za pomocą RFID i oceni je jako równocenne z z kodami kreskowymi? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie 59

dot. wit. B 12, poz. 2: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testów do oznaczania całkowitej witaminy B12, czy frakcji aktywnej witaminy B12 (Active B12, Holo-transcobalamin)? **Odp: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie 60

dot. parametrów tarczycowych (TSH, FT3, FT4, a-TG, a-TPO): Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, FT4, FT3, anty-TPO i anty-Tg posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie 61

dot. troponiny poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania wysokoczułej Troponiny I lub wysokoczułej Troponiny T? Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno troponina I hs jak i troponina T hs są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej. Przy wysokoczułej TnT Zamawiający zyskuje ponadto lepsze narzędzie prognostyczne w różnych stanach kardiologicznych - źródło: Wytyczne ESC 2020 dotyczące postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, Zeszyty edukacyjne Kardiologia Polska 6/2020, str.27: Podczas gdy hs cTnT i I mają porównywalną dokładność diagnostyczną, hs cTnT wykazuje większą wartość prognostyczną. **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 62

dot. troponiny, poz. 12: Czy Zamawiający wymaga, aby czas oznaczenia oferowanego testu do oznaczania troponiny wynosił nie dłużej niż 10 minut? Umożliwi to, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC, wydanie wyniku do zleceniodawcy w czasie do 60 minut od pobrania materiału.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie 63

dot. troponiny, poz. 12: Czy za spełnienie warunku "Troponina ultraczuła" Zamawiający uzna wysokoczuły test do oznaczania troponiny, który spełnia obowiązujące zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwi zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 64

dot. ad. HIV Ag/Ab, poz. 28: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jakościowego testu skriningowego do wykrywania antygeny p24-HIV i przeciwciał anti-HIV /w osoczu pobranym na EDTA oraz w surowicy z/ możliwością rozróżniania źródła sygnału dodatniego (p24HIV/anty-HIV)? Oddzielne wyniki (dla HIV Ag i dla



przeciwciał anty HIV) są pomocne w wyborze algorytmu potwierdzającego dla próbek reaktywnych

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie 65

dot. BNP, poz. 39: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na BNP lub NT-proBNP? Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno BNP jak i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce niewydolności serca.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 66

dot. VDRL, poz. 38: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu kiłowego oznaczanego metodą elektrochemiluminescencji na analizatorze immunochemicznym. Test wykrywa przeciwciała IgG i IgM skierowane bezpośrednio przeciwko antygenom T. pallidum, takie jak TpN47, TpN17 i TpN15.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie 67

dot. BNP, poz. 39: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test BNP / NT-proBNP umożliwiał wiarygodne monitorowanie stężenia u pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI (sakubitryl z walsartanem - Entresto)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie 68

dot. SARS, poz. 44 i 45: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu anty-SARS-CoV-2 oznaczającego łącznie przeciwciała IgG i IgM. Zastosowana metoda oznaczeń oraz konstrukcja testu tj. wykrywanie dojrzałych przeciwciał IgM i IgG o wysokim powinowactwie, powoduje, że test posiada wysoką swoistość i czułość kliniczną oraz pozwala dokładnie zidentyfikować pacjentów, którzy byli narażeni na kontakt z SARS-CoV-2.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 69

dot. SARS-ilościowy, poz 45: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu do ilościowego wykrywania przeciwciała do białka S domeny RBD. Test ilościowy ma szerokie zastosowanie i może być stosowany min.do monitorowania odpowiedzi po szczepieniu oraz do potwierdzenia naturalnego kontaktu z SARS-CoV-2. Wyniki wyrażone w U/ml dobrze korelują z jednostkami BAU/ml pierwszego międzynarodowego standardu WHO. Test znajduje się także na liście FDA, jako zaakceptowany do kwalifikowania osocza ozdowieńców z COVID-19 o wysokim mianie. Test wykrywa przeciwciała dojrzałe o wysokim powinowactwie, a ich wartości korelują z wynikami uzyskiwanymi w niezależnych testach neutralizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

#### Pytanie 70

Pytania do umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę**

#### Pytanie 71

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów



serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług. **Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 72

3. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

Uzasadnienie: Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia.

**Odpowiedź: Tego typu sytuacje są oceniane indywidualnie**

#### Pytanie 73

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.”

Uzasadnienie:

Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 74

Pytania do umowy na dostawę odczynników

Par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**



#### Pytanie 75

Par. 2 ust. 7 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 76

Par. 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wystać?

**Odpowiedź: Zamawiający umieścił informacje w §3 pkt 5 Wzór umowy**

#### Pytanie 77

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności. **Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 78

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 79

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia §5 pkt 2 wzór umowy w następujący sposób: W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części/pakietu, którego dotyczy odstąpienie.**

#### Pytanie 80

Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 81

Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie: Należy mieć na uwadze, że na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w



transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) poszczególne rodzaje opóźnień podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu nałożonemu na przedsiębiorców mających status dużych przedsiębiorców w rozumieniu ww. ustawy.

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego.

Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego

Ponadto wzy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 82

Pytania do umowy dzierżawy

Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „albo dostarczy urządzenie zastępcze”?

Uzasadnienie: Dostawa analizatora zastępczego umożliwi zachowanie ciągłości badań, w razie przedłużającej się awarii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na identyczne urządzenie zastępcze pod warunkiem zachowania możliwości ciągłości badań oraz wszystkie materiały zużywalne, kontrolne, kalibracyjne i odczynniki potrzebne do instalacji, testowania i walidacji urządzenia zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy.**

#### Pytanie 83

Par. 1 ust. 9 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 84

Par. 1 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem zachowania 7 dniowego terminu instalacji, szkolenia i testowania urządzenia.**

#### Pytanie 85

Par. 1 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie 86

Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia §2 pkt. 1 załącznik nr 7 w następujący sposób: Wykonawca ponosi koszty transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.**





### Pytanie 87

Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać? **Odp: Zgodnie z SWZ §3 pkt 3 i 4 Wzór umowy Załącznik nr 7**

### Pytanie 88

Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### Pytanie 89

I. Dotyczy SWZ, Załącznik nr 6 do SWZ, Wzór umowy §1 ust. 5:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Dostawy realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .....), emailem (na adres .....), lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu Stron umowy. **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### Pytanie 90

§3 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstąpienie od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Jeżeli tak, to prosimy o tożsamą modyfikację §4 ust. 4 we Wzorce umowy dzierżawy (Załącznik nr 7 do SWZ).

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

### Pytanie 91

§5 ust. 2: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości brutto całej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia §5 pkt 2 wzór umowy w następujący sposób: W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części/pakietu, którego dotyczy odstąpienie.**

### Pytanie 92

§5 ust. 4: Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**



### Pytanie 93

§5 ust. 5: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie:

„odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”  **Odp: Zgodnie z SWZ**

### Pytanie 94

§6 ust. 3: Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie:

„zapis dotyczy niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

§7 ust. 2 lit. c):

Prosimy zatem o uzupełnienie zapisu poprzez doprecyzowanie:

„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

Jeżeli tak to prosimy o tożsamą modyfikację §5 ust. 2 lit. b) we Wzorzec umowy dzierżawy (Załącznik nr 7 do SWZ).  **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### Pytanie 95

.Dotyczy SWZ, Załącznik nr 7 do SWZ, Wzór umowy dzierżawy: §1 ust. 4 oraz ust. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów (2 dni i 24h) poprzez dodanie zapisu „w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).”  **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

### Pytanie 96

Dot. Zał. Nr 4 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, odczynniki - Pakiet nr 4a:

W związku z tym, że w kolumnie nie ma informacji odnośnie ilości oferowanych przez Wykonawcę opakowań odczynników, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tabeli poprzez dodanie kolumny „Ilość opakowań odczynników”?  **Odpowiedź: Zamawiający skorygował załączniki do pobrania**

### Pytanie 97

Dot. Zał. Nr 4 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 4b, pkt. 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc automatyczna analiza minimum 30 parametrów wspólnych i raportowanych na wyniku, a także parametrów wymienionych przez Zamawiającego wymaga aby były to parametry diagnostyczne?

**Odpowiedź: Swoje wymagania Zamawiający określił w SWZ i potwierdza, że wymaga aby te parametry były parametrami diagnostycznymi**

### Pytanie 98

Dot. Zał. Nr 4 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 4b, pkt. 10:

Czy Zamawiający wymagając jeden rodzaj krwi kontrolnej dla krwi obwodowej dla wszystkich wymaganych i dostępnych na analizatorze parametrów, dla obu analizatorów, ma na myśli parametry: CBC+WBC+5DIFF+RET?  **Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli parametry CBC+WBC+5DIFF+RET**

### Pytanie 99

Dot. Zał. Nr 4 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 4b, pkt. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego, dla którego termin ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu, wynosi 2 miesiące, w przypadku, gdy ten będzie rozdysponowany wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy?

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego.  **Odp: Zamawiający wyraża zgodę**

### Pytanie 100

Dot. Zał. Nr 4 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 4b:



Czy Zamawiający wymaga aby minimum jeden z analizatorów posiadał możliwość oznaczania parametrów stanu zapalnego - parametry określające ilościowo stan aktywacji neutrofilii oraz ocenę limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała, podaną w wartościach bezwzględnych i procentowych, jako parametry diagnostyczne, raportowane na wyniku pacjenta i przesyłane do systemu LIS?

**Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

#### Pytanie 101

Dot. Zał. Nr 4 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet 4c:

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane analizatory posiadały moduł serwisowy, który daje możliwość podłączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy, co znacznie ułatwi nadzór nad parametrami pracy analizatora i przyspieszy samą interwencję Inżyniera serwisu, jak również da możliwość kontaktu on-line z Działem Naukowym w przypadku konieczności lub potrzeby konsultacji merytorycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ, natomiast dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

#### Pytanie 102

Dot. SWZ, Rozdział II, pkt. 1, ppkt. 5. Termin dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę oraz zainstalowanie analizatorów do badań hematologicznych (Pakiet 4B i 4C) w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie 103

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie 104

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy według załączonego wzoru.**

#### Pytanie 105

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. **Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**UWAGA: ZGODNIE Z ART. 107 PKT 1 ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA ZŁOŻENIA PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH WRAZ Z OFERTĄ. NIEZŁOŻENIE PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.**