



**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Odpowiedzi na zapytania nr 4**

Dotyczy: postępowania nr **PWSW-DZP/382/I/09/21** „Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia medycznego dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”

W podziale na trzy zadania częściowe:

*Zadanie częściowe nr 1 -Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych*

*Zadanie częściowe nr 2 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia medycznego*

*Zadanie częściowe nr 3 - Zakup wraz z dostawą тренаżerów, modeli i symulatorów medycznych*

Na podstawie art. 284 ust. 6 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania zgłoszonego do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego .

**Dotyczy zadania częściowego nr 1 -Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych.**

***Pytanie nr 1:***

Czy Zamawiający w zadaniu częściowym nr 1 w poz. 7 (pompa insulinowa z glukometrem) dopuści pompę zasilaną jedną baterią AA?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza pompę zasilaną jedną baterią AA

***Pytanie nr 2:***

Czy Zamawiający w zadaniu częściowym nr 1 w poz. 7 (pompa insulinowa z glukometrem) dopuści zestaw z jednym bębenkiem?

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu z jednym bębenkiem

***Pytanie nr 3:***

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 7 (pompa insulinowa z glukometrem) z zadania częściowego nr 1 do osobnego zadania?

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 7 (pompa insulinowa z glukometrem) z zadania częściowego nr 1 do osobnego zadania.

Z up. REKTORA  
Dr Robert Oliwa  
Prorektor właściwy ds. studenckich