

Znak: ZOZ.V.010/DZP/64/21

Sucha Beskidzka dnia 06.10.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu na „Dostawę gazów medycznych i technicznych, dzierżawę zbiorników na ciekły tlen medyczny i zbiornika na azot ciekły, dzierżawę butli wraz z transportem”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytanie 1.

Dotyczy Załącznika 1b - Pakiet nr 2 poz. 7.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butli aluminiowej o pojemności wodnej 11L z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%, objętość gazu 3,23 m³ (3230 l), ciśnienie 170 bar. Butla 11l posiada ergonomiczny uchwyt w obudowie zaworu zintegrowanego oraz wbudowane w podstawę butli dwa małe kółeczka co ułatwia jej relokację i magazynowanie, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo personelu. Butle są w pełni stabilne. Kółka obracają się tylko w chwili celowego, lekkiego pochylenia butli. W innym przypadku nie mają żadnego zastosowania. Butla samodzielnie stojąca jest w 100 % stabilna. W sytuacji kiedy jest umieszczona na wózku /pajączku w szpitalnym oddziale, kółka również nie wpływają na zakłócenie równowagi butli.

Dopuszczenie wyżej przedstawionej butli pomoże otrzymać więcej ofert w postępowaniu, a tym samym uzyskać najlepszą możliwą cenę, co jest bardzo istotne dla jednostek budżetowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2.

Dotyczy Załącznika 1b - Pakiet nr 2 poz. 8

Na podstawie art. 16 Ustawy PZP, który mówi o przeprowadzeniu postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego w zakresie zapewnienia bezpiecznej podaży mieszaniny podtlenku azotu z tlenem 50%/50% do rozwiązania określonego w specyfikacji (jednorazowy zawór wydechowy wymagany w pakiecie nr 2 pozycja 8). Proponowany przez Wykonawcę układ uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. Z uwagi na stosowany jednorazowy filtr kierunkowy o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999%. układ nie wymaga dezynfekcji przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3.

Dotyczy Załącznika nr 3 - Projekt. postanowienia umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do Załącznika nr 3, zawierającego wzór umowy poniższych klauzul:

1. **ZDARZENIA NIEZALEŻNE OD WOLI STRON** (inaczej siła wyższa) – Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia w wykonaniu oraz niewykonanie własnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, o ile takie opóźnienie lub niewykonanie będzie spowodowane przez czynniki od Stron niezależne, wywołane w szczególności zdarzeniami siły wyższej takimi jak: działania osób trzecich, blokady, strajk, uszkodzenie maszyny lub urządzenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, awaria systemów łączności, brak możliwości zapewnienia energii elektrycznej, środków transportu lub istotnych dostaw, przepisy prawne, uniemożliwiające wykonanie części lub całości swoich zobowiązań umownych. Realizacja niniejszej Umowy zostanie zawieszona na czas trwania takiego zdarzenia, przy czym Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres czasu.


2. **ZWALCZANIE KORUPCJI** - Każda ze Stron gwarantuje i oświadcza drugiej Stronie, że (i) stosuje się do wszelkich regulacji dotyczących zwalczania korupcji znajdujących zastosowanie do tej Strony; (ii) nie popełni (i zapewnia, że żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, kierowników, pracowników nie popełni) żadnego działania korupcyjnego (w tym nie będzie oferować lub wręczać jakiegokolwiek korzyści osobom trzecim w celu niewłaściwego lub nieuczciwego wywierania wpływu na te osoby przy wykonywaniu ich obowiązków)(iii) będzie utrzymywać własne zasady i procedury opracowane w celu zapewnienia zgodności jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji, oraz (iv) na żądanie drugiej Strony, potwierdzi w formie pisemnej zgodność jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. **POUFNOŚĆ** - Żadna ze Stron nie ujawni warunków niniejszej Umowy w okresie jej obowiązywania i przez trzy (3) kolejne lata po jej rozwiązaniu, jakiegokolwiek stronie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opiekunów Zamówień
w Sądzie Rejonowym
m. st. Warszawa, Sąd Rejonowy




Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek