

# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



Sekretariat (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 28.07.2022 roku

FZP.II – 241/49/22

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **USŁUGI SERWISOWE TOMOGORAFU KOMPUTEROWEGO**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie 1

Dotyczy SWZ, pkt II. 6. 4.: Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w ppkt a):

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub aktualnie realizuje co najmniej dwie usługi serwisowe sprzętu medycznego i oprogramowania na rzecz Zamawiającego którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia), których przedmiotem w całości lub w części było:

- prowadzenie serwisu tomografu komputerowego produkcji Philips wraz ze stacją diagnostyczną/ stacjami diagnostycznymi
- lub
- prowadzenie serwisu tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 oraz stacji diagnostycznej/ stacji diagnostycznych Extended Brilliance Workspace- w dwóch różnych jednostkach służby zdrowia (osobny dokument referencji)

Prośbę swą uzasadniamy tym, że stacje Extended Brilliance Workspace są rozwiązaniem często zastępowanym przez inne, nowsze rozwiązania do opisu badań i udokumentowanie serwisu zestawu identycznego z posiadanym przez Zamawiającego jest bardzo utrudnione. Jednocześnie opieka serwisowa nad tomografem komputerowym i stacją diagnostyczną inną niż Extended Brilliance Workspace odbywa się w podobny sposób i wymagania serwisowe są niemal identyczne.

Dopuszczenie obu powyższych możliwości pozwoli nam złożyć ważną i korzystną dla Zamawiającego ofertę

**Odpowiedź: Tak.**

### Pytanie 2

Dotyczy SWZ , pkt II. 6. 4.: Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w ppkt b):

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu pkt II.6.4.b) SWZ poprzez zniesienie terminu ważności (3 lata) certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń z zakresu obsługi serwisowej wskazanych urządzeń i systemów, które muszą posiadać osoby biorące udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta informujemy, że certyfikaty szkoleń uzyskane przez te osoby nie tracą ważności (są wystawiane bezterminowo), zaś system tomografii komputerowej, którego dotyczy niniejsze postępowanie jest już produkowany od wielu lat. Osoby wykonujące usługi serwisowania tych urządzeń zostały zatem przeszkolone przez producenta wcześniej niż w okresie trzech lat wstecz, ale jednocześnie dokumenty certyfikujące i potwierdzające przeszkolenie są nadal ważne i pozostają w mocy. Zmiana zapisu pozwoli nam złożyć ważną i korzystną dla Zamawiającego ofertę.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w:**

**rozdziale II podrozdział 6 pkt 4 lit. b) SWZ zastępując zapis: (nie starsze niż 3 lata), na zapis: aktualne. rozdziale III podrozdział 4 pkt 1 w opisie sposoby oceny w pozycji kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia usuwając zapis: nie starsze niż 3 lata.**

### Pytanie 3

Czy Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał aby przedmiot zamówienia obejmował wykonanie pełnej procedury przeglądu technicznego i napraw, zgodnie z wszelkimi wytycznymi, zaleceniami i instrukcjami producenta, włącznie z czynnościami przeglądowymi, do których prawidłowego przeprowadzenia konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do dostępu do kodów serwisowych (cyfrowych certyfikatów dostępu serwisowego) udzielonego przez Producenta?

**Odpowiedź: Tak**

### Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Wymagany zakres kontraktu serwisowego, pkt 7

Czy Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, wykonywał również regularne testy specjalistyczne (1 x rok), wymagane prawem, nie związane z przeglądami i naprawami tomografu komputerowego oraz stacji Extended Brilliance Workspace? Czy oferta Wykonawcy ma również obejmować te testy?

**Odpowiedź: Nie-zamawiający wymaga wykonania testów specjalistycznych tylko po wymianach kluczowych podzespołów np.: monitorów stacji lekarskich, lampy rtg, generatora W/N i innych mających wpływ na jakość obrazu i dawkę. Nie wymagamy wykonywania rocznych testów specjalistycznych.**

### Pytanie 5

Dot. SWZ, II. Wymagania stawiane wykonawcy 7. podstawy wykluczenia

Mając na względzie interes Zamawiającego w wyborze oferty rzetelnego i wiarygodnego Wykonawcy, dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uczciwą konkurencję, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykluczenia Wykonawcy zawarte w art. 109 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz wprowadzenie do SWZ zapisu:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza i nie wprowadza dodatkowego zapisu do SWZ.**

## Pytanie 6

Dotyczy:

II. Wymagania stawiane wykonawcy

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiot zamówienia jest: świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 wraz z dwoma stacjami opisowymi typu Extended Brilliance Workspace w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Serwis techniczny musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę do wykonywania tych czynności, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty przez Wykonawcę nieposiadającego "

Certyfikowanego/Autoryzowanego szkolenia wydanego przez producenta sprzętu objętego przedmiotem zamówienia", ale posiadającego certyfikat wdrożonego systemu zarządzania jakością w zakresie serwisu wyrobów medycznych ISO 13485:2016, który stanowi potwierdzenie stosowania tych samych standardów co producent ?

Nasza firma prowadzi serwis posiadający wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, nie posiada jednak autoryzacji producenta.

Nasi inżynierowie są przeszkoleni i posiadają imienne certyfikaty, na podstawie których wielokrotnie braliśmy udział w przetargach oraz rzetelnie wykonujemy usługi przeglądów i napraw sprzętu. Posiadamy dostęp do oryginalnych części zamiennych do aparatów stanowiących przedmiot zamówienia.

Certyfikat wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą gwarantuje, że system zarządzania jakością został wdrożony, udokumentowany, stosowany, utrzymywany i doskonalony przez serwis wyrobów medycznych. Certyfikat ISO 13485:2016 obejmuje m.in. posiadanie określonego przez wytwórcę potencjału technicznego, aktualnych i ważnych instrukcji serwisowych oraz wykonywanie czynności serwisowych zgodnie z wytycznymi producenta. Standardy te podlegają regularnym audytom przeprowadzanym przez certyfikowane jednostki akredytujące.

Zgoda pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania poprzez możliwość złożenia ofert przez Wykonawców niebędących autoryzowanymi przedstawicielami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.**