



WSPRiTS/ZP/216/2024  
ZP.261.38.2024

Warszawa, dnia 01 października 2024 r.

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w TED nr 2024/S 176-541412 z dnia 10.09.2024 r. na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby ZRM [Nr postępowania: 38/ZP/2024].**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Dotyczy Części 2 „Kapnografy”:**

1) **PYTANIE:** Czy w związku z tym, że urządzenie będzie pracowało w specyficznych warunkach medycyny ratunkowej Zamawiający wymaga od kapnografu szybkiej gotowości do pracy, czyli 15 s od uruchomienia, jak w kapnografach EMMA Emergency?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o ww. parametrze.

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone adaptory wraz z urządzeniem posiadały martwą przestrzeń, która nie powinna przekraczać: dorośli/dzieci 6 ml, niemowlęta 1 ml.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania adaptery o ww. parametrach.

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu autoryzowanego serwisu producenta na terenie Polski - przy czym Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogów gwarancyjnych określonych w SWZ oraz opieki serwisowej dla oferowanego asortymentu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza dowolny (nieautoryzowany) serwis dla oferowanych urządzeń, pod warunkiem wykonania kompletnego przeglądu serwisowego przez osoby uprawnione do takich czynności, potwierdzonego wpisem do dokumentacji sprzętu.

### **Dotyczy Części 4 „Przenośne detektory jednogazowe CO”:**

4) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuszcza produkt z zakresem pracy w temperaturach od -30 do +55°C?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza produkt z zakresem pracy w temperaturach od -30 do +55°C.

**Dotyczy Części 5 „Przenośne pulsoksymetry”:**

**5) PYTANIE:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pulsoksymetru o poniższych parametrach: umożliwi precyzyjne pomiary wartości pulsu i saturacji przy niskiej perfuzji czy ruchu pacjenta. Wyposażony w: wizualne i dźwiękowe alarmy wartości granicznych pulsu i saturacji, opcje wyciszania alarmów, trendy, wskaźnik jakości siły i pulsu, wskaźnik baterii. Czytelny kolorowy wyświetlacz TFT. Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że urządzenie jest wygodne i łatwe w obsłudze. Zestaw zawiera silikonowy czujnik dla dorosłych, oprogramowanie komputerowe, kabel USB, baterie oraz silikonowe etui zabezpieczające przed uszkodzeniami. Najważniejsze cechy produktu: ciągły monitoring SpO2 lub pomiary typu spot check; technologia SMARTsat SpO2; jasny i kolorowy wyświetlacz TFT; 560 godzin przechowywania trendów; wizualne i akustyczne alarmy; antybakteryjne przyciski. Zakres pomiarowy: saturacja (SpO2): 0 - 100 [%]; puls (PR): 20-300 [bpm]; indeks perfuzji (PI): 0,1 - 20 [%].

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pulsoksymetry opisane powyżej, podtrzymując wymóg zawarty w SWZ o kompatybilności z czujnikami Nellcor (typu OXI-A/N Oximax do niskiej perfuzji).

**6) PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego pulsoksymetru, dla którego czas pracy na zasilaniu wynosi do 48 godzin. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pulsoksymetr z pracą do 48 godzin na zapewnionym zasilaniu.

**7) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy pulsoksymetr, w którym czas pracy wynosi (w pełni wystarczające dla użytkownika) 8 godzin pracy?

**ODPOWIEDŹ:** Jeżeli Wykonawca rozumie: 8 godzin pracy (niezależnie od czasu pracy: ciągłego czy przerywanego) na jednym komplecie zasilania bateryjnego, to Zamawiający nie wyraża zgody na taki produkt do zaoferowania.

**Dotyczy zapisów wzoru umowy:**

**8) PYTANIE:** § 5 ust. 8 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do nanieśnięcia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

*Sprawę prowadzi:*

Agnieszka Rucińska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Nr tel. /22/ 52 51 293