



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

Wadowice, dnia 25.11.2021r

znak: ZP.26.1.19.2021.6

### **Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę rękawiczek dla ZZOZ w Wadowicach**

Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021 poz. 1129), zwaną dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa rękawiczek dla ZZOZ w Wadowicach.” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez nw. Wykonawców:

Pakiet nr 2

**SKAMEX Sp.zo.o. s.j., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź**, wartość oferty brutto: 38 070,00 zł, która wg kryterium:.. cena 60% - uzyskała 60 pkt, „Jakość przedmiotu zamówienia” 40% - uzyskała 40 pkt. Łączna liczba uzyskanych punktów 100 pkt.

Pakiet nr 3

**SKAMEX Sp.zo.o. s.j., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź**, wartość oferty brutto: 16 200,00 zł, która wg kryterium:.. cena 60% - uzyskała 60 pkt, „Jakość przedmiotu zamówienia” 40% - uzyskała 40 pkt. Łączna liczba uzyskanych punktów 100 pkt.

W postępowaniu w zakresie Pakietu nr 3 wpłynęła oferta **ZARYS International Group Sp.zo.o. Sp.k.**, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze która podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**Uzasadnienie:** Wykonawca ZARYS International Group Sp.zo.o. Sp.k. zaoferował w Pakiecie nr 3, poz.1 rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe producenta WRP, o nazwie handlowej zaoferowanego produktu PROFEEL DHD PLATINUM, o numerze katalogowym P33xx-01 (xx-rozmiar).

Zgodnie z zapisami SWZ i formularzem asortymentowo - cenowym Zamawiający wymagał produktów zgodnych z poniższym opisem:

*„I Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe: Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe. Kolor biały /kremowy. Sterylizowane radiacyjnie. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci zapewniającą lepsze zakładanie. Mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem, szczelność - AQL <1,0 po zapakowaniu, długość min. 270-285 mm (+/- 0,1mm) dopasowane do rozmiaru, grubość na palcu min. 0,2mm (+/-0,02mm), poziom protein max 10 pg/g (potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie*



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

---

*nazwą rękawic których one dotyczą), Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Zgodne z normami EN 455-1,2,3,4, EN 374-2,3,4, EN ISO 374 - 1,5, EN 16523-1, EN 420, ASTM F1671, ASTM D 6978, ISO 13485. Rozmiar od 5,5 do 9,0 (do wyboru zamawiającego)."*

Na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą firma Zarys nie spełnia wymogu: „*Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci zapewniającą lepsze zakładanie.*” W załączonej do oferty Karcie Technicznej wynika, iż ww. rękawice posiadają obustronne polimeryzowanie z zastosowaniem technologii DHD, a nie wymaganą wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci.

Ponadto na podstawie złożonych próbek rękawic firma Zarys nie spełnia wymogu: „*Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie.*” Zgodnie z powyższym zaoferowane produkty są niezgodne z zapisami SWZ.

Wykonawca ZARYS International Group Sp.zo.o. Sp.k. zaoferował w **Pakiecie nr 3, poz.2** rękawice chirurgiczne bezpydrowe, 100% poliizoprenowe, producenta WRP, o nazwie handlowej zaoferowanego produktu PROFEEL DHD Polyisoprene, o numerze katalogowym P33xx-56 (xx-rozmiar).

Zgodnie z zapisami SWZ i formularzem asortymentowo - cenowym Zamawiający wymagał produktów zgodnych z poniższym opisem:

*„II Rękawice chirurgiczne bezpydrowe, 100% polizoprenowe Kolor biały/ beżowy Sterylizowane radiacyjnie. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci zapewniającą lepsze zakładanie. Mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem, szczelność - AQL 0,65 po zapakowaniu, długość min. 270-285 mm (+/- 0,1mm) dopasowane do rozmiaru, grubość na palcu min. 0,25± 0,02 mm, Modulus 50% max.0,5N/mm<sup>2</sup>, Bez zawartości protein lateksowych, Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Zgodne z normami EN 455-1,2,3,4, EN 374- 2,3,4, EN ISO 374 - 1,5, EN 420, ASTM F 1671, ASTM D 6978, ISO 13485. Rozmiar od 5,5 do 9,0 (do wyboru zamawiającego).”*

Na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą firma Zarys nie spełnia wymogu: „*Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci zapewniającą lepsze zakładanie.*” W załączonej do oferty Karcie Technicznej wynika, iż ww. rękawice posiadają obustronne polimeryzowanie, a nie wymaganą wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci.

Ponadto na podstawie złożonych próbek rękawic firma Zarys nie spełnia wymogu: „*Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie.*”.

W związku z trwaniem prac komisji przetargowej postępowanie w zakresie Pakietu nr 1 zostanie rozstrzygnięte w późniejszym terminie.

*Dziękujemy za złożenie oferty*



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

---

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po dniu 05.12.2021r. Przewidywany termin podpisania umowy określa się na dzień **06.12.2021r.** w siedzibie Zamawiającego. Na pisemny wniosek umowa może zostać wysłana pocztą pod warunkiem jej odesłania w ciągu 3 dni.

Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma.

*Dyrektor  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wadowicach*

***Barbara Bulanowska***

Otrzymują:  
1 x Strona <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>  
1 x Wykonawca  
1 x a/a