

Konin, 16.06.2020r.

WSZ-EP-20/597/2020

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie nr sprawy WSZ-EP-20/2020

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Pakiet 31 poz.1,2. Proszę o dopuszczenie Zestaw do blokad ciągłych składający się z igły z końcówką typu Quincke z kablem do stymulacji - w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiękowych niezależnie od kąta wprowadzenia, w technologii "cewnik na igle", cewnik z drenem widoczny w USG, mocowany do kaniuli przy pomocy przy pomocy końcówki "luer lock", filtra wraz z system mocowania filtra oraz cewnika do skóry pacjenta rozmiar igły 25G x 190 mm / cewnik zewnętrzny 20G x 188 mm. Z ruchomym uchwytem pozwalającym wprowadzić igłę na żądaną długość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 1 i 2.

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

2. Pakiet 31 poz.3. Proszę o dopuszczenie Igły do wykonywania blokad powłok brzusznych 20G x 100mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle znaczników na 2 cm od ostrza igły w trzech sekwencjach dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 3.

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

3.Pakiet 31 poz.4. Proszę o dopuszczenie Igły do wykonywania blokad powłok brzusznych 22G x 50mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle znaczników na 2 cm od ostrza igły w trzech sekwencjach dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 4.

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści

na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

4. Pakiet 31 poz.5. Proszę o dopuszczenie igły do wykonywania blokad powłok brzusznych 20G x 150mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle znaczników na 2 cm od ostrza igły w trzech sekwencjach dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z powyższym zmodyfikuje zapisy załącznika numer 2 do SIWZ- formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 31 poz. 5.

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ uwzględniające powyższą zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

5. Pakiet 43 poz.1. Proszę o dopuszczenie bezpiecznego zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych, wentylowany, dwuczęściowa komora kroplowa z filtrem 15µm, automatycznie i niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, bez dodatkowego zacisku. Zacisk rolkowy, długość 180 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

6. Pakiet 43 poz.2. Proszę o dopuszczenie bezpiecznego zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z bezigłowym dostępem bocznym, wentylowany, dwuczęściowa komora kroplowa z filtrem 15µm, automatycznie i niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, bez dodatkowego zacisku. Zacisk rolkowy, długość 180 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

7. Pakiet 43 poz.3. Proszę o dopuszczenie bezpiecznego zestawu do przetoczeń krwi i płynów krwiopochodnych, dwuczęściowa niewentylowana komora kroplowa z integrowanym filtrem siatkowym 200 mikronów eliminuje zanieczyszczenia, skrzepy krwi i resztki komórkowe, komora kroplowa o dużej objętości z dużą powierzchnią filtra zapewnia płynny, nieprzerwany przepływ krwi i płynów krwiopochodnych, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, długość drenu 150 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.