



K-GT-43-232-5/2021

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowych symulatorów, тренаżerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”, wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ.

Działając na podstawie art.135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

ZADANIE NR 11 - Łóżka i wyposażenie uzupełniające

Dot. poz. 1 Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami – 1 szt. (Panel medyczny 2-stanowiskowy)

1. W związku z faktem, iż panel medyczny ma służyć celom dydaktycznym i nie wymaga tak licznej ilości mediów, które znacznie wpływają na podwyższenie oferty cenowej czy Zamawiający dopuści panel nadłóżkowy wyposażony w poniższą ilość mediów i wyposażenia dodatkowego na każde stanowisko łóżkowe:

- Gniazda zasilające gazowe – standard AGA: 1x O2; 1x AIR; 1x VAC – wszystkie podłączone wewnątrz do źródła sprężonego powietrza;
 - Gniazda 230V– 3 szt. – oddzielny obwód
 - Gniazda 230V– 2 szt. – oddzielny obwód
 - Gniazda teleinformatyczne - 1 szt. podwójne
 - Gniazda ekwipotencjalne - 2 szt.
 - Oświetlenie punktowe LED - 1 szt., włącznik na panelu
 - Oświetlenie nocne LED - 1 szt., włącznik na panelu
 - Oświetlenie ogólne LED – 1 szt., włącznik przy drzwiach
 - Szyna medyczna lekka do montażu akcesoriów dodatkowych - 1 szt. (długość dostosowana do długości panelu z pominięciem gniazd gazów medycznych)
- Wyposażenie dodatkowe:
- dozownik rotametryczny z nawilżaczem – 1 szt.,
 - kosz/pojemnik plastikowy na cewniki – 1 szt.,
 - uchwyt do pojemnika na wydzielinę z systemu ssącego do montażu do szyny medycznej - 1 szt.
 - półka lekka na monitor – 1 szt.

Media wspólne dla obu stanowisk: 1xN2O, 1xCO2 – montaż pośrodku

NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i modyfikacji. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

K-GT-43-232-5/2021

Dot. poz. 4

- 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 223cm z możliwością przedłużenia o 32cm?**

Zamawiający dopuszcza łóżka o długości całkowitej 223cm z możliwością przedłużenia o 32cm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Dot. poz. 5

- 1. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy z blatem o wymiarach 640 x 350mm?**

Zamawiający dopuszcza stolik przyłóżkowy z blatem o wymiarach 640 x 350mm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

- 2. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy z regulacją wysokości blatu w zakresie 710-1030mm?**

Zamawiający dopuszcza stolik przyłóżkowy z regulacją wysokości blatu w zakresie 710-1030mm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Dot. poz. 6

- 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji pozycji antyTrendelenburga?**

NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i modyfikacji. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

- 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 2000 x 860mm?**

Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem o wymiarach 2000 x 860mm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

- 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 360-780mm?**

Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 360-780mm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

- 4. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy z blatem o wymiarach 640 x 350mm?**

K-GT-43-232-5/2021

Zamawiający dopuszcza stolik przyłóżkowy z blatem o wymiarach 640 x 350mm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

5. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy z regulacją wysokości blatu w zakresie 710-1030mm?

Zamawiający dopuszcza stolik przyłóżkowy z regulacją wysokości blatu w zakresie 710-1030 mm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Dot. poz. 7

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 2000 x 860mm?

Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem o wymiarach 2000 x 860 mm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Dot. poz. 14 Lampa zabiegowa – 2 szt.

1. (dot. Lp. 5) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z natężeniem oświetlenia 30.000 lux w odległości 1m od czoła lampy?

Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową z natężeniem oświetlenia 30.000 lux w odległości 1m od czoła lampy na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Dot. poz. 15 Zestaw do profilaktyki przeciwoleżynowej

1. Czy zamawiający dopuści małą poduszkę o wymiarach 35x26 cm?

Zamawiający dopuszcza małą poduszkę o wymiarach 35x26 cm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

2. Czy zamawiający dopuści poduszkę w kształcie klina z wypełnieniem z pianki poliuretanowej, tapicerowanej materiałem zmywalnym, o wymiarach 100x80x30 cm?

Zamawiający dopuszcza poduszkę w kształcie klina z wypełnieniem z pianki poliuretanowej, tapicerowanej materiałem zmywalnym, o wymiarach 100x80x30 cm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Dot. poz. 18 Stanowisko do iniekcji

1. Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi na dwóch nogach z płozami zapewniającymi stabilność ?



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



K-GT-43-232-5/2021

Zamawiający dopuszcza fotel do pobierania krwi na dwóch nogach z płozami na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

NIE WIEM CO TO JEST PONIŻEJ – CZY CZEGOŚ BRAKUJE

-wanna prysznicowa.