



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



LL-C  
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 13.11.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 31/2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę implantów urazowych oraz endoprotez dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2**

Pytanie 1

Zadanie 3- Śruby kompresyjne

Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści alternatywne rozwiązanie:

Poz. 1 Wiertło kaniulowane 1.75mm wielokrotnego użytku

Poz. 2 Wiertło nekaniulowane 1.75mm wielokrotnego użytku

Poz. 3 Wiertło kaniulowane 3.2mm wielokrotnego użytku

Poz. 4 Śruby kompresyjne:

- średnica  $\varnothing 2.3/2.9$  mm
- samowiercące, samogwintujące, kaniulowane
- dwa rodzaje gwintu, różny skok
- główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej
- rdzeń śruby z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej
- średnica główki: 3.5 i 3.9 mm, odpowiednio dla śrub  $\varnothing 2.3$  i  $\varnothing 2.9$  mm
- gniazdo heksagonalne T7 - drut prowadzący 0,8mm i 1.0mm
- rozmiarach:  $\varnothing 2.3$ , dł. 10 - 30 mm i  $\varnothing 2.9$ , dł. 10 - 34 mm

Poz. 5 Tytanowe śruby typu "snap-off", do ostetotomii Weil'a o średnicy 2mm, w minimum 6 długościach. Długość od 11 do 16mm. Średnica wałeczka uchwytyowego 1,6mm i długości min. 22mm

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/8105982