



**Realizacja zadania pn. : „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – Zakup sprzętu i aparatury medycznej”**

Włocławek 12.09.2024r.

Sygnatura: **DZP/65/2024**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**pn. „Dostawa mikroskopu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”**

**na realizację dostawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130000,00 złotych w ramach realizacji zadania pn.: „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – Zakup sprzętu i aparatury medycznej”**

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami.

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści także równoważny mikroskop z zakresem regulacji rozstawu okularów 54 mm – 75 mm, który jest wystarczający dla każdego dorosłego człowieka a nawet ucznia szkoły podstawowej oraz wbudowanym stolikiem mechanicznym o wymiarach 187mm x 166mm, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie oraz zakresem przesuwu 80x50mm ogarniającym dwa szkiełka preparatowe i uchwytem mieszczącym także dwa szkiełka?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści również mikroskop równoważny z wbudowanym w bazę mikroskopu lepszym oświetlaczem LED o mocy maksymalnej 5W, a więc także wyższej maksymalnej dostępnej jasności, czas życia 60 000 godzin.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści także równoważny zestaw obiektywów o parametrach: obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / minimalnej aperturze (NA) / minimalnej odległości roboczej (WD):

- 4x / N.A 0,10 / W.D. 15,00 mm
- 10x / N.A 0,25 / W.D. 10,8 mm
- 20x / N.A 0,40 / W.D. 1,50 mm
- 40x / N.A 0,65 / W.D. 0,80 mm
- 60x / N.A 0,85 / W.D. 0,30mm – obiektyw „suchy”
- 100x / N.A 1,25 / W.D. 0,21 mm obiektyw immersyjny?

Obiektywy mają lepsze odległości robocze, identyczne apertury a nadto dodatkowo jest obiektyw 4x oraz obiektyw 60x „suchy” a więc o większym powiększeniu, wygodniejszy w użytkowaniu oraz aperturze tuż przy górnej granicy podanej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści także równoważny mikroskop wyposażony w kondensor obrotowy, pięciopozycyjny — dostępne oznaczone pozycje dla następujących technik obserwacji: jasne pole, jasne pole dla małych powiększeń, fluorescencja, kontrast fazowy dla obiektywów: 10x, 20x, 40x, 100x oraz wymienny, osobny kondensor do ciemnego pola?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**


### Pytanie nr 5

Czy obiektywy 10x, 20x, 40x, 100x mają być tylko do jasnego pola czy uniwersalne – do kontrastu fazowego i do jasnego pola tak by współpracowały z oferowanym kondensorem i pozwalały uzyskać funkcjonalny efekt kontrastu?

**Odpowiedź: Obiektywy uniwersalne**

### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji:  
czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak:  
- 48 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji;





- 48 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia pogwarancyjnego?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu prócz Deklaracji zgodności CE dla wyrobu medycznego także zgodności z dyrektywą RoHS, która gwarantuje, że wyrób nie zawiera metali ciężkich czy innych substancji szkodliwych?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga**

p. o. DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
we Włocławku  
*mgr Dariusz Szczepański*

