

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/51/22

Sucha Beskidzka, dnia 25.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego **Dostawa sprzętu medycznego**

**Pakiet nr 1- Łóżka szpitalne**

**Pakiet nr 2- Aparat USG**

**Pakiet nr 3-Kardiomonitor**

**Pakiet nr 4-Zestaw do trudnej intubacji**

w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotnej w Regionie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pakiet nr 1 Łóżko szpitalne – 36 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne posiadające deklarację zgodności ze znakiem CE?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Opis przedmiotu zamówienia nie określa konstrukcji łożka. Czy zatem, aby otrzymać oferty łożek spełniających wszelkie kryteria nowoczesności i bezpieczeństwa, Zamawiający wniesie wymóg takiej konstrukcji łożka, w której rama ukryta jest pod segmentami leża (tzw. rama wewnętrzna)? Uzasadnienie: W tym rozwiązaniu rama, ponieważ znajduje się pod segmentami leża, nie poszerza sztucznie łożka i nie tworzy z leżem bardzo niebezpiecznego mechanizmu „nożyc” mogących zmiażdżyć rękę, jeśli znajdzie się ona przypadkowo na ramie w chwili gdy ktoś obniży segment oparcia pleców.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu powłoki lakierniczej z potwierdzeniem iż stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko nie posiadające listwy stanowiącej tunelu dla przewodów zasilających siłowniki?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem a całym podwoziem 110 mm, która to przestrzeń w zupełności wystarczy dla łatwego przejazdu przez progi i wjazdu do dźwigów osobowych?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko posiadające wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem wynosząca 145 mm na długości 1300 mm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko posiadające wymiary leża 850 x 2000 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko posiadające wymiary zewnętrzne 2180 mm?

- Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające gniazda wyrównania potencjału?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z zakresem regulacji przechyłów wzdłużnych w zakresie 14° stopni? Parametr ten w minimalnym stopniu odbiega od wymaganego.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające automatycznego zatrzymywania w pozycji poziomej, łóżko automatycznie zatrzymuje się w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające pilot z możliwością blokady za pomocą kluczyka ?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem siedziska, oznaczona kolorem czerwonym?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające alternatywnego napędu tj. dźwigni CPR umożliwiającej mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające leże wypełnione panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV.  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające w leżu panele mocowane na stałe?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające otworów w płytach do montażu pasów unieruchamiających?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko które posiada stalowe uchwyty na pasy pod ramą leża zamiast otworów w płytach w leżu?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości wydłużenia leża?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wykonane z 3 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm? Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża poprzez odciążenie zwalnicza a następnie pochylenie barierki, a



rozkładanie odbywa się poprzez podniesienie barierki i samoczynne zabezpieczenie jej przed nieświadomym złożeniem? Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające wysuwanej półki do odkładania pościeli?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiący przez krążki odbojowe?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające krążki odbojowe talerzowe?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające cztery krążki odbojowe dwuosiove zamiast stożkowych?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z indywidualną blokadą kół?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z kołami o średnicy 125 mm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczewski

Z-ca Dyrektora  
ds. Techniczne - Eksploatacyjnych  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Inż. Małgorzata Kuliszewska  
Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sabina Steczek