



SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
e-mail: [aleksandra.niedzialkowska@barlicki.pl](mailto:aleksandra.niedzialkowska@barlicki.pl)  
Tel. 42 677-68-24

Łódź, 08.08.2022 r.

**Znak sprawy: 58/PN/ZP/D/2022**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 58/PN/ZP/D/2022, pn. „Okulistyka – dostawa narzędzi okulistycznych, soczewek i implantów”.**

**Szanowni Państwo!**

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania i informuje:

**1. W dniu 20.07.2022 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:**

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 1 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 2 pęsetę McPherson odgiętą 10 mm z platformą 5.0 mm, długość całkowita 85 mm, narzędzie ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 2:**

**Pakiet 1 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 2 pęsetę McPherson odgiętą 7.5 mm z platformą roboczą długość całkowita 110 mm, narzędzie ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 3:**

**Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 4 pęsetę do ciał obych 20G, z ramionami zagiętymi do wewnątrz, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata z tytanu, końcówka robocza ze stali nierdzewnej, długość całkowita 130 mm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 4:**

**Pakiet 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 7 manipulator lester wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 5:**

**Pakiet 1 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 11 nożyczki tęczówkowe 7 mm od zagięcia, stępione na końcach, dł. całkowita 54mm (Barraquer), narzędzie ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 6:**

**Pakiet 1 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 12 nożyczki do witrektomii 20G ostro zakończone proste, dł. końców 3mm, wielorazowe, rękojeść tytanowa, końcówka robocza ze stali nierdzewnej

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 7****Pakiet 1 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 14 pęseta rogówkowa fiksacyjna 1x2 zębki 0.12 mm , długość całkowita 74 mm, narzędzie ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 8:****Pakiet 1 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 15 imadło o długości całkowitej 108 mm, długość szczęk 7 mm, zakrzywione, narzędzie tytanowe.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 9:****Pakiet 1 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 16 Imadło proste dł. 110 mm, rękojeść zaokrąglona, dł. szczęki 9mm, bez zamka, szczęki tytanowe

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 10:****Pakiet 1 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 17 imadło z blokadą: dł. całk. 137 mm, dł. szczęki 9 mm, szczęki tytanowe lekko zakrzywione

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 11:****Pakiet 1 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 18 Haczyk-manipulator typ SINSKEY odgięty, końcówka 0,2mm narzędzie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 12:****Pakiet 1 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 19 pęsetę do kapsulorhexis, zagięta, typ UTRATA, ramiona o długości 12 mm, długość całkowita 100 mm, rękojeść płaska poprzecznie prążkowana, narzędzie z wysokiej jakości stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 13:****Pakiet 1 poz. 6**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 6 pęsetę implantacyjną zakrzywioną, długość szczęk 15 mm, długość całkowita 105 mm, stalowa. Podane powyżej różnice w parametrach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność narzędzia i odbiegają tylko nieznacznie od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 14:****Pakiet 1 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 20 pean z ząbkami?

**Odpowiedź: NIE**

**2: W dniu 22.07.2022 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:****Pytanie nr 1:****Dotyczy Pakiet 1. Poz. 6.**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę długość szczęk 8mm pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 2:****Dotyczy Pakiet 1. Poz. 8.**

Czy Zamawiający dopuści Punch rękojeść kwadratową, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 3:**

**Dotyczy Pakiet 1. Poz. 10.**

Czy Zamawiający dopuści metalową szpatułkę szerokość 20 i 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 4:**

**Dotyczy Pakiet 1. Poz. 11.**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki tęczówkowe ostre na końcach, dł. Cał. 85mm McPherson – Vannas, stal nierdzewna, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 5:**

**Dotyczy Pakiet 1. Poz. 12.**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki do witrektomii tępe, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 6:**

**Dotyczy Pakiet 1. Poz. 15.**

Czy Zamawiający dopuści imadło dł. Całkowita 100mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 7:**

**Dotyczy Pakiet 1. Poz. 16.**

Czy Zamawiający dopuści imadło proste, długość szczęki 12 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 8:**

**Dotyczy Pakiet 1. Poz. 17.**

Czy Zamawiający dopuści imadło zagięte, szczęki tytanowe o długości 8mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

**3. W dniu 26.07.2022 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:**

**Pytanie 1 –**

**Pakiet 1 pozycja 21**

Czy zamawiający dopuści również nóż typu Crescent zagięty, 2.3 mm?

**Odpowiedź: TAK**

**4. W dniu 03.08.2022 r. wpłynęły następujące zapytania do SWZ:**

**Pytanie nr 1:**

**(pakiet nr 1, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę wykonaną w całości ze stali nierdzewnej, dł. szczęk 7mm?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 2:**

**(pakiet nr 1, poz. 7)**

Czy Zamawiający dopuści narzędzie wykonane w całości ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 3:**

**(pakiet nr 2, poz. 12)**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki 20 G, dł. końców 3,6mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 4:**

**(pakiet nr 2, poz. 14)**

Co Zamawiający rozumie przez separacja +/- 3 mm w pęsecie rogówkowej?

**Odpowiedź: Różnica wymiaru**

**Pytanie nr 5:**

**(pakiet nr 2, poz. 15)**

Czy Zamawiający dopuści imadło o długości całkowitej 110 mm, długości szczęk 10,5mm?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 6:**

**(pakiet nr 2, poz. 16)**

Czy Zamawiający dopuści imadło o długości całkowitej 110mm, długość szczęk 10mm, końce 0,6mm, średnica rękojeści zaokrąglona 6,5mm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 7:**

**(pakiet nr 2, poz. 18)**

Czy Zamawiający dopuści narzędzie wykonane w całości ze stali nierdzewnej, z końcówką 0,25 mm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 8:**

**(pakiet nr 2, poz. 19)**

Czy Zamawiający dopuści narzędzie wykonane w całości ze stali nierdzewnej o długości szczęk 11mm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 9:**

**(pakiet nr 2, poz. 20)**

Czy Zamawiający dopuści pean z ząbkami?


**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 10:**

**(pakiet nr 2, poz. 21)**

Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5 mm?

**Odpowiedź: NIE**

p.o. Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia Medycznego  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1  
im. N. Barlickiego w Łodzi  
  
mgr Anna Pietrzyk