

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Nr sprawy: ZP-20-125UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2019, poz.175), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu nr 5 dopuści w pozycji 1 kaniule różniące się minimalnie rozmiarami tj. kaniula w rozmiarze 20G jedna długość 32mm, kaniula 18G dostępna w dwóch długościach 32mm i 45mm, 16G długość 45mm, 14G długość 45mm, kodowanie kolorystyczne za pomocą portu górnego, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści kaniule bezpieczne różniące się minimalnie rozmiarami tj. kaniula w rozmiarze 20G jedna długość 32mm, kaniula 18G dostępna w dwóch długościach 32mm i 45mm, 16G długość 45mm, 14G długość 45mm, kodowanie kolorystyczne za pomocą portu górnego, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3 Pakiet nr 2

Czy w opisie przedmiotu zamówienia formularza asortymentowo-cenowego nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast "z dwoma filtrami: 15 µm oraz 0,2 µm" powinno być "z dwoma filtrami: 15 µm oraz 1,2 µm" ? Dreny do żywienia pozajelitowego zawsze wyposażone są w filtr 1,2 µm a nie 0,2 µm.

Odp.: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w następujący sposób:

Było: „ z dwoma filtrami : 15 µm oraz 0,2 µm antybakteryjny.”

Jest: „ z dwoma filtrami : 15 µm oraz 1,2 µm antybakteryjny.”

Pyt. 4 Pakiet nr 4 poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igły biorczej z kryzą ograniczającą?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 Pakiet nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 6 Pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20G w rozmiarze tylko 32 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 14G w rozmiarze 45 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 8 Pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 16G w rozmiarze 45 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 9 Pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 6 paskami rtg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 10 Pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu blister (PVC+TYVEC)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11 Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20G tylko w rozmiarze 32 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12 Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 14G i 16G w rozmiarze 45 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 13 Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyposażoną w 6 pasków rtg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 14 Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu blister (PVC+TYVEC)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 15 Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze 12cm x 7,5cm x 2,3 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 16 Pakiet nr 10 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści aplikator gąbkowy o długości całkowitej 15 cm (± 2 mm), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 17 Pakiet nr 10 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści preparat myjący do ciała i włosów bez zawartości mydła, wzbogacony wyciągiem z olejku drzewa herbacianego. Zastosowana formuła o zrównoważonym pH, przebadana dermatologicznie. Nie zawiera lateksu, niesterylny. Pojemność 500ml. Wersja zapachowa. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz miejsce do opisu danych pacjenta oraz wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 18 Pakiet nr 10 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści oczyszczającą, nie zawierającą mydła piankę do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 400 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz miejsce do opisu danych pacjenta oraz wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 19 Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm (+/-5%)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 20 Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm (+/-5%)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 21 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do infuzji roztworu leków światłoczułych, jednorazowy, jałowy, apirogeny, nietoksyczny, o poniższych parametrach

- precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca), z trwałego tworzywa nie ulegającego odkształceniu
- z igłą biorczą czterokanałową o odpowiedniej ostrości, nieposiadająca kryzy
- komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm z odpowietrznikiem i filtrem bakteryjnym zabezpieczonym zatyczką
- elastyczny dren długość drenu 150 cm-200 cm
- posiadający łącznik stożkowy Luer lock z osłonką umożliwiającą szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną;
- opakowanie typu blister z mankietem do otwierania min. 0,5 cm na szerokości opakowania, z wyraźnym nadrukiem daty ważności
- barwa komory i drenu lek przed światłem i umożliwiać kontrolę przepływu roztworu i obecności powietrza w drenie

- wolny od ftalanów
- Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Pyt. 22 Pakiet nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i czy zamawiający miał na myśli przepływ w ml/min? Maksymalny przepływ pod ciśnieniem dla tego rozmiaru wynosi 390ml/min w związku z czym prosimy o dopuszczenie kaniuli o takim przepływie (co daje 6,5ml/sek).

Odp.: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: „..... przepływ 360 ml min.....”

Jest: „ przepływ 360 ml /min.....”

Zamawiający dopuszcza kaniulę o przepływie 390ml/min.

Pyt. 23 Pakiet nr 8 poz. 1b, 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę Plastipak 50ml z rozszerzeniem do 60ml skalowanej co 1ml na całej długości skali kompatybilnych z wymienionymi pompami? Otwieranie mankietu 0,5cm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 24 Pakiet nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu : jednorazowa, czysta mikrobiologicznie, pakowana pojedynczo maska tlenowa z rezerwuarem tlenu, drenem o długości 210 cm i zastawką uniemożliwiającą dostanie się wydychanego powietrza do rezerwuaru.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 25 Pakiet nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, czysta mikrobiologicznie, jednorazowego użytku, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PP, bez lateksu, wyposażona w wyprofilowany zachytek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI), oraz gumkę mocującą, dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, odporny na zagięcia, pojemnik nebulizatora o pojemności 10ml (skalowany co 2ml). Jeden uniwersalny rozmiar dla dorosłych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 26 Pakiet nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski mikrobiologicznej czystej. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 27 Pakiet nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem mikrobiologicznej czystych

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 28 Pakiet nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek w dwóch rozmiarach (dla dzieci i dla dorosłych) z regulacją w postaci gumki i blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostawania maski do pacjenta

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 29 Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści nebulizator skalowany co 2 ml?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 30 Pakiet nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z drenem mikrobiologicznej czystych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 31 Pakiet nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek w dwóch rozmiarach (dla dzieci i dla dorosłych) z regulacją w postaci gumki i blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostawania maski do pacjenta

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 32 Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści maski bez możliwości odłączenia drenu od maski?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 33 Pakiet nr 11

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik ma być uniwersalny tzn. do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pyt. 34 Pakiet nr 12

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części) - W zestawie z nebulizatorem: maska aerzolowa z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym. Maski w rozmiarze pediatrycznej i dla dorosłych

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 35 Pakiet nr 13

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej do średniej koncentracji tlenu, otwarta, wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo, w 3 rozmiarach neonatologicznym, pediatrycznym i dla dorosłych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 36 Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem, drenem o dł. 200cm, czystą mikrobiologicznie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 37 Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8 ml skalowanym co 2 ml i drenem o dł. 200cm, czystą mikrobiologicznie, maska w dwóch uniwersalnych rozmiarach- dla dorosłych i dla dzieci, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 38 Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową czystą mikrobiologicznie w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dzieci i dla dorosłych z drenem 200cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 39 Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający opisując „... zamykany koreczkiem.” – miał na myśli standardowy koreczek portu zamykany na zatrzask bez systemu samodomykającego?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Tego typu rozwiązanie Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 40 Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli posiadającej mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 41 Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający poprzez zapis: "Kaniula musi posiadać topione 3 paski widoczne w RTG (potwierdzone w karcie charakterystyki producenta)" ma na myśli minimalną ilość pasków, którą oferent może zaoferować? większa ilość wpływa jedynie na dokładność lokalizacji pod kontrolą RTG.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 42 Pakiet nr 5 poz. 1

Czy zamawiający opisując "mankiet do otwierania" miał na myśli część rozwarstwowionego opakowania na jednej pełnej długości o szerokości min 5mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 43 Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający opisując „... zamykany koreczkiem.” – miał na myśli standardowy koreczek portu zamykany na zatrzask bez systemu samodomykającego?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Tego typu rozwiązanie Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 44 Pakiet nr 5 poz.2

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli posiadającej mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 45 Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający poprzez zapis: "Kaniula musi posiadać topione 3 paski widoczne w RTG (potwierdzone w karcie charakterystyki producenta)" ma na myśli minimalną ilość pasków, którą oferent może zaoferować? większa ilość wpływa jedynie na dokładność lokalizacji pod kontrolą RTG.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 46 Pakiet nr 5 poz. 2

Czy zamawiający opisując "mankiet do otwierania" miał na myśli część rozwarstwowionego opakowania na jednej pełnej długości o szerokości min 5mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 47 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 48 Pakiet nr 10 poz.1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- w formie prostokątnej ściereczki
- nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5)
- aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- wykonana w całości z poliestru
- rozmiar: 12 x 20 cm
- gramatura 100 g/m²
- wyrób jednorazowy
- nie zawiera lateksu
- pakowana po 24 sztuki?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 49 Pakiet nr 10 poz. 2

Czy zamawiający dopuści ściereczkę z 2% chlorheksydyną o wymiarach ok. 20x20 cm, opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego otwierania/zamykania?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 50 Pakiet nr 10 poz. 4

Czy zamawiający dopuści rozmiar ok. 20cm x 20 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 51 Pakiet nr 10 poz. 5

Czy zamawiający dopuści łączną długość 17,5 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 52 Pakiet nr 10 poz. 5

Czy zamawiający wymaga szczoteczki podpinanej ssaka, tj. klasy IIa?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 53 Pakiet nr 10 poz. 6

Czy zamawiający dopuści długość całkowitą 15,5 cm (+/-0,5 cm) i długość części gąbkowej 2,5 cm (+/-0,5 cm)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 54 Pakiet nr 10 poz. 7

Czy zamawiający dopuści rozmiar ok. 30cm x 33 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 55 Pakiet nr 10 poz. 8

Czy zamawiający dopuści preparat z dodatkiem oktenidyny i alantoniny zamiast chlorheksydyny i olejku z drzewa herbacianego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 56 Pakiet nr 10 poz. 9

Czy zamawiający dopuści pojemność 500 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 57 Pakiet nr 10 poz. 10

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- Myjka nasączona środkiem myjącym (PH 5,5)
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą

- Wykonana w całości z poliestry
- Rozmiar: 17 cm x 24,5 cm
- Gramatura 100 g/m² (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m² (część tylna bez mydła)
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 20 sztuk?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 58 Rozdz. XII ust. 2 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku dla wyrobów masowych dla których cena nie jest ceną transakcyjną, tzn zamówień nie dokonuje się w sztukach lecz w opakowaniach.

Pyt. 59 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 60 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-foolia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 61

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczerzenie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 62

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „*produkty lecznicze oraz **wyroby medyczne** chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych*”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 63

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 64

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 65 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przezroczystą? Jeżeli nie to prosimy o podanie sposobu mierzenia komory w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i możliwości porównania ofert.

Odp.: „ z elastyczną komorą o długości minimum 6cm” – zapis dotyczy całej komory kroplowej.

Pyt. 66 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu pakowanego fabrycznie razem z workiem do osłony podawanego leku przed światłem? Tylko takie rozwiązanie gwarantuje pełną osłonę podawanego leku na całej długości linii.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 67 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby informacja o braku ftalanów znajdowała się na opakowaniu jednostkowym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 68 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu z oznaczeniem nazwy producenta bezpośrednio na wyrobie? Umożliwia to pewną identyfikację produkty nawet bez opakowania.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 69 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu z dren o długości 150cm i 200cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odp.: „ z elastycznym drenem o długości od 150 cm do 200 cm” – zapis dotyczy długości drenu w przedziale 150-200cm

Pyt. 70 Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu w opakowaniu folia-papier?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pyt. 71 Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

Kaniuła dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z teflonu FEP
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- brak lateksu
- zastawka antyzwrotna
- jałowa

W rozmiarze :

- 24 G dł. 19 mm
- 22 G dł. 25 mm
- 20 G dł. 33 mm
- 18 G dł. 45 mm
- 17 G dł. 45 mm
- 16 G dł. 45 mm
- 14G dł. 45 mm

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 72 Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli bezpiecznych o poniższym opisie:

Bezpieczna kaniuła dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- cewnik wykonane z poliuretanu PUR
- zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- zastawka antyzwrotna
- jałowa,

W rozmiarze :

- 24 G dł. 19 mm
- 22 G dł. 25 mm
- 20 G dł. 33 mm
- 18 G dł. 45 mm
- 17 G dł. 45 mm

16 G dł. 45 mm

14G dł. 45 mm

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 73 Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek nie zwierających ftalanów, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 74 Pakiet nr 12 poz.1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek nie zwierających ftalanów, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 75 Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek nie zwierających ftalanów, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pyt. 76 projektu umowy §2 ust. 5b

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 5 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „...od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego...” na „od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 77 projektu umowy §4 pkt.1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie/ wadliwego przedmiotu umowy.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 78 projektu umowy §4 pkt.2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości netto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 79 projektu umowy §4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 80 projektu umowy §3 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie. Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gotostownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 81 projektu umowy §4 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 4 ust. 2 wzoru umowy na:

„W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 82 projektu umowy § ust.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej w §4 ust. 1 projektu do 0,5 %?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 83 projektu umowy § ust.

Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej §4 ust. 2 od wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 84 projektu umowy § ust.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 5 projektu umowy na: *„W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”*. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.