



EZ.272.043.2024  
EZ/934/24

Wrocław, dnia 12.11.2024r.

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej, sprzętu medycznego, drzwi przesuwanych w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Marciniaka” (sygnatura sprawy EZ/1050/EM/24).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ i zmianą SWZ:

#### Pytanie 1

„Dotyczy zadania nr 2 poz.1 (Aparat RTG stacjonarny) Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą, u zmianę parametru określonego w punkcie 38, tj. "Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy w przypadku badań pacjentów dorosłych", na parametr punktowany.

Zdajemy sobie sprawę, że mogą występować powody, przez które funkcja ta jest przez Zamawiającego pożądana, natomiast pozostawienie tego parametru jako obligatoryjny do spełnienia, a nie fakultatywny, uniemożliwia złożenie oferty żadnemu innemu producentowi, z wyjątkiem firmy Philips Healthcare, co stoi w całkowitej sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji. Są oni bowiem jedynym producentem, który posiada ww. rozwiązanie i jest ono dystrybuowane pod nazwą handlową VarioFocus.

Zwracamy się zatem z prośbą o objęcie go punktacją tożsamą z pozostałymi parametrami punktowanymi, tj. w zakresie 5, a 10 pkt.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje modyfikacji „Karty Parametrów” dla Zadania 1 poz. 1 poprzez wykreślenie z wymaganych parametrów technicznych punktu l.p.38, z jednoczesnym dopisaniem ww. punktu w dodatkowych parametrach technicznych. Wobec powyższego nie będzie stanowił wymogu obligatoryjnego, tylko dodatkowy. Zmieniona „Karta Parametrów” dla Zadania 2 poz. 1 w załączeniu.

#### Pytanie 2

„Zadanie 9 Wózki transportowe do przewożenia pacjentów - 10 szt Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach całkowitych : 74 x 216 cm ?. **POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

#### Pytanie 3

„9 Wózki transportowe do przewożenia pacjentów - 10 szt Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek wyposażony w leże przeziernie dla promieni RTG na całej jego długości, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Miejsce na kasetę RTG pod całym leżem – możliwość włożenia kasety RTG od strony wezłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600). Boki wózka wyposażone w listwę pełniącą funkcję odbojników ? **POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### Pytanie 4

„Dotyczy Zadanie 9 (pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2100x850mm.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

#### Pytanie 5

Dot. Zad. nr 9 poz.4

„Dotyczy Zadanie 9 (pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości nożnej hydraulicznej w zakresie 620x920mm.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej

**Pytanie 6**

„Dotyczy Zadanie 9 (pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna Trendelenburga i anty-Trendelenburga 0-13°.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 7**

„Dotyczy Zadanie 9 (pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści leże przeziernie dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod leżem prowadnice na kasetę w celu wykonania zdjęcia w pozycji leżącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniącą funkcję odbojników, listwa metalowa z nabitą gumą mogąca służyć jako uchwyt do prowadzenia wózka.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 8**

„Dotyczy Zadanie 9 (pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 70°. Rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 9**

„Dotyczy Zadanie 9 (pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji 230 kg.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.**

**Pytanie 10**

„Dotyczy Zadanie 9 (pkt. 14) Czy Zamawiający dopuści barierki boczne składane, wykonane z tworzywa i stopu aluminium. Zabezpieczające pacjenta na ok 3/4 leża.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**Pytanie 11**

„Dotyczy Zadanie 9 (pkt. 15) Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka pełniące funkcję uchwytu do prowadzenia wózka. Szczyty szybko wyjmowane.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.**

**W załączeniu zmieniona „Karta Parametrów Zadanie 2 poz. 1 – ZMIANA 1”**

Ponadto, w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianą SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 09.12.2024r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia **08.03.2025r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska  
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl