

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak
SPZZOZ/ZP/15/2/23

Data
Gryfice 04.04.2023 r.

Sprawa dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Pzp pn.:
„Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz aktualizacja oprogramowania skanera na potrzeby Zakładu Patomorfologii SPZZOZ w Gryficach”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy załącznika 1B do SWZ Zatapiarka parafinowa pozycja 15
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie urządzenia wyposażonego w wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3 cala, ze zintegrowaną klawiaturą dotykową
ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika 1B do SWZ Zatapiarka parafinowa pozycja 16
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia w którym przepływ parafiny uruchamiany jest za pomocą czujnika zbliżeniowego lub pedału nożnego
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy załącznika 1B do SWZ Zatapiarka parafinowa pozycja 20
Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie urządzenia, które posiada dwa duże pojemniki mieszczące 100 kasetek lub 200 foremek? Producent oferowanego urządzenia nie wskazuje pojemności litrażowej tylko ilościową.
ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika 1B do SWZ Zatapiarka parafinowa pozycja 31
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wymiarach modułu grzewczego: wysokość: 405mm, szerokość: 560mm, głębokość: 605mm i wadze 18 kg?
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy załącznika 1B do SWZ Zatapiarka parafinowa pozycja 32
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wymiarach modułu chłodzącego: wysokość: 405mm, szerokość: 410mm, głębokość: 605mm i wadze 24 kg?
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia, wyposażonego w jedno szybkie, zautomatyzowane ramię przenoszące, mogące obsłużyć wiele koszyków w tym samym czasie; oraz system automatycznej optymalizacji czasu uruchomienia kolejnego zleconego programu barwienia dla zapewnienia ciągłości pracy.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia, umożliwiającego procesowanie 11 statywów o pojemności 30 szkiełek każdy.

Zaproponowane rozwiązanie, jedynie nieznacznie odbiega od parametrów wymaganych przez Zamawiającego co w żadnym razie nie wpływa negatywnie na ergonomię i komfort pracy.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z czterema stacjami załadowczo-wyładowczymi (3 stacje załadowcze, jedna stacja wyładowcza) z automatycznym transferem koszyka z preparatami do stacji buforowej w przypadku zapelnienia stacji tranzytowej.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w 26 stacji (w tym 1 stacja grzewcza i 4 płuczące)

Zaproponowane rozwiązanie pozwala na maksymalną efektywność barwienia przy zachowaniu kompaktowych wymiarów, co stanowi niebywale istotną zaletę użytkową.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 18

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w 22 stacje odczynnikowe. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na maksymalną efektywność barwienia przy zachowaniu kompaktowych wymiarów, co stanowi niebywale istotną zaletę użytkową.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia ze zintegrowaną stacją grzewczą, mieszczącą -podobnie jak pozostałe stacje - 1 koszyk ze szkiełkami (30 szt.) Zaproponowane rozwiązanie pozwala na maksymalną efektywność barwienia przy zachowaniu kompaktowych wymiarów, co stanowi niebywale istotną zaletę użytkową.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z regulacją temperatury stacji grzewczej w zakresie: od temp. pokojowej do 75°C

Zaproponowane rozwiązanie, jedynie nieznacznie odbiega od parametrów wymaganych przez Zamawiającego co w żadnym razie nie wpływa negatywnie na ergonomię i komfort pracy.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z możliwością regulacji czasu inkubacji w zakresie 1 sekundy do 59 min 59s. Zaproponowany zakres jest w zupełności wystarczający do przeprowadzenia wszystkich rutynowych programów barwiących stosowanych w Pracowniach Histopatologii/Patomorfologii.

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 23

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w funkcję agitacji realizowaną poprzez programowanie czasu jej częstotliwości w zależności od preferencji Użytkownika oraz metodyki barwienia ze stałą zwalidowaną przez producenta prędkością wykonywanych ruchów, optymalną dla utrzymania najwyższej jakości preparatów mikroskopowych.

Zaproponowane rozwiązanie, posiada dodatkowo funkcję ociekania, aby jeszcze lepiej zapobiegać mieszanii się odczynników

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki nie wymagającej -ze względu na specyfikę konstrukcji -stosowania koszyków do barwień specjalnych oraz wkładek do kuwet zmniejszających ich pojemność.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 25

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki nie wymagającej -ze względu na specyfikę konstrukcji - stosowania koszyków na 5 szkiełek do barwień specjalnych z rączką pokrytą specjalną powłoką zabezpieczającą przed interakcjami chemicznymi.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia mniejszego niż wymagane przez Zamawiającego, posiadającego wymiary: 1066mm x700mm x630mm (szerokość x głębokość x wysokość)

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 42

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w zwalidowaną fabrycznie igłę zapewniającą optymalne dozowanie medium co przekłada się na najwyższą jakość zaklejania preparatów mikroskopowych.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 43

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z jednym zwalidowanym fabrycznie programem zaklejania preparatów mikroskopowych zapewniającym optymalizację i jakościową standaryzację procesu nakrywania bez konieczności ręcznej regulacji położenia ścieżki w osiach X i Y

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 51

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie modułu nakrywającego pracującego na szkiełkach nakrywkowych o rozmiarze 24 x 50 mm. Jest to najczęściej stosowany rozmiar szkiełek przy nakrywaniu ręcznym oraz jedynie powszechny używany rozmiar w automatach nakrywających w pracowniach/zakładach histopatologii. Możliwość pracy z różnymi rozmiarami szkiełek nie przynosi żadnych korzyści użytkowych, a może generować potencjalne błędy aplikacyjne.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Załącznik nr 1A do SWZ - PAKIET NR 1 – pozycja nr 52

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia nieznacznie większego niż wymagane przez Zamawiającego, posiadającego wymiary: 660mm x770mm x640mm (szerokość x głębokość x wysokość)

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie stacji do zatapiania dla histopatologii sterowanej za pomocą mikroprocesora składającej się z trzech niezależnych modułów:

- moduł zatapiający
- moduł podgrzewający kasetki/foremki
- moduł chłodzący

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o pojemności zbiornika na parafinę 5.5 litra.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w 3 niezależne od siebie czytelne wyświetlacze cyfrowe (jeden wyświetlacz na jednym module –zatapiającym, podgrzewającym, chłodzącym) o przekątnej 3.5 cala.

Proponowane przez nas rozwiązanie pozwala na najwyższą elastyczność pracy Operatora.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie stacji do zatapiania uruchamianej ręcznie, za pomocą ergonomicznie umieszczonego przelącznika, bez konieczności regulacji jego wysokości

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z precyzyjną regulacją strumienia przepływu parafiny za pomocą zaworu kulowego umieszczonego w dyszy podającej oraz pokrętła zaworu.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia ze zintegrowanym punktem schładzania o wymiarach 50x50 mm o temperaturze -5°C. Proponowane przez nas rozwiązanie wydajniej i szybciej schłodzi nie tylko standardowe, ale również bardzo duże foremki.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie dwóch niezależnych ogrzewanych pojemników

1. Na kasetki o wymiarach 255x265x55 mm mieszcząca do 320 standardowych kasetek. Pojemnik zamykany pokrywą na zawiasach.

2. Na foremki o wymiarach 260x220x70 mm mieszcząca do 500 standardowych foremek. Pojemnik zamykany pokrywą na zawiasach.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w dwa magnetyczne (możliwość zdjęcia z urządzenia), ogrzewane uchwyty, każdy na 4 pary szczypic, dostępne z obu stron elementu dozującego parafinę.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga oświetlenia obszaru roboczego przez co najmniej 6 LED'owe źródło światła z czego trzy diody LED posiadają możliwość regulacji kąta padania światła co zapewniającego optymalne oświetlenie obszaru roboczego.

ODP.: Zamawiający wymaga oświetlenia LED, które zapewni komfortowe i precyzyjne korzystanie z urządzenia.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z zakresem regulacji wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od 40°C do 80°C. Zaproponowane parametry są lepsze od wymaganych przez Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na efektywność i komfort pracy.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania stacji do zatapiania z możliwością programowania rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym dla każdego modułu w tym również zimnej płyty.

ODP.: Zamawiający wymaga zaprogramowania tylko dla stacji grzewczej.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 25

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania stacji do zatapiania z możliwością programowania rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym dla każdego modułu w tym również zimnej płyty.

ODP.: Zamawiający wymaga zaprogramowania tylko dla stacji grzewczej.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 27

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z zakresem regulacji płyty chłodzącej od 0°C do -15°C. Zaproponowane parametry są lepsze od wymaganych przez Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja nr 31

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie modułu grzewczego o wymiarach: 300 x 600 x 290 mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm)

Ze względu na trójmodułową budowę oraz niezależne zasilanie moduły mogą być rozmieszczone niezależnie od siebie lub w zależności od preferencji Użytkownika mogą być zestawione całościowo w dowolnej konfiguracji.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 1B do SWZ - PAKIET NR 2 – pozycja 32

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie modułu chłodzącego o wymiarach: 400 x 600 x 290 mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm)

Ze względu na trójmodułową budowę oraz niezależne zasilanie moduły mogą być rozmieszczone niezależnie od siebie lub w zależności od preferencji Użytkownika mogą być zestawione całościowo w dowolnej konfiguracji.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w bardzo wydajny system kompensacji zapewniający bardzo lekkie i płynne działanie koła napędowego (wyposażonego w przeciwwagę) bez konieczności regulacji siły jego działania. Proponowany przez nas rozwiązanie zapewnia najwyższy komfort pracy Operatorowi.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z systemem precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0 bez konieczności stosowania wskazania zmian co 2 stopnie. Wskazanie zmian położenia co 2° nie przynosi korzyści użytkowych – ułożenie próbki w głowicy nie odnosi się do wartości bezwzględnych odchylenia.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z zakresem grubości cięcia jak poniżej:

- 0,5 do 2 μm skok co 0,5 μm
- 2 do 20 μm skok co 1 μm
- 20 do 50 μm skok co 2 μm
- 50 do 100 μm skok co 5 μm

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z zakresem funkcji trymowania jak poniżej:

- 0.5 do 2 skok co 0.5 μm
- 2 do 20 skok co 1 μm
- 20 do 50 co 2 μm
- 50 do 150 co 5 μm
- 150 do 750 co 10 μm

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 23

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z funkcją retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy, z możliwością jej nastawy w zakresie 0 – 200 μm

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 25

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z zakresem pionowego ruchu głowicy 72 mm.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z przesuwem głowicy w wariantach:

- ręcznie za pomocą panelu sterowania poprzez sterowanie silnikiem krokowym
- automatycznie z możliwością wyboru 4 różnych prędkości: 75 $\mu\text{m/s}$, 150 $\mu\text{m/s}$, 300 $\mu\text{m/s}$, 600 $\mu\text{m/s}$ oraz dodatkowo z wykorzystaniem funkcji tryb „slow” podczas precyzyjnego dosuwu preparatu przed rozpoczęciem cięcia.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 31

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z zewnętrznym panelem sterowania z możliwością jego umieszczenia po dowolnej stronie mikrotomu bez wyświetlacza cyfrowego. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż wyświetlacz w proponowanym przez nas rozwiązaniu znajduje się na obudowie mikrotomu.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 35

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu z systemem ostrzegania o końcu wysuwu – sygnalizacja wizualna.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 40

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania z regulacją kąta nachylenia noża w zakresie 0^0 do 15^0 a więc o parametrach lepszych od wymaganych.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 41

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w jeden system blokowania koła napędowego umieszczony w ergonomicznym miejscu – rączce do jego obrotu.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 1D do SWZ - PAKIET NR 4 – pozycja nr 42

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu o wymiarach 520 x 600 x 325 mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm) oraz wadze 34 kg. Nieznaczne różnice względem parametrów wymaganych przez Zamawiającego nie mają wpływu na właściwości użytkowe urządzenia.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach
Piotr Sołtyński