



## DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Poznań, 27.06.2023 r.

2640/AZ/262/2023

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.; zwanej dalej: ustawa Pzp) pn. **Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (USG internistyczne, USG kardiologiczne, Bieżna wodna)**

### Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej również SWZ), Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

#### Pytanie nr 1:

Mam pytanie dot. wypełnienia dokumentów - czy w formularzu opisu minimalnych parametrów technicznych usuwam części w których nie składam oferty, czy pozostawiam je nie wypełnione?

#### Odpowiedź:

W dokumentach postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia treści, która dotyczy części, w zakresie której Wykonawca składa ofertę. Usunięcie zapisów dotyczących pozostałych części bądź ich niewypełnienie Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia miejsca, które służy do określenia części, w zakresie której Wykonawca składa ofertę (poniżej tabela będąca odwzorowaniem tabeli z załącznika nr 11 do SWZ z zaznaczonym w kolorze miejscem, o którym mowa w niniejszej odpowiedzi). Wyjaśnienia Zamawiającego należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Nazwa Wykonawcy:	
Adres siedziby Wykonawcy:	
Oferta składana w części:	

#### Pytanie nr 2:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, ewentualnie sprostowanie opisu minimalnych parametrów technicznych, część 3 pkt. 17.

Jest: Maksymalna waga pacjentów nie **większa** niż 80 kg.

Czy nie powinno być: Maksymalna waga pacjentów nie **mniejsza** niż 80 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczalne obciążenie bieżni to nie mniej niż 80 kg.

Zamawiający poprawia zapis w pkt 17 dla części 3 w opisie minimalnych parametrów technicznych.

Powinno być: Maksymalna waga pacjentów nie mniejsza niż 80 kg.

Zamawiający nie zamieszcza na stronie postępowania poprawionego załącznika nr 11 do SWZ, ale wyjaśnienia Zamawiającego należy uwzględnić w treści składanych ofert.