



D.25C/250/ 686 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/252/N/21-59rj/23**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza:

- 1) aparat bezprzewodowy - bez konieczności przypięcia głowicy poprzez kabel?(Załącznik nr 6 do SWZ - Zadanie nr 3 - Mobilny, przenośny ultrasonograf - pkt.5)
- 2) niższą liczbę niezależnych kanałów przetwarzania niż 65 536? (pkt.7)
- 3) niższą wartość zakresu dynamiki niż 170 dB (pkt.8) ?

Odpowiedź Zamawiającego:


- ad. 1) Zamawiający dopuszcza aparat bezprzewodowy - bez konieczności przypięcia głowicy poprzez kabel.
- ad. 2) Z uwagi na brak podania w pytaniu konkretnej wartości parametru, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- ad. 3) Z uwagi na brak podania w pytaniu konkretnej wartości parametru, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wykonawca oferując asortyment o dopuszczonym parametrze odmiennym od zapisanego pierwotnie w SWZ jest zobowiązany podać tę informację w załączniku nr 6 do SWZ w odpowiedniej rubryce, powołując się na nr nn pisma.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Marzena Magulska