

Regionalny Specjalistyczny
Instytut Diagnostyki i
Laboratoryjnej
ul. ... 15/17
ZP-.../20
NIP 875-29-... Regon 670298738

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników i osprzętu dla Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą aparatów (znak sprawy: Z/42/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy odczynników i osprzętu dla Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą aparatów (znak sprawy: Z/42/PN/20)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Zadanie 10: Testy chromatograficzne do wykrywania toksyny A i B oraz antygeny GDH Clostridium Difficile:

Czy Zamawiający dopuści test z negatywną wartością predykcyjną GDH na poziomie 97,6% pod warunkiem wyznaczenia jej na ilości przekraczającej 1000 próbek, dla testu o czułości analitycznej GDH wynoszącej 0,8 ng/ml?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość, jednakże jej nie wymaga.

Zapytanie nr 2

Zadanie 10: Testy chromatograficzne do wykrywania toksyny A i B oraz antygeny GDH Clostridium Difficile

Czy Zamawiający wymaga testów, których czułość analityczna jest taka sama bez względu na to czy została wyznaczona w buforze czy w matrycy kału?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość, jednakże jej nie wymaga.

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia zmian na formularzu cenowym.


Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Krzysztof Bułkowski

INSPEKTOR
Paulina Kowalewska
Kowalewska