



Poznań, dnia 22.09.2023r.

Oznaczenie sprawy: TP-105/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę videolaryngoskopów w ramach projektu POIŚ**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych – Zamawiający poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Dotyczy : Część nr 2 - Videolaryngoskop 2 szt. (Neonatologia II)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie Videolaryngoskopu w części nr 2 o parametrach równoważnych a w wielu aspektach wyższych niż wstępnie wyspecyfikowane w części nr 2.

Prosimy o dopuszczenie :

Videolaryngoskop 2 zestawy
Monitor wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej 3,5"
Rozdzielczość ekranu monitora 640 x 480 pikseli
Kąt widzenia - 160°
Włączanie / wyłączenie monitora poprzez ustawienie monitora w pozycji otwartej / złożonej, bez konieczności użycia przycisków
Monitor wyposażony w odłączany akumulator Li-Ion zapewniający pracę przez ok 60 min., ładowarka sieciowa w zestawie
Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora
Monitor wyposażony w funkcję oszczędności energii - automatyczne wyłączenie monitora po ok. 10 minutach
Monitor wyposażony w pamięć wewnętrzną do zapisu zdjęć i filmów z możliwością podłączenia monitora do komputera w celu odtwarzania i kopiowania zapisanego materiału, w zestawie przewód USB do połączenia z komputerem
Uruchamianie zapisu zdjęć i filmów poprzez przycisk na rękojeści wideolaryngoskopu
Możliwość reprocessingu monitora metodą manualną (pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8) oraz sterylizacji STERRAD





Wideolaryngoskop ze zintegrowaną na stałe łopatką
Wideolaryngoskop wyposażony w przetwornik obrazowy w technologii CMOS oraz oświetlenie LED
Rękojeść wideolaryngoskopu wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i filmów w podłączonym monitorze (obsługa poprzez długie i krótkie wciśnięcie przycisku)
Rękojeść wideolaryngoskopu wyposażona w bezgwintowy interfejs do bezpośredniego połączenia z oferowanym monitorem
Możliwość reprocessingu wideolaryngoskopu metodą manualną (pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IP68) oraz sterylizacji STERRAD
Przenośny monitor mocowany bezpośrednio na szczucie rękojeści oferowanego wideolaryngoskopu
Łyżki wielorazowe MILLER i MAC w rozmiarach : 2 szt. Miller 0 1 szt. Miller 1 1 szt. MAC 0

Odp: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekują aby łącznie w 2 pełnych zestawach były łyżki w ilościach podanych poniżej
Wielorazowa łyżka Miller 0 – 2 szt.
Wielorazowa łyżka Miller 1 – 1 szt.
Wielorazowa łyżka MAC 0 – 1 szt.

Odp: Zamawiający wymaga powyższego zestawu łyżek dla całego zamówienia tj. łącznie 4 szt. łyżek.

3. Czy Zamawiający wymaga aby wielorazowe łyżki laryngoskopowe były wykonane z tytanu co zapewni odporność wielorazowej łyżki na uderzenia/uszkodzenia ?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia , tj: ładowarka do akumulatora oraz akumulator/bateria, – które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Odp: Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wad lub usterek do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

Odp: Zamawiający dopuszcza

6. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

Odp: Zamawiający potwierdza.

7. Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w załączniku nr 1 pkt 5 zaoferowania jak niżej:

„Jeśli wymagane przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 2 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych.“





Wszelkie przeglądy, naprawy - po okresie gwarancji realizowane są przez Wykonawcę na podstawie zlecenia bądź odrębnej umowy serwisowej.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza oraz wyjaśnia, że oczekiwania Zamawiającego dotyczą jedynie informacji jakie jest szacunkowe zużycie elementów urządzenia w czasie 10 lat. Przedmiotem umowy nie jest serwisowanie urządzenia przez 10 lat, lecz jedynie w okresie gwarancji.

8. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie gwarancyjnej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o takiej samej funkcjonalności?

Odp: Zamawiający dopuszcza

9. Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną maksymalną wysokość kar umownych do 20% wynagrodzenia brutto umowy? Obecna wysokość kar jest wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy dot. kar umownych.

10. Czy w sytuacji gdzie Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu montażu/ instalacji czy szkolenia Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie w formularzu cenowym w tych punktach kwoty 0,00 zł?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody. Cena musi mieć wartość wyższą niż 0,00 zł.

Pozycja ta nie dotyczy dodatkowych opłat, lecz kwot montażu i szkoleń, które Wykonawca standardowo wlicza w cenę produktu, są elementem składowym ceny.

11. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający ma na uwadze w Formularzu OPZ załącznik nr 1 do SWZ rubryka cena jednostkowa pod hasłem „jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia” – prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli używając sformułowania moduły.

Jeśli przedmiotem zamówienia jest urządzenie modułowe wymagamy rozbitcia cenowego poszczególnych modułów. Modułem określamy sytuację, w której poszczególne części mogą działać niezależnie od siebie (np. Zestaw transportowy do transportu noworodków składa się z kardiomonitora, inkubatora, respiratora...itd.).

.....
(podpis Zamawiającego)

